

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблицы протоколов результатов поверки измерителя иммитанса Е7-22

Таблица А.1 – Поверка измерителя по измерению сопротивления на частоте тест сигнала 120 Гц

Значение сопротивления по показаниям образцовой меры	Предел измерения	Измеренное значение сопротивления по показаниям поверяемого прибора	Абсолютная погрешность измерения	Нормируемое значение абсолютной погрешности
1	2	3	4	5
10 Ом	20 Ом			±208 мОм
20 Ом	200 Ом			±150 мОм
50 Ом				±300 мОм
100 Ом				±550 мОм
200 Ом	2 кОм			±1,3 Ом
500 Ом				±2,8 Ом
1000 Ом				±5,3 Ом
2 кОм	20 кОм			±13 Ом
5 кОм				±28 Ом
10 кОм				±53 Ом
20 кОм	200 кОм			±130 Ом
50 кОм				±280 Ом
100 кОм				±530 Ом
200 кОм	2 МОм			±2,1 кОм
500 кОм				±4,5 кОм
1 МОм				±8,5 кОм