

Поверка

осуществляется по документам:

- Р 50.2.049-2005 «ГСИ. Мониторы медицинские. Методика поверки» (в части определения метрологических характеристик каналов ЭКГ, АД, температуры);
- МИ 3280-2010 «ГСИ. Пульсовые оксиметры и пульсоксиметрические каналы медицинских мониторов. Методика поверки» (в части определения метрологических характеристик канала насыщения кислородом гемоглобина крови);
- ГОСТ 8.628-2013 «ГСИ. Изделия медицинские электрические. Мониторы прикроватные. Методика поверки» (в части определения метрологических характеристик канала парциального давления двуокиси углерода).