

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП «УНИИМ»

С.В. Медведевских

2017 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Машина испытательная FM 500

Методика поверки

МП 111-233-2017

Екатеринбург
2017

Разработана: ФГУП «УНИИМ»

Исполнители: Шимолин Ю.Р. (ФГУП «УНИИМ»)
Трибушевская Л.А. (ФГУП «УНИИМ»)

Утверждена ФГУП «УНИИМ» «24» ноября 2017 г.

Введена впервые

Содержание

| | |
|---|---|
| 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 1 |
| 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..... | 1 |
| 3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ | 1 |
| 4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ..... | 2 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ..... | 2 |
| 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ..... | 2 |
| 7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ..... | 2 |
| 8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ..... | 2 |
| 9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ..... | 3 |
| 9.1 Внешний осмотр..... | 3 |
| 9.2 Опробование | 3 |
| 9.3 Определение метрологических характеристик | 3 |
| 10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ | 4 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. (рекомендуемое) ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ | 5 |

Государственная система обеспечения единства измерений

Машина испытательная FM 500

Методика поверки

Введена с «24» ноября 2017 г.**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящая методика распространяется на единичный экземпляр машины испытательной FM 500, зав. № 2143/11 (далее - машина), изготовленной в 1962 году «VEB Thuringer Industrierwerk», ГДР, принадлежащей ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ», г. Каменск-Уральский, Свердловская обл., Россия). Методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок машины.

Интервал между поверками – 1 год.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы:

| | |
|---|--|
| Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 | «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38822). |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.019-80 | Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 8.640-2014 | ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы. |
| Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24 июля 2013 г. |

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

3.1 Первичную поверку машины выполняют до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

3.2 Периодическую поверку выполняют в процессе эксплуатации машины по истечении интервала между поверками.

3.3 При проведении первичной и периодической поверок машины должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

| Наименование операции | Пункт методики |
|--|----------------|
| 1 Внешний осмотр | 9.1 |
| 2 Опробование | 9.2 |
| 3 Определение метрологических характеристик | 9.3 |
| 3.1 Определение относительных погрешностей измерений силы (нагрузки) | 9.3.1 |

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть использованы средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

| Номер пункта методики | Наименование и тип основных и вспомогательных средств поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
|-----------------------|--|
| 9.3.1 | Эталоны единицы силы 2-го разряда по ГОСТ 8.640, (0,1-5,0) кН, ПГ $\pm 0,24$ %. |
| 9.4 | Термогигрометр, диапазоны измерений: температура воздуха от 0 до +50 °С, ПГ $\pm 1,0$ °С; относительная влажность воздуха от 15 до 85 %, ПГ $\pm 3,0$ %. |

Применяемые эталоны должны быть аттестованы и иметь действующие свидетельства об аттестации. Средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке.

Для проведения поверки допускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2, при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего технического, ознакомившиеся с эксплуатационной документацией на машину, работающие в метрологической службе предприятия, аккредитованного на право поверки средств измерений механических величин.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны выполняться требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки и поверяемое СИ, а также общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

| | |
|--|------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °С | от плюс 10 до плюс 35; |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80. |

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1.1 Перед поверкой средства поверки и поверяемая машина должны быть выдержаны в условиях поверки не менее 2-х часов.

8.1.2 Средства поверки и поверяемая машина должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемой машины следующим требованиям:

- корпус машины, элементы измерительной схемы и органы управления машиной не должны иметь механических повреждений;
- токопроводящие кабели не должны иметь повреждений электрической изоляции;
- машина должна иметь заземляющие устройства;
- в маркировке машины должны быть отображены наименование или товарный знак фирмы-изготовителя, тип, заводской номер и год изготовления;
- надписи и отметки на органах управления должны быть четкими и легко читаемыми.

9.2 Опробование

9.2.1 Устанавливают на рычаг механизма силовозбуждения дисковые гири для работы в поддиапазоне С (до 500 кгс) измерений силы, соответствующем наибольшему пределу измерений силы машины (5,0 кН).

9.2.2 Устанавливают в захваты машины динамометр с верхним пределом измерения силы не ниже 5,0 кН, используя при необходимости дополнительные приспособления согласно паспорту машины.

9.2.3 Проверяют обеспечение нагружающим устройством машины равномерного без рывков приложения силы.

9.3 Определение метрологических характеристик

9.3.1 Определение относительных погрешностей измерений силы (нагрузки)

9.3.1.1 Устанавливают в захваты машины динамометр с верхним пределом измерения силы не ниже 5,0 кН, соответствующим наибольшему пределу измерений силы машины. Динамометр по возможности рекомендуется включить в режим измерений в кгс.

9.3.1.2 Проводят трехкратное предварительное нагружение динамометра силой, равной верхнему пределу измерений динамометра или наибольшему пределу силы, воспроизводимой машиной, если верхний предел измерений динамометра выше наибольшего предела измерений силы машины. Значение силы контролируют по показаниям эталонного динамометра.

9.3.1.3 Производят три серии ($i = 1 \dots 3$) нагружений машины, содержащие не менее пяти ($j = 1 \dots 5$) ступеней, равномерно распределенных по первому поддиапазону измерения силы, включая наибольшую предельную нагрузку. Снимают показания эталонного динамометра и силоизмерителя машины при достижении требуемого значения силы.

9.3.1.4 Относительную погрешность δ_j , %, при измерении силы на каждой j -ой ступени нагружения вычисляют по формуле

$$\delta_j = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \left(\frac{P_{ij} - P_{эij}}{P_{эij}} \right) \cdot 100, \quad (1)$$

где P_{ij} – значение силы, измеренное машиной в i -той серии на j -той ступени, кгс;

$P_{эij}$ – действительное значение силы в i -той серии на j -той ступени, измеренное с помощью эталонного динамометра, кгс.

9.3.1.5 Аналогичные измерения проводят на остальных двух поддиапазонах измерений силы (поддиапазон В - до 250 кгс и диапазон А - до 100 кгс), устанавливая на рычаг механизма силовозбуждения дисковые гири в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

9.3.1.6 Значения относительной погрешности при измерении силы на каждой ступени нагружения в каждом поддиапазоне должны находиться в пределах $\pm 1,0$ %.

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

10.1 Протокол поверки оформляют по рекомендуемой форме приложения А.

10.2 Положительные результаты первичной поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815. Знак поверки в виде оттиска поверительного клейма наносят на свидетельство о поверке.

10.3 Положительные результаты периодической поверки оформляют свидетельством о поверке.

10.4 В случае отрицательных результатов поверки машину признают непригодной к применению, выдают извещение о непригодности с указанием причин.

Заведующий лабораторией 233



Ю.Р. Шимолин

Зам. заведующего лабораторией 233

Л.А. Трибушевская

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Протокол поверки № _____

Машина испытательная FM 500

зав. № 2143/11 Регистрационный номер в Госреестре СИ _____

принадлежащего ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ИНН 6665002150

Наименование юридического (физического) лица, ИНН

НД по поверке: МП 111-233-2017 ГСИ. Машина испытательная FM 500. Методика поверки.

Таблица 1 - Средства поверки

| Наименование, тип, регистрационный номер (для эталона) | Зав. номер | Дата поверки СИ (аттестации эталона) | Номер свидетельства о поверке СИ (об аттестации эталона) |
|--|------------|--------------------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Таблица 2 - Условия поверки

| | |
|------------------------------------|--|
| Температура воздуха, °С | |
| Относительная влажность воздуха, % | |

1 Результаты внешнего осмотра: _____

2 Результаты опробования: _____

3 Результаты определения метрологических характеристик:

4.1 *Определение погрешности измерений нагрузки*

Таблица 3.1 - Погрешность измерений нагрузки (поддиапазон С, до 500 кгс)

| Наименование параметра | Ступени нагружения | | | | | Примечания |
|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задаваемый уровень нагрузки, кгс | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 1 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 2 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 3 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Среднее арифметическое отклонение, кгс | | | | | | |
| Относительная погрешность, % | | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности, % | ±1,0 | | | | | |

Таблица 3.2 - Погрешность измерений нагрузки (поддиапазон В, до 250 кгс)

| Наименование параметра | Ступени нагружения | | | | | Примечания |
|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задаваемый уровень нагрузки, кгс | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 1 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 2 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 3 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Среднее арифметическое отклонение, кгс | | | | | | |
| Относительная погрешность, % | | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности, % | ±1,0 | | | | | |

Таблица 3.3 - Погрешность измерений нагрузки (поддиапазон А, до 100 кгс)

| Наименование параметра | Ступени нагружения | | | | | Примечания |
|--|--------------------|----|----|----|-----|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Задаваемый уровень нагрузки, кгс | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 1 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 2 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Показания силоизмерителя машины, кгс | | | | | | серия 3 |
| Показания динамометра, кгс | | | | | | |
| Отклонение, кгс | | | | | | |
| Среднее арифметическое отклонение, кгс | | | | | | |
| Относительная погрешность, % | | | | | | |
| Пределы допускаемой погрешности, % | ±1,0 | | | | | |

По результатам поверки Машина испытательная FM 500, зав. № 2143/11 признана годной (непригодной) к дальнейшему применению.
(ненужное зачеркнуть)

Поверитель _____
(подпись) *(Фамилия, инициалы)*

Организация, выполнившая поверку _____

Дата поверки « ___ » _____ 20__ г.

Выдано свидетельство о поверке (извещение о непригодности) № _____
(ненужное зачеркнуть)

Срок действия свидетельства: до « ___ » _____ 20__ г.