

УТВЕРЖДАЮ

**Первый заместитель
генерального директора –
заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»**



А.Н. Щипунов

« 20 » 05 2016 г.

Комплексы программно-аппаратные фото-видеофиксации нарушений ПДД
«Фотофиниш-01»

**Методика поверки
БТКП.402169.003МП**

н.р.64944-16

р.п. Менделеево

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	3
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ	4
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	4
6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	4
7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	4
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	8

Настоящая методика распространяется на комплексы программно-аппаратные фото-видеофиксации нарушений ПДД «Фотофиниш-01» (далее по тексту - комплексы) и устанавливает объем и методы их первичной и периодических проверок.

Интервал между поверками - 2 года

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

1.2 Последовательность проведения операций должна соответствовать порядку, указанному в таблице 1.

1.3 Поверке подлежит комплекс с аппаратурой навигационной потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS (приемник ГЛОНАСС/GPS) в его составе.

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при:	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	7.1	+	+
2 Опробование	7.2	+	+
3 Идентификация программного обеспечения (ПО)	7.3	+	+
4 Определение абсолютной погрешности измерений интервалов времени	7.4	+	+

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств поверки	Технические характеристики средств поверки		Пункт методики поверки	Рекомендуемое средство поверки (тип)
	диапазон измерений	погрешность		
1 Модуль коррекции времени		Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации выходного импульса к шкале UTC ± 1 мс	п. 7.4	МКВ-02Ц

2.2 Применяемые при поверке средства измерений должны быть поверены, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке.

2.3 Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее техническое образование, практический опыт в области радиотехнических измерений и аттестованные в качестве поверителей.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки комплекса следует соблюдать требования безопасности, устанавливаемые руководствами по эксплуатации комплекса и используемого при поверке оборудования.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверка производится при условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50 °С,
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

5.2 Поверка производится аккредитованными организациями в установленном порядке.

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Поверитель должен изучить руководства по эксплуатации поверяемого комплекса и используемых средств поверки.

6.2 Убедиться в правильности соединений составных частей комплекса.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Без подключения комплекса к источнику питания проверяют:

- комплектность;
- отсутствие деформаций и трещин корпуса, изломов и повреждений кабелей;
- целостность пломб, наличие заводского номера и маркировки.

7.1.2 Результаты осмотра считать положительными, если комплектность соответствует указанной в формуляре, отсутствуют механические повреждения корпуса и кабелей, места нанесения пломбы, заводского номера и маркировки соответствуют требованиям формуляра.

7.2 Опробование

7.2.1 Подготовить комплекс к работе и включить его.

Проверить время выхода комплекса на рабочий режим, наличие изображения на экране подключенного монитора, прохождение режима самотестирования комплекса и запуск ПО, текущее время и дату.

На экране подключенного монитора должна появиться стартовая страница Windows, да-

лее комплекс должен войти в режим ПО «Изображение с камер». Время загрузки ПО комплекса не должно превышать 5 мин.

7.2.2 Выключить комплекс, отключить ключ защиты для исключения несанкционированного копирования. Включить комплекс, после загрузки системного ПО убедиться в возможности входа в режимы работы с комплексом.

Выключить комплекс, включить ключ защиты и войти в рабочий режим комплекса.

7.2.3 Результаты опробования считать положительными, если выполняется п. 7.2.2.

7.3 Идентификация ПО

7.3.1 Проверка идентификационных данных ПО.

В соответствии с руководством по эксплуатации комплекса:

- проверить идентификационное наименование ПО;
- проверить номер версии (идентификационный номер) ПО.

7.3.2 Результаты проверки считать положительными, если идентификационные данные ПО соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	«Ангел: Фотофиниш»
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже РН
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	-

7.4 Определение абсолютной погрешности измерений интервалов времени

7.4.1 Определение абсолютной погрешности измерений интервалов времени проводить:

- при измерении интервала времени: 5 секунд
- при измерении интервала времени: 24 часа.

В качестве номинального используется значение координированного времени UTC, получаемого от модуля коррекции времени.

7.4.2 Запустить на комплексе ПО TimeCorrection.exe. Подключить модуль коррекции времени к соответствующему порту (порт А) и убедиться в наличии индикации текущего времени комплекса (измеренного времени), времени модуля МКВ-02Ц (эталонного времени) и разности этих значений времен в окне программы TimeCorrection.exe. Провести измерения интервала времени 5 секунд и зафиксировать (сделать снимок (скриншот) экрана) показания эталонного и измеренного времени. Зафиксировать не менее 5 измерений и результаты отразить в протоколе испытаний.

7.4.3 Схема подключения и фиксация результатов представлена на рисунке 2.




Рисунок 2

Абсолютную погрешность измерений i -го интервала времени) τ_i вычислить по формуле (1):

$$\tau_i = t_{\text{изм}i} - t_{\text{эт}i}$$

где $t_{\text{эт}i}$ – эталонное значение измерений i -го интервала времени;

$t_{\text{изм}i}$ – измеренное комплексом значение i -го интервала времени;

i - порядковое значение интервала времени ($i=1..5$);

7.4.4 По полученным результатам сравнить значения координированного времени UTC и время, измеренное комплексом. Определить их разность.

7.4.5 Повторить измерения для интервала времени 24 часа (фиксировать результаты измерений каждые 8 часов) и результаты зафиксировать в протоколе испытаний.

7.4.6 Результат поверки считать положительным, если значения абсолютной погрешности измерений интервалов времени находятся в пределах ± 1 с.

При получении отрицательных результатов дальнейшее проведение поверки прекращают, комплекс бракуют и направляют в ремонт.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На комплекс, прошедший поверку с положительными результатами, выдается свидетельство о поверке установленной формы.

8.2 При отрицательных результатах поверки комплекс к применению не допускается и на него выдается извещение о непригодности с указанием причины забракования.

Заместитель начальника НИО-10 –
начальник НИЦ ФГУП «ВНИИФТРИ»


Э.Ф. Хамадулин