

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»



 К.В. Гоголинский


» 05 2017 г.


Государственная система обеспечения единства измерений

Система измерительная станда УИС-252

Методика поверки

МП-206-0003-2017

Руководитель отдела
 А.Н. Пронин

Ведущий научный сотрудник
 Ю.Г. Солонецкий

г. Санкт-Петербург
2017 г.

2
Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
2	ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	3
3	СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	4
4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5	УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	5
6	ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	5
7	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
8	ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.....	14
9	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	15
	Приложение А.....	16
	Приложение Б.....	19

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящая методика поверки (далее - МП) устанавливает порядок проведения и оформления результатов поверки системы измерительной стенда ВР-252 (далее – СИС) и устанавливает методику ее первичной и периодической поверок.

1.2 Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов (далее – ИК) из состава СИС в соответствии с заявлением владельца СИС, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.3 Интервал между поверками – 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Раздел Методики поверки	Проведение операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
1	2	3	4
1 Внешний осмотр	7.1	да	да
2 Опробование	7.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик			
3.1 Определение метрологических характеристик измерительных каналов (ИК) частоты вращения. Количество ИК – 5	7.3	да	да
3.2 Определение метрологических характеристик ИК температуры. Количество ИК – 12	7.4	да	да
3.3 Определение метрологических характеристик ИК давления. Количество ИК – 7	7.5	да	да
3.4 Определение метрологических характеристик ИК виброускорения. Количество ИК – 9	7.6	да	да
3.5 Определение метрологических характеристик ИК расхода масла. Количество ИК – 6	7.7	да	да
3.6 Определение метрологических характеристик ИК силы. Количество ИК – 12	7.8	да	да
3.7 Определение метрологических характеристик ИК крутящего момента силы. Количество ИК – 4	7.9	да	да
3.8 Определение метрологических характеристик ИК электрической мощности переменного тока Количество ИК – 2	7.10	да	да
4 Проверка соответствия программного обеспечения (далее – ПО) СИС	7.11	да	да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта МП	Наименование рабочих эталонов или вспомогательных средств поверки и основные метрологические характеристики	Примечание
7.3; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7; 7.9	Калибратор процессов документирующий Fluke 753, рег. № 49876-12	1 шт.
7.4	Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05 рег. № 46432-11;	1 шт.
	Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100, рег. № 19916-10	1 шт.
7.8	Калибратор К3607, рег № 41526-15	1 шт.
7.9	Установка для воспроизведения крутящего момента силы от 0 до 93750 Н·м с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,15$ %.	1 шт.
	Установка поверочная в диапазоне измерений от 1 до $2 \cdot 10^4$ Н·м с пределом допускаемой погрешности $\pm 0,04$ % по ГОСТ Р 8.752-2011.	1 шт.
Вспомогательное оборудование		
5.1	Метеометр МЭС-202, рег. № 25188-03	1 шт.
7.4	Термостат жидкостной погружного типа ЭЛЕМЕР-Т-220, диапазон воспроизводимых температур от 30 до 220 °С; стабильность поддержания температуры $\pm 0,024$ °С.	1 шт.

3.2 При проведении поверки допускается применение средств поверки, не приведенных в таблице 2, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

3.3 Используемые при поверке СИ и рабочие эталоны должны быть поверены в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о поверке (знак поверки).

3.4 СИ и рабочие эталоны должны быть внесены в рабочее помещение не менее чем за 6 часов до начала поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования техники безопасности, предусмотренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (изд.3), ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.2.091-2002, а также требования безопасности, указанные в технической документации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4.2 Любые подключения приборов проводить только при отключенном напряжении питания СИС.

4.3 К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации на СИС и настоящую МП, знающие принцип действия используемых средств измерений, освоившие работу с приборами и используемыми эталонами, имеющие достаточную квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в организации порядке.

ВНИМАНИЕ! На открытых контактах клеммных колодок СИС напряжение опасное для человеческой жизни – 220 В.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Условия поверки СИС должны соответствовать условиям его эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

Операции по всем пунктам настоящей методики проводят при соблюдении следующих нормальных условий:

температура окружающего воздуха, °С от 10 до 30;
 относительная влажность воздуха, % от 45 до 80;
 атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Представляемая на поверку СИС должна быть технически исправна. На ней должны быть выполнены все предусмотренные регламентные работы и сделаны соответствующие отметки в эксплуатационных документах.

6.2 Перед проведением поверки, выполняемой непосредственно на месте эксплуатации СИС, убедиться в наличии возможности размещения необходимых средств поверки, удобстве и безопасности работы с ними.

6.3 Проверить наличие свидетельств (знаков поверки) о поверке СИ и рабочих эталонов.

6.4 Средства поверки выдержать в условиях и в течение времени, установленных в НТД на эти средства.

6.5 Подготовить к работе средства поверки (рабочие эталоны), перечисленные в таблице 2 МП, в соответствии с инструкциями и руководствами по их эксплуатации (паспортами).

6.6 Проверить целостность электрических цепей ИК.

6.7 Перед началом поверки измерить и занести в протокол поверки значения параметров условий окружающей среды (температура, относительная влажность воздуха и атмосферное давление).

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 Проверить целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов СИС, наличие наклеек.

7.1.2 Проверить исправность органов управления (четкость фиксации положения переключателей и кнопок).

7.1.3 Проверить размещение измерительных компонентов, правильность схем подключения используемых в ИК датчиков.

7.1.4 Проверить соответствие типов и заводских номеров фактически использованных компонентов СИС типам и заводским номерам, указанным в паспорте на стенд УИС-252 (далее – стенд).

7.1.5 Проверить отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий; отсутствие нарушений экранировки линий связи; отсутствие обугливания изоляции на внешних токоведущих частях СИС; отсутствие неудовлетворительного крепления разъемов; целостность заземления электронных блоков СИС.

7.1.6 Результаты осмотра считать положительными, если выполняются вышеперечисленные требования. В противном случае поверка не проводится до устранения выявленных недостатков.

7.2 Опробование

7.2.1 Подготовить СИС к работе в соответствии с РЭ.

7.2.2 Включить СИС, подав напряжение питания на все ее компоненты.

7.2.3 Запустить программное обеспечение (ПО) СУИС-252.exe двойным щелчком левой кнопки мыши. Выполнить авторизацию в системе под соответствующей учётной записью.

7.2.4 Результаты опробования считать положительными, если ПО СУИС-252.exe запустилось успешно, и на мониторе СИС не было выдано сообщений об ошибке.

7.3 Определение метрологических характеристик ИК частоты вращения

Определение приведенной к верхнему пределу диапазона измерений (ВП) погрешности ИК частоты вращения осуществляется поэлементно.

7.3.1 Определение абсолютной погрешности первичной части ИК в проверяемых точках.

7.3.1.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК датчики частоты вращения А5S, рег. № 49138-12, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

7.3.1.2 За погрешность прошедших поверку датчиков считать пределы допускаемой относительной погрешности измерения частоты $\pm 0,1\%$, (в соответствии с описанием типа на данное СИ и маркировкой на корпусе датчика).

Указанные значения приведены в столбце 6 таблицы Б.1 приложения Б МП (далее – таблица Б.1) для соответствующих ИК.

7.3.1.3 По формуле 1 п. 8 МП (далее – формула 1) вычислить и занести в соответствующие графы столбца 7 таблицы Б.1 значения абсолютной погрешности (об/мин) первичной части каждого ИК в проверяемых точках.

7.3.2 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК (части ИК без датчика) в проверяемых точках.

7.3.2.1 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.3.2.2 Для определения погрешности вторичной части ИК, указанного в строке 1 таблицы Б.1, подключить калибратор процессов, документирующий Fluke 753 (далее – калибратор) в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1 приложения А МП (далее – таблица А.1), предварительно отсоединив от этого разъема датчик частоты вращения.

7.3.2.3 Последовательно устанавливая на выходе калибратора значения частоты, соответствующие проверяемому ИК, согласно столбцу 2 таблицы Б.1, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.3.2.4 Повторить операции по п.п. 7.3.2.2 ÷ 7.3.2.3 МП для остальных ИК частоты вращения.

7.3.2.5 По формуле 2 п. 8 МП (далее – формула 2) вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.1 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.3.2.6 По формуле 3 п. 8 МП (далее – формула 3) вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.1 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая первичную и вторичную части ИК) в проверяемых точках.

7.3.3 Определение приведенной к ВП погрешности ИК.

7.3.3.1 По формуле 4 п. 8 МП (далее – формула 4) вычислить и занести в соответствующие строки столбца 9 таблицы Б.1 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.3.3.2 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 9 таблицы Б.1) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 10 таблицы Б.1.

7.3.3.3 В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 9 таблицы Б.1 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 10 указанной таблицы, для этого ИК в столбец 11 записать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.3.4 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 11 таблицы Б.1 внесено заключение «да».

7.4 Определение метрологических характеристик ИК температуры

7.4.1 Определение метрологических характеристик ИК температуры масла в поддоне главного редуктора и в поддонах промежуточных редукторов с приёмниками термометров сопротивления П-1 и ИК температуры масла на входе и выходе радиаторов маслосистемы главного редуктора и промежуточных редукторов с термопреобразователями сопротивления

Определение абсолютной погрешности указанных ИК осуществляется комплектно.

7.4.1.1 Термостат жидкостной ЭЛЕМЕР-Т-220 (далее – термостат) подготовить к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

7.4.1.2 Датчик измерителя температуры двухканального прецизионного МИТ 2.05 (далее – МИТ 2.05) установить (в термостат). МИТ 2.05 подготовить к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

7.4.1.3 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe

7.4.1.4 Для определения абсолютной погрешности ИК, указанного в строке 1 таблицы Б.2, поместить датчик соответствующего ИК в термостат.

7.4.1.5 Последовательно устанавливая значения температуры в термостате таким образом, чтобы показания МИТ 2.05 соответствовали значениям столбца 2 таблицы Б.2 приложения Б МП (далее – таблица Б.2) для проверяемого ИК, регистрировать в соответствующих строках столбца 3 и 4 указанной таблицы показания МИТ 2.05 и показания проверяемого ИК (отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС), соответственно.

7.4.1.6 Повторить операции по п.п. 7.4.1.4 ÷ 7.4.1.5 МП для остальных ИК температуры.

7.4.1.7 По формуле 5 п. 8 МП (далее – формула 5) вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.2 значения абсолютной погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.4.1.8 Для каждого ИК все рассчитанные значения абсолютной погрешности измерений (столбец 5 таблицы Б.2) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 6 таблицы Б.2.

7.4.1.9 В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 5 таблицы Б.2 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 6 указанной таблицы, для этого ИК в столбец 7 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.4.1.10 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 7 таблицы Б.2 внесено заключение «да».

7.4.2 Определение метрологических характеристик ИК температуры масла в поддоне главного редуктора и в поддонах промежуточных редукторов с термопреобразователями сопротивления.

Определение абсолютной погрешности указанных ИК осуществляется поэлементно.

7.4.2.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС-1088/1, рег. № 58808-14, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

7.4.2.2 За значение абсолютной погрешности первичной части ИК принять значение максимальной допускаемой абсолютной погрешности прошедших поверку датчиков, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ и маркировкой на корпусе датчика (с учетом ВП ИК 150 °С), составляет $\pm 2,1$ °С и приведено в столбце 6 таблицы Б.3 приложения Б МП (далее – таблица Б.3).

7.4.2.3 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe

7.4.2.4 Для определения погрешности вторичной части ИК, указанного в строке 1 таблицы Б.3, подключить калибратор в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1, предварительно отсоединив от этого разъема датчик температуры.

7.4.2.5 Последовательно устанавливая на выходе калибратора значения сопротивления, соответствующие проверяемому ИК, согласно столбцу 2 таблицы Б.3, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.4.2.6 Повторить операции по п.п. 7.4.2.4 ÷ 7.4.2.5 МП для остальных ИК температуры.

7.4.2.7 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.3 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.4.2.8 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 7 таблицы Б.3 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.4.2.9 Для каждого ИК все рассчитанные значения абсолютной погрешности измерений (столбец 7 таблицы Б.3) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 8 таблицы Б.3.

7.4.2.10 В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 7 таблицы Б.3 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 8 указанной таблицы, для этого ИК в столбце 9 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.4.2.11 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 9 таблицы Б.3 внесено заключение «да».

7.5 Определение метрологических характеристик ИК давления

Определение приведенной к ВП погрешности ИК избыточного давления осуществляется поэлементно.

7.5.1 Определение абсолютной погрешности первичной части ИК.

7.5.1.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК датчики давления, разряжения и разности давлений ADZ, рег. № 49870-12, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

7.5.1.2 За значение абсолютной погрешности первичной части ИК принять значение максимальной допускаемой абсолютной погрешности прошедших поверку датчиков, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ (пределы допускаемой основной приведенной к ВП погрешности, $\pm 0,5 \%$) и маркировкой на корпусе датчика, составляет $\pm 0,05 \text{ кгс/см}^2$ и $\pm 1,3 \text{ кгс/см}^2$ для датчиков с ВП 1 МПа и ВП 25 МПа, соответственно.

Указанные значения приведены в столбце 6 таблицы Б.4 приложения Б МП (далее – таблица Б.4) для соответствующих ИК давления.

7.5.2 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК (части ИК без датчика) в проверяемых точках.

7.5.2.1 Для определения погрешности вторичной части ИК, указанного в строке 1 таблицы Б.4, подключить калибратор в соответствии с данными, приведенными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1, предварительно отсоединив от этого разъема датчик давления.

7.5.2.2 Включить компьютер с предустановленным программным обеспечением (ПО): MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.5.2.3 Последовательно устанавливая на выходе калибратора значения напряжения постоянного тока, соответствующие проверяемому ИК, согласно данным, указанным в столбце 2 таблицы Б.4, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.5.2.4 Повторить операции по п.п. 7.5.2.1 ÷ 7.5.2.3 МП для остальных ИК избыточного давления.

7.5.2.5 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.4 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.5.2.6 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 7 таблицы Б.4 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.5.3 Определение приведенной к ВП погрешности ИК.

7.5.3.1 По формуле 4 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.4 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.5.3.2 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 8 таблицы Б.4) сравнить с соответствующим значением, указанным в столбце 9 таблицы Б.4.

В случае если для каждого ИК все значения погрешности из столбца 8 таблицы Б.4 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 9 указанной таблицы, для этого ИК в столбце 10 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.5.4 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 10 таблицы Б.4 внесено заключение «да».

7.6 Определение метрологических характеристик ИК виброускорения

Определение приведенной к ВП погрешности ИК виброускорения осуществляется элементарно.

7.6.1 Определение абсолютной погрешности первичной части ИК.

7.6.1.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК акселерометров пьезоэлектрических 353В17, рег. № 50255-12, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

7.6.1.2 За значение относительной погрешности первичной части ИК принять значение максимальной допускаемой абсолютной погрешности прошедших поверку датчиков, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ и маркировкой на корпусе датчика, составляет $\pm 50,0$ г.

Указанное значение приведено в столбце 6 таблицы Б.5 приложения Б МП (далее – таблица Б.5) для всех ИК виброускорения.

7.6.2 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК (части ИК без датчика) в проверяемых точках.

7.6.2.1 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.6.2.2 Для определения погрешности вторичной части ИК, указанного в строке 1 таблицы Б.5, подключить калибратор в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1, предварительно отсоединив от этого разъема акселерометр.

7.6.2.3 Включить калибратор в режиме воспроизведения частоты. Установить выходной сигнал синусоидальной формы частотой 159,2 Гц.

7.6.2.4 Для проверяемого ИК последовательно устанавливать на выходе калибратора (и фиксировать в столбце 2 таблицы Б.5) значения амплитуды сигнала, соответствующие значениям виброускорения, указанным в столбце 3 таблицы Б.5. Одновременно регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.6.2.5 Повторить операции по п.п. 7.6.2.2 ÷ 7.6.2.4 МП для остальных ИК виброускорения.

7.6.2.6 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.5 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.6.3 Определение приведенной к ВП погрешности ИК.

7.6.3.1 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 7 таблицы Б.5 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.6.3.2 По формуле 4 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.5 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.6.3.3 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 8 таблицы Б.5) сравнить с соответствующим значением, указанным в столбце 9 таблицы Б.5.

В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 8 таблицы Б.5 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 9 указанной таблицы, для этого ИК в столбце 10 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.6.4 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 10 таблицы Б.5 внесено заключение «да».

7.7 Определение метрологических характеристик ИК расхода масла

Определение приведенной к ВП погрешности ИК расхода масла осуществляется поэлементно.

7.7.1 Определение абсолютной погрешности первичной части ИК.

7.7.1.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК преобразователей расхода турбинных ТПР, рег. № 8326-04, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

7.7.1.2 За значение абсолютной погрешности первичной части ИК принять значение максимальной допускаемой абсолютной погрешности прошедших поверку датчиков, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ и маркировкой на корпусе датчика, с учетом диапазона измерений ИК, составляет $\pm 0,24$ л/мин; $\pm 0,96$ л/мин; $\pm 0,6$ л/мин для ИК с ВП 40 л/мин, 200 л/мин и 30 л/мин, соответственно.

Указанные значения приведены в столбце 6 таблицы Б.6 приложения Б МП (далее – таблица Б.6) для соответствующих ИК расхода.

7.7.2 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК (части ИК без датчика) в проверяемых точках.

7.7.2.1 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.7.2.2 Для определения погрешности вторичной части ИК, подключить калибратор в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1.

7.7.2.3 Последовательно устанавливая на выходе калибратора значения переменного напряжения, с частотой соответствующей проверяемому ИК, согласно столбцу 2 таблицы Б.6, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.7.2.4 Повторить операции по п.п. 7.7.2.2 ÷ 7.7.2.3 МП для остальных ИК расхода масла.

7.7.2.5 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.6 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.7.3 Определение приведенной к ВП погрешности вторичной части ИК.

7.7.3.1 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 7 таблицы Б.6 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.7.3.2 По формуле 4 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.6 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.7.3.3 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 8 таблицы Б.6) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 9 таблицы Б.6.

В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 8 таблицы Б.6 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 9 указанной таблицы, для этого ИК в столбце 10 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.7.4 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 10 таблицы Б.6 внесено заключение «да».

7.8 Определение метрологических характеристик ИК силы

Определение приведенной к ВП погрешности ИК силы осуществляется поэлементно.

7.8.1 Определение абсолютной погрешности первичной части ИК.

7.8.1.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК датчики силоизмерительные тензорезисторные 1010АСК-5кН-В, 1020АСК-50кН-В и 1020АСК-125кН-В, рег. № 61501-15, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики, с определением относительной погрешности, связанной с воспроизводимостью (b), повторяемостью (b'), интерполяцией (f_c) и дрейфом нуля (f_0) и гистерезисом (v) по ГОСТ Р 55223-2012 «Динамометры. Общие технические требования».

Примечание: указанные выше составляющие относительной погрешности (при отсутствии их значений в свидетельстве о поверке датчиков), допускается определять по результатам калибровки датчиков.

7.8.1.2 В качестве относительной погрешности прошедшего поверку датчика считать максимальную из сумм, перечисленных в п. 7.8.1.1 МП составляющих погрешности, рассчитанных для каждой из проверяемых точек, приведенных в протоколе поверки (калибровки) датчика.

Значения относительной погрешности датчиков занести в столбец 6 таблицы Б.7 приложения Б МП (далее – таблица Б.7).

Примечание: в качестве относительной погрешности прошедшего поверку датчика допускается принимать модуль доверительной границы относительной погрешности, указанной в протоколе поверки (калибровки) датчика.

При необходимости, допускается проводить экстраполяцию доверительной относительной погрешности датчика к нижнему пределу его диапазона измерений по методике п.п. Г.1.2 приложения Г ГОСТ Р 55223-2012.

7.8.1.3 По формуле 1 вычислить и занести в соответствующие графы столбца 7 таблицы Б.7 значения абсолютной погрешности (кН) первичной части каждого ИК в проверяемых точках.

7.8.2 Определение абсолютной погрешности вторичной части ИК (части ИК без датчика) в проверяемых точках.

7.8.2.1 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.8.2.2 Для определения погрешности вторичной части ИК силы, указанного в строке 1 таблицы Б.7, подключить калибратор К3607 в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1, предварительно отсоединив от этого разъема датчик силы.

7.8.2.3 Последовательно устанавливая на выходе калибратора К3607 значения выходного сигнала согласно столбцу 2 таблицы Б.7, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.8.2.4 Повторить операции по п.п. 7.9.2.2 ÷ 7.9.2.3 МП для остальных ИК силы.

7.8.2.5 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.7 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.8.2.6 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.7 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.8.3 Определение приведенной к ВП погрешности ИК.

7.8.3.1 По формуле 4 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 9 таблицы Б.7 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.8.3.2 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 9 таблицы Б.7) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 10 таблицы Б.7.

7.8.3.3 В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 9 таблицы Б.7 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 10 указанной таблицы, для этого ИК в столбце 11 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.8.4 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 11 таблицы Б.7 внесено заключение «да».

7.9 Определение метрологических характеристик ИК крутящего момента силы

7.9.1 Определение приведенной к ВП погрешности ИК крутящего момента силы осуществляется комплектно.

7.9.1.1 Подготовить стенд к проведению поверки ИК крутящего момента силы.

7.9.1.2 Демонтировать на стенде первичный измерительный преобразователь первого ИК крутящего момента силы не отсоединяя его от оставшейся части ИК.

7.9.1.3 Смонтировать указанный первичный измерительный преобразователь на установке для воспроизведения крутящего момента силы.

7.9.1.4 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.9.1.5 Подготовить таблицу для занесения результатов проверки ИК по форме таблицы Б.8.1 приложения Б МП (далее – таблица по форме Б. 8.1).

В столбец 1 указанной таблицы последовательно занести следующие значения: 0 Н·м; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 25 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 50 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 75 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 100 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 100 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 75 % от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 50% от ВП ИК; значение, выраженное в Н·м, соответствующее 25 % от ВП ИК; 0 Н·м.

7.9.1.6 На установке для воспроизведения крутящего момента силы последовательно задавать значения крутящего момента силы из столбца 1 таблицы по форме Б. 8.1, одновременно фиксируя показания проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС, в соответствующих строках столбца 2 таблицы по форме Б. 8.1.

7.9.1.7 Повторить операции по п. 7.9.1.6 МП для заполнения столбцов 3 и 4 таблицы по форме Б. 8.1 для проверяемого ИК.

7.9.1.8 По формулам (3) и (4) ГОСТ Р 8.796-2012 «ГСИ. Измерители крутящего момента силы. Методика поверки» рассчитать и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы по форме Б. 8.1 средние арифметические значения показаний ИК, для прямого \bar{X}_K и обратного \bar{X}'_K хода.

По формулам (6), (7), (9), (10) и (13) ГОСТ Р 8.796-2012 рассчитать значения соответствующих величин и занести в столбцы 6 ÷ 10 таблицы по форме Б. 8.1, соответственно.

7.9.1.9 Результаты проверки ИК крутящего момента силы считать положительными, если полученное значение приведенной к ВП погрешности измерений (значение в столбце 10 табли-

цы по форме Б. 8.1), не превышает $\pm 0,5$ %. В противном случае поверка прекращается и неисправный ИК подлежит ремонту.

7.9.1.10 Вернуть конфигурацию стенда в исходное состояние.

7.9.1.11 Повторить п.п. 7.9.1.5 ÷ 7.9.1.10 МП для остальных ИК крутящего момента силы.

7.9.2 Определение приведенной к ВП погрешности всех или отдельных ИК крутящего момента силы, входящих в состав СИС допускается проводить поэлементно.

7.9.2.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК датчики крутящего момента силы Т11-ФРЗ, рег. № 50769-12, проведенных по методике поверки, указанной в описании типа на эти датчики.

Определить действительные метрологические характеристики датчиков крутящего момента силы МРZ1510003 в диапазоне измерений от 0 до 20000 Н·м в объеме, предусмотренном ГОСТ Р 8.796-2012.

7.9.2.2 За значение абсолютной погрешности первичной части ИК, в состав которых входят датчики крутящего момента силы Т11-ФРЗ, принять значение максимальной допускаемой абсолютной погрешности прошедших поверку датчиков, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ и маркировкой на корпусе датчика, составляет $\pm 1,0$ Н·м.

За значение абсолютной погрешности вторичной части ИК, в состав которых входят датчики крутящего момента силы МРZ1510003, принять значение $\pm 100,0$ Н·м, при условии, что действительные значения погрешности измерений указанных датчиков, определенные в соответствии с п. 7.9.2.1 МП не превышают приведенного выше значения. В противном случае поверка прекращается, а соответствующий датчик (датчики) подлежат ремонту.

Указанные значения приведены в столбце 6 таблицы Б.8.2 приложения Б МП (далее – таблица Б.8.2) для всех соответствующих ИК крутящего момента силы.

7.9.2.3 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.9.2.4 Для определения погрешности вторичной части ИК крутящего момента силы, указанного в строке 1 таблицы Б.8.2, подключить калибратор в соответствии с данными, указанными для проверяемого ИК в столбцах 5 и 6 таблицы А.1, предварительно отсоединив от этого разъема датчик крутящего момента силы.

7.9.2.5 Последовательно устанавливая на выходе калибратора значения напряжения, соответствующие проверяемому ИК, согласно столбцу 2 таблицы Б.8.2, регистрировать в соответствующих строках столбца 4 указанной таблицы результаты измерений проверяемого ИК, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС.

7.9.2.6 Повторить операции по п.п. 7.9.2.4 ÷ 7.9.2.5 МП для остальных ИК крутящего момента силы.

7.9.2.7 По формуле 2 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 5 таблицы Б.8.2 значения абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках.

7.9.2.8 По формуле 3 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 7 таблицы Б.8.2 значения абсолютной погрешности каждого ИК (включая датчик и вторичную часть ИК) в проверяемых точках.

7.9.2.9 По формуле 4 вычислить и занести в соответствующие строки столбца 8 таблицы Б.8.2 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК в проверяемых точках.

7.9.2.10 Для каждого ИК все рассчитанные значения приведенной к ВП погрешности измерений (столбец 8 таблицы Б.8.2) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 9 таблицы Б.8.2.

7.9.2.11 В случае если для ИК все значения погрешности из столбца 8 таблицы Б.8.2 не превышают соответствующего значения, указанного в столбце 9 указанной таблицы, для этого ИК в столбец 10 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.9.2.12 Результаты проверки ИК, проверяемых в соответствии с п. 7.9.2 МП, считать положительными, если для каждого из указанных ИК, в столбце 10 таблицы Б.8.2 внесено заключение «да».

7.10 Определение метрологических характеристик ИК электрической мощности переменного тока

7.10.1 Проверить наличие действующих свидетельств о поверках на входящие в состав ИК трансформаторы тока ТФ1, рег. № 20466-00 и измерители мощности многоканальные РМ820МГ, рег. № 50245-12 (далее - РМ820МГ), проведенных по методикам поверки, указанным в описаниях типа на эти СИ.

7.10.2 За значение относительной погрешности первичной части ИК принять соответствующее значение относительной погрешности прошедших поверку трансформаторов тока, которое в соответствии с описанием типа на данное СИ составляет $\pm 1\%$.

Указанное значение относительной погрешности приведено в столбце 7 таблицы Б.9 приложения Б МП (далее – таблица Б.9) для каждого ИК.

7.10.3 За значение относительной погрешности прошедших поверку РМ820МГ, входящих в состав вторичной части ИК, в соответствии с описанием типа на данное СИ и ВП ИК, принять $\pm 0,1\%$.

Указанное значение относительной погрешности приведено в столбце 6 таблицы Б.9 для каждого ИК.

7.10.4 Включить компьютер с предустановленным ПО: MS Office, СУИС-252.exe. Запустить ПО СУИС-252.exe.

7.10.5 При помощи системы управления стендом, последовательно задавая значения электрической мощности переменного тока генератора 1, входящего в состав стенда УИС-252 близкие к значениям, указанным в столбце 2 таблицы Б.9 для первого ИК, одновременно в соответствующих строках столбцов 3 и 4 таблицы Б.9 фиксировать результаты измерений мощности со штатного устройства отображения РМ820МГ и монитора рабочего места оператора СИС, соответственно.

7.10.6 Повторить операции по п. 7.10.5 МП для второго ИК электрической мощности переменного тока.

7.10.7 Для каждой строки таблицы Б.9 сравнить между собой значения, приведенные в столбцах 3 и 4. При полном совпадении, в соответствующую строку столбца 5 указанной таблицы вписать «да», в противном случае, вписать «нет».

При наличии хотя бы одной записи «нет» в столбце 5 таблицы Б.9 означает неисправность соответствующего ИК. В этом случае поверка СИС прекращается, а неисправный ИК подлежит ремонту.

7.10.8 По формуле 6 п. 5 ПИ (далее – формула 6) вычислить и занести в соответствующие графы столбца 8 таблицы Б.9 значения относительной погрешности каждого ИК.

7.10.9 По формуле 7 п. 5 ПИ (далее – формула 7) вычислить и занести в соответствующие графы столбца 9 таблицы Б.9 значения приведенной к ВП погрешности каждого ИК.

7.10.10 Для каждого ИК рассчитанные значения приведенной погрешности измерений (столбец 9 таблицы Б.9) сравнить с соответствующим значением, указанных в столбце 10 таблицы Б.9.

В случае если для ИК значение погрешности из столбца 9 таблицы Б.9 не превышает соответствующего значения, указанного в столбце 10 указанной таблицы, для этого ИК в столбец 11 вписать вывод: «да». В противном случае – «нет».

7.10.11 Результаты поверки считать положительными, если для каждого ИК в столбце 11 таблицы Б.9 внесено заключение «да».

7.11 Подтверждение соответствия программного обеспечения СИС

7.11.1 На мониторе рабочего места оператора СИС запустить ПО СУИС-252.

7.11.2 Во вкладке "Настройки" выбрать и нажать на элемент управления "Контрольные суммы".

7.11.3 Цифровые идентификаторы (контрольные суммы) ПО СИС, отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС, сравнить с приведенными в Паспорте на СИС 106АТ-00-00-001 ПС.

7.11.4 Результаты проверки считать положительными, если все цифровые идентификаторы (контрольные суммы), отображаемые на мониторе рабочего места оператора СИС совпадают с цифровыми идентификаторами, приведёнными в Паспорте на СИС 106АТ-00-00-001 ПС.

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Значение абсолютной погрешности первичной части ИК в проверяемых точках рассчитывают по формуле (1):

$$\Delta_{пчi} = \frac{\delta_d \cdot X_{эi}}{100}, \quad (1)$$

где δ_d – значение относительной погрешности датчика в соответствии с его описанием типа, маркировкой на корпусе и (или) данными поверки (калибровки);

$X_{эi}$ – эталонное значение измеряемой физической величины в проверяемых точках.

Значение абсолютной погрешности вторичной части ИК в проверяемых точках рассчитывают по формуле (2):

$$\Delta_{вчi} = X_{иi} - X_{эi}, \quad (2)$$

где $X_{иi}$ – результат измерений ИК в проверяемой точке.

Значение абсолютной погрешности ИК (проверяемых поэлементно) в проверяемых точках рассчитывают по формуле (3):

$$\Delta_{икi} = \Delta_{пчi} + |\Delta_{вчi}|. \quad (3)$$

Значение приведенной к ВП погрешности ИК в проверяемых точках рассчитывают по формуле (4):

$$\gamma_{ик1i} = \frac{\Delta_{икi}}{X_{вп}} \cdot 100, \quad (4)$$

Значение абсолютной погрешности ИК (проверяемых комплектно) в проверяемых точках рассчитывают по формуле (5):

$$\Delta_{икi} = X_{иi} - X_{эi}, \quad (5)$$

где $X_{вп}$ – верхний предел диапазона измерений ИК.

Значение относительной погрешности ИК рассчитывают по формуле (6):

$$\delta_{ик} = \delta_{пч} + \delta_{рм}, \quad (6)$$

где $\delta_{пч}$ – относительная погрешность первичной части ИК;

$\delta_{рм}$ – относительная погрешность РМ820МГ.

Значение приведенной к ВП погрешности ИК в проверяемых точках рассчитывают по формуле (7):

$$\gamma_{ик2i} = \delta_{ик} \frac{X_{иi}}{X_{вп}}. \quad (7)$$

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 Результаты поверки заносятся в протокол поверки (Приложение Б).
- 9.2 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке.
- 9.3 При отрицательных результатах поверки применение СИС запрещается, оформляется извещение о непригодности к применению.
- 9.4 При поверке отдельных ИК из состава СИС в свидетельство о поверке заносится информация о конкретных ИК, прошедших поверку.
- 9.5 В Паспорт на СИС 106АТ-00-00-001 ПС вносится соответствующая запись.
- 9.6 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) формуляр в виде наклейки или оттиска клейма.

Таблица подключения датчиков

Таблица А.1

№ п/п	Наименование ИК	Обозначение ИК на устройстве отображения СИС	Датчик	Место подключения средства проверки	Контакты
1	2	3	4	5	6
1	ИК частоты вращения приводного вала (левый) [об/мин]	ИК частоты вращения ЛВВ	A5S0DS0M121 0B80	Разъём BR17	4 "+" 3 "-"
2	ИК частоты вращения приводного вала (правый) [об/мин]	ИК частоты вращения ПВВ	A5S0DS0M121 0B80	Разъём BR18	4 "+" 3 "-"
3	ИК частоты вращения вала ВНВ [об/мин]	ИК частоты вращения ВНВ	A5S0DS0M121 0B80	Разъём BR19	4 "+" 3 "-"
4	ИК частоты вращения вала ННВ [об/мин]	ИК частоты вращения ННВ	A5S0DS0M121 0B80	Разъём BR20	4 "+" 3 "-"
5	ИК частоты вращения турбопривода [об/мин]	ИК частоты вращения ТП-35	A5S0DS0M121 0B80	Разъём BR60	4 "+" 3 "-"
6	ИК температуры масла в ГР с термометром сопротивления ТС-1388/1М [оС]	Температура в ГР (ТС-1388/1М)	ТС-1388/1М	Клеммная колодка ХТ16 (СУИС)	27 "-" 28 "+" 29 "+" 30 "-"
7	ИК температуры масла в ПВР1 с термометром сопротивления ТС-1388/1М [оС]	Температура в ПВР1 (ТС-1388/1М)	ТС-1388/1М	Клеммная колодка ХТ16 (СУИС)	57 "-" 58 "+" 59 "+" 60 "-"
8	ИК температуры масла в ПВР2 с термометром сопротивления ТС-1388/1М [оС]	Температура в ПВР2 (ТС-1388/1М)	ТС-1388/1М	Клеммная колодка ХТ16 (СУИС)	87 "-" 88 "+" 89 "+" 90 "-"
9	ИК давления ГР [бар]	ИК Давления ГР	ADZ SML 20.0 0..10 bar	Разъём ВР24	3 "+" 2 "-"
10	ИК давления ПВР1 [бар]	ИК Давления ПВР1	ADZ SML 20.0 0..10 bar	Разъём ВР63	3 "+" 2 "-"
11	ИК давления ПВР2 [бар]	ИК Давления ПВР2	ADZ SML 20.0 0..10 bar	Разъём ВР64	3 "+" 2 "-"
12	ИК давления на входе в маслорадиатор [кгс/см ²]	ИК давления на входе в маслорадиатор	ADZ SML 20.0 0..10 bar	Разъём ВР106	3 "+" 2 "-"
13	ИК давления на выходе гидронасоса основной системы [бар]	Насос основной системы - Давление	ADZ SML 20.0 0..250 bar	Разъём ВР49	3 "+" 2 "-"
14	ИК давления на выходе гидронасоса общей системы [бар]	Насос общей системы - Давление	ADZ SML 20.0 0..250 bar	Разъём ВР51	3 "+" 2 "-"
15	ИК давления на выходе гидронасоса дублирующей системы [бар]	Насос дублирующей системы - Давление	ADZ SML 20.0 0..250 bar	Разъём ВР53	3 "+" 2 "-"
16	ИК виброускорения ГР Ось X [g]	ИК Вибронагрузок ГР - X	353B17	Разъём ВVI27	Жила "+" Корпус "-"
17	ИК виброускорения ГР Ось Y [g]	ИК Вибронагрузок ГР - Y	353B17	Разъём ВVI28	Жила "+" Корпус "-"
18	ИК виброускорения ГР Ось Z [g]	ИК Вибронагрузок ГР - Z	353B17	Разъём ВVI29	Жила "+" Корпус "-"
19	ИК виброускорения ПВР1 Ось X [g]	ИК Вибронагрузок ПВР1 - X	353B17	Разъём ВVI30	Жила "+" Корпус "-"
20	ИК виброускорения ПВР1	ИК Вибронагрузок	353B17	Разъём ВVI31	Жила "+"

1	2	3	4	5	6
	Ось Y [g]	ПВР1 - Y			Корпус "-"
21	ИК виброускорения ПВР1 Ось Z [g]	ИК Вибронагрузок ПВР1 - Z	353В17	Разъём ВVI32	Жила "+" Корпус "-"
22	ИК виброускорения ПВР2 Ось X [g]	ИК Вибронагрузок ПВР2 - X	353В17	Разъём ВVI33	Жила "+" Корпус "-"
23	ИК виброускорения ПВР2 Ось Y [g]	ИК Вибронагрузок ПВР2 - Y	353В17	Разъём ВVI34	Жила "+" Корпус "-"
24	ИК виброускорения ПВР2 Ось Z [g]	ИК Вибронагрузок ПВР2 - Z	353В17	Разъём ВVI35	Жила "+" Корпус "-"
25	ИК расхода масла гидрона- соса основной системы [л/мин]	Насос основной си- стемы - Расход	ТПР11-1-1(В)	Разъём ВFV48	4 "+" 1 "-"
26	ИК расхода масла гидрона- соса общей системы [л/мин]	Насос общей систе- мы - Расход	ТПР11-1-1(В)	Разъём ВFV50	4 "+" 1 "-"
27	ИК расхода масла гидрона- соса дублирующей системы [л/мин]	Насос дублирующей системы - Расход	ТПР11-1-1(В)	Разъём ВFV52	4 "+" 1 "-"
28	ИК расхода масла ГР [л/мин]	ИК Расхода ГР	ТПР14-5-1(В)	Разъём ВFV26	4 "+" 1 "-"
29	ИК расхода масла ПВР1 [л/мин]	ИК Расхода ПВР1	ТПР13-5-1(В)	Разъём ВFV61	4 "+" 1 "-"
30	ИК расхода масла ПВР2 [л/мин]	ИК Расхода ПВР2	ТПР13-5-1(В)	Разъём ВFV62	4 "+" 1 "-"
31	ИК силы тяги на валу ВНВ (левая) [кН]	ИК силы тяги ВНВ [кН] - Левая	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF09	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
32	ИК силы тяги на валу ВНВ (правая) [кН]	ИК силы тяги ВНВ [кН] - Правая	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF10	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
33	ИК силы тяги на валу ВНВ (передняя) [кН]	ИК силы тяги ВНВ [кН] - Передняя	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF11	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
34	ИК силы тяги на валу ВНВ (задняя) [кН]	ИК силы тяги ВНВ [кН] - Задняя	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF12	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
35	ИК силы тяги на валу ННВ (левая) [кН]	ИК силы тяги ННВ [кН] - Левая	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF05	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
36	ИК силы тяги на валу ННВ (правая) [кН]	ИК силы тяги ННВ [кН] - Правая	1020АСК-125 KN-B	Разъём ВF06	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-"

1	2	3	4	5	6
					F "SENSE+"
37	ИК силы тяги на валу ННВ (передняя) [кН]	ИК силы тяги ННВ [кН] - Передняя	1020ACK-125 KN-B	Разъём BF07	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
38	ИК силы тяги на валу ННВ (задняя) [кН]	ИК силы тяги ННВ [кН] - Задняя	1020ACK-125 KN-B	Разъём BF08	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
39	ИК продольной силы на валу ВНВ [кН]	ИК боковой силы ВНВ - Продольная	1020ACK-50 KN-B	Разъём BF15	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
40	ИК продольной силы на валу ННВ [кН]	ИК боковой силы ННВ - Продольная	1020ACK-50 KN-B	Разъём BF13	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
41	ИК поперечной силы на валу ВНВ [кН]	ИК боковой силы ВНВ - Поперечная	1010ACK-5 KN-B	Разъём BF16	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
42	ИК поперечной силы на валу ННВ [кН]	ИК боковой силы ННВ - Поперечная	1010ACK-5 KN-B	Разъём BF14	A "EXC+" B "OUT+" C "OUT-" D "EXC-" E "SENSE-" F "SENSE+"
43	ИК крутящего момента на входном валу (левый) [Н·м]	ИК крутящего момента ЛВВ	T11-FP3 (2KN·m)	Разъём BT1	4 "+" 1 "-"
44	ИК крутящего момента на входном валу (правый) [Н·м]	ИК крутящего момента ПВВ	T11-FP3 (2KN·m)	Разъём BT2	4 "+" 1 "-"
45	ИК крутящего момента на валу ВНВ [Н·м]	ИК крутящего момента ННВ	MPZ1510003 (100KN·m)	Разъём BT3	1 "+" 2 "-"
46	ИК крутящего момента на валу ННВ [Н·м]	ИК крутящего момента ВНВ	MPZ1510003 (100KN·m)	Разъём BT4	1 "+" 2 "-"
47	ИК мощности переменного тока генератора 1 [кВА]	ИК Мощности левого генератора	PM820MG,	Напряжение (Разъём 2 PM820MG): Ток (Разъём 6 PM820MG):	V ₁ "+" V _N "-" I ₁₊ "+" I ₁₋ "-"
48	ИК мощности переменного тока генератора 2 [кВА]	ИК Мощности правого генератора	PM820MG,	Напряжение (Разъём 2 PM820MG): Ток (Разъём 6 PM820MG):	V ₁ "+" V _N "-" I ₁₊ "+" I ₁₋ "-"

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ № _____
поверки системы измерительной станда УИС-252, зав. № P001.01AT-16

1 Вид поверки:

2 Дата поверки: «__» _____ 20__ г.

3. Поверка проведена по документу «ГСИ. Система измерительная станда УИС-252. Методика поверки. МП-206-0003-2017», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 12 апреля 2017 г.

4 Средства поверки

Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность или номер в ФИФ	№ и дата свидетельства о поверке, кем выдано

5 Вспомогательные средства: в соответствии с методикой поверки МП-206-0003-2017.

6 Условия поверки

5.1 Температура окружающего воздуха, °С	
5.2 Относительная влажность воздуха, %	
5.3 Атмосферное давление, кПа	

7 Результаты экспериментальных исследований

7.1 Внешний осмотр:

7.2 Результаты опробования:

7.3 Результаты определения метрологических характеристик.

Результаты определения метрологических характеристик и рабочие материалы, содержащие данные по погрешности ИК, приведены в таблицах Б.1 – Б.9.

Расчет погрешности ИК проводится в соответствии с методикой поверки МП-206-0003-2017.

Таблица Б.1 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК частоты вращения

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, Гц	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{э}$, об/мин	Показания ИК, $X_{и}$, об/мин	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{вч}$, об/мин	Относительная погрешность датчика (в соответствии с ОТ), $\delta_{пч}$, %	Абсолютная погрешность первичной части ИК, $\Delta_{пч}$, об/мин	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ик}$, об/мин	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ик}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИК частоты вращения приводного вала (левый) [об/мин]	0,5	30			± 0,1				± 0,5	
	75	4500								
	150	9000								
	225	13500								
	300	18000								
ИК частоты вращения приводного вала (правый) [об/мин]	0,5	30			± 0,1				± 0,5	
	75	4500								
	150	9000								
	225	13500								
	300	18000								
ИК частоты вращения вала ВНВ [об/мин]	0,5	30			± 0,1				± 0,5	
	1,95	117								
	3,4	204								
	4,85	291								
	6,25	400								
ИК частоты вращения вала ННВ [об/мин]	0,5	30			± 0,1				± 0,5	
	1,95	117								
	3,4	204								
	4,85	291								
	6,25	400								
ИК частоты вращения турбопривода [об/мин]	0,5	30			± 0,1				± 0,5	
	26,2	1572								
	51,9	3114								
	77,6	4656								
	103,33	6200								

Таблица Б.2 Результаты определения абсолютной погрешности измерений ИК температуры (проверяемые комплектным методом)

Обозначение ИК	Устанавливаемые значения температуры в термостате, °С	Показания МИТ 2.05, $X_{Эн}$, °С	Показания ИК, $X_{Ит}$, °С	Абсолютная погрешность ИК, $\Delta_{ИКт}$, °С	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК, °С	Заключение о соответствии ИК (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7
ИК температуры масла в ГР с приёмником температуры П-1 [°С]	30				± 5,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла на входе радиатора ГР [°С]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла на выходе радиатора ГР [°С]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла в ПВР1 с приёмником температуры П-1 [°С]	30				± 5,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла на входе радиатора ПВР1 [°С]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла на выходе радиатора ПВР1 [°С]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла в ПВР2 с приёмником температуры П-1 [°С]	30				± 5,0	
	60					
	90					
	120					
	150					
ИК температуры масла на входе радиатора ПВР2 [°С]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					

1	2	3	4	5	6	7
ИК температуры масла на выходе радиатора ПВР2 [°C]	30				± 1,0	
	60					
	90					
	120					
	150					

Таблица Б.3 Результаты определения абсолютной погрешности измерений ИК температуры (проверяемые поэлементным методом)

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, Ом	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, °C	Показания ИК, $X_{И}$, °C	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{ВЧ}$, °C	Абсолютная погрешность датчика (по его паспорту), $\Delta_{ДЧ}$, °C	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности ИК, °C	Заключение о соответствии ИК (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИК температуры масла в ГР с термометром сопротивления ТС-1388/1М [°C]	84,3	-39,32			± 2,1		± 5,0	
	103	7,67						
	121,3	54,93						
	139,5	102,61						
	157,3	149,93						
ИК температуры масла в ПВР1 с термометром сопротивления ТС-1388/1М [°C]	84,3	-39,32			± 2,1		± 5,0	
	103	7,67						
	121,3	54,93						
	139,5	102,61						
	157,3	149,93						
ИК температуры масла в ПВР2 с термометром сопротивления ТС-1388/1М [°C]	84,3	-39,32			± 2,1		± 5,0	
	103	7,67						
	121,3	54,93						
	139,5	102,61						
	157,3	149,93						

Таблица Б.4 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК давления

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, В	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, кгс/см ²	Показания ИК, $X_{И}$, кгс/см ²	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{ВЧ}$, кгс/см ²	Абсолютная погрешность датчика (по его ОТ), $\Delta_{ДЧ}$, кгс/см ²	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, кгс/см ²	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ИкВ}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3			6	7	8	9	10
ИК давления ГР [кгс/см ²]	0	0			± 0,05			± 1,0	
	4	4							
	6	6							
	8	8							
	10	10							
ИК давления ПВР1 [кгс/см ²]	0	0			± 0,05			± 1,0	
	4	4							
	6	6							
	8	8							
	10	10							
ИК давления ПВР2 [кгс/см ²]	0	0			± 0,05			± 1,0	
	4	4							
	6	6							
	8	8							
	10	10							
ИК давления на входе в маслорадиатор [кгс/см ²]	0,2	0,2			± 0,05			± 1,0	
	4	4							
	6	6							
	8	8							
	10	10							
ИК давления на выходе гидронасоса основной системы [кгс/см ²]	0	0			± 1,3			± 1,5	
	1,4	35							
	2,6	65							
	3,6	90							
	5,2	130							

1	2	3			6	7	8	9	10
ИК давления на выходе гидронасоса общей системы [кгс/см ²]	0	0			± 1,3			± 1,5	
	1,4	35							
	2,6	65							
	3,6	90							
	5,2	130							
ИК давления на выходе гидронасоса дублирующей системы [кгс/см ²]	0	0			± 1,3			± 1,5	
	1,4	35							
	2,6	65							
	3,6	90							
	5,2	130							

Таблица Б.5 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК виброускорения

Обозначение ИК	Амплитуда сигнала, подаваемого на вход вторичной части ИК, мВ	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, g	Показания ИК, $X_{И}$, g	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{ВЧ}$, g	Абсолютная погрешность датчика (по его ОТ), $\Delta_{ПЧ}$, g	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, g	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ИК}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИК виброускорения ГР Ось X [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ГР Ось Y [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ГР Ось Z [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ПВР1 Ось X [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИК виброускорения ПВР1 Ось Y [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ПВР1 Ось Z [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ПВР2 Ось X [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ПВР2 Ось Y [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							
ИК виброускорения ПВР2 Ось Z [g]	0	0			± 50,0			± 15	
	10	100							
	20	200							
	30	300							
	40	400							
	50	500							

Таблица Б.6 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК расхода

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, Гц	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, л/мин	Показания ИК, $X_{И}$, л/мин	Абсолютная погрешность ИК, $\Delta_{Вч}$, л/мин	Абсолютная погрешность датчика (по его ОТ), $\Delta_{Дч}$, л/мин	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, л/мин	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ИКВ}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИК расхода масла гидронасоса основной системы [л/мин]	60	18			± 0,24			± 3,0	
	78,3	23,5							
	96,6	29							
	115	34,5							
	133,3	40							
ИК расхода масла гидронасоса общей системы [л/мин]	60	18			± 0,24			± 3,0	
	78,3	23,5							
	96,6	29							
	115	34,5							
	133,3	40							
ИК расхода масла гидронасоса дублирующей системы [л/мин]	150	18			± 0,24			± 3,0	
	195,8	23,5							
	241,7	29							
	287,5	34,5							
	333,3	40							
ИК расхода масла ГР [л/мин]	50	24			± 0,96			± 1,5	
	140	67,2							
	230	110,4							
	320	153,6							
	416,7	200							
ИК расхода масла ПВР1 [л/мин]	125	15			± 0,60			± 3,0	
	158,3	19							
	191,7	23							
	225	27							
	250	30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИК расхода масла ПВР2 [л/мин]	125	15			± 0,60			± 3,0	
	158,3	19							
	191,7	23							
	225	27							
	250	30							

Таблица Б.7 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК силы

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, мВ/В	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, кН	Показания ИК, $X_{И}$, кН	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{ВЧ}$, кН	Относительная погрешность датчика, $\delta_{ПЧ}$, %	Абсолютная погрешность первичной части ИК, $\Delta_{ПЧ}$, кН	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, кН	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ИКВ}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИК силы тяги на валу ВНВ (левая) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ВНВ (правая) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ВНВ (передняя) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ВНВ (задняя) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ННВ (левая) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИК силы тяги на валу ННВ (правая) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ННВ (передняя) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК силы тяги на валу ННВ (задняя) [кН]	0	0			± 0,3				± 0,5	
	0,25	12,5								
	0,45	25								
	0,6	37,5								
	0,8	56,25								
ИК продольной силы на валу ВНВ [кН]	0	0			± 0,24				± 0,5	
	0,25	6,125								
	0,5	12,5								
	0,75	18,75								
	1	25								
ИК продольной силы на валу ННВ [кН]	0	0			± 0,24				± 0,5	
	0,25	6,125								
	0,5	12,5								
	0,75	18,75								
	1	25								
ИК поперечной силы на валу ВНВ [кН]	0	0			± 0,24				± 0,5	
	0,25	1,25								
	0,45	2,25								
	0,65	3,25								
	0,85	4,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИК попе- речной силы на валу ННВ [кН]	0	0			± 0,24				± 0,5	
	0,25	1,25								
	0,45	2,25								
	0,65	3,25								
	0,85	4,25								

Таблица Б.8 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК крутящего момента силы

Обозначение ИК	Сигнал, подаваемый на вход вторичной части ИК, В	Расчетное (эталонное) значение выходного сигнала ИК, $X_{Э}$, Н·м	Показания ИК, $X_{И}$, Н·м	Абсолютная погрешность вторичной части ИК, $\Delta_{ВЧ}$, Н·м	Абсолютная погрешность датчика, $\Delta_{ДЧ}$, Н·м	Абсолютная погрешность ИК (датчик и вторичная часть ИК), $\Delta_{ИК}$, Н·м	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ИКВ}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИК крутящего момента на входном валу (левый) [Н·м]	0	0			± 1,0			± 0,5	
	2,65	530							
	5,1	1020							
	7,55	1510							
	10	1700							
ИК крутящего момента на входном валу (правый) [Н·м]	0	0			± 1,0			± 0,5	
	2,65	530							
	5,1	1020							
	7,55	1510							
	10	1700							
ИК крутящего момента на валу ВНВ [Н·м]	0	0			± 100,0			± 0,5	
	2,475	24750							
	4,775	47750							
	7,075	70750							
	9,375	93750							
ИК крутящего момента на валу ННВ [Н·м]	0	0			± 100,0			± 0,5	
	2,475	24750							
	4,775	47750							
	7,075	70750							
	9,375	93750							

Таблица Б.9 Результаты определения приведенной к ВП погрешности измерений ИК мощности переменного тока

Обозначение ИК	Значения электрической мощности, создаваемой генератором стенда УИС-252, кВт	Показания РМ820МГ, $X_{Эi}$, кВт	Показания ИК, $X_{Иi}$, кВт	Отсутствие искажений измерительной информации во вторичной части ИК (да \ нет)	Относительная погрешность РМ820МГ, $\delta_{РМ1}$, %	Относительная погрешность первичной части ИК, $\delta_{ПЧ}$, %	Относительная погрешность ИК, $\delta_{ИК}$, %	Приведенная к ВП погрешность ИК, $\gamma_{ик2i}$, %	Пределы допускаемой приведенной к ВП погрешности ИК, %	Заключение о соответствии ИК, (да / нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИК мощности переменного тока генератора 1 [кВт]	0				$\pm 0,1$	$\pm 1,0$			$\pm 2,0$	
	13									
	25									
	37									
	50									
ИК мощности переменного тока генератора 2 [кВт]	0				$\pm 0,1$	$\pm 1,0$			$\pm 2,0$	
	13									
	25									
	37									
	50									

6.4 Результаты проверки соответствия программного обеспечения СИ:

7 Выводы

7.1 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК частоты вращения %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений частоты.

7.2 Значение абсолютной погрешности измерений ИК температуры масла в поддоне главного редуктора и в поддонах промежуточных редукторов с приёмниками термометров сопротивления П-1, а также ИК температуры масла в поддоне главного редуктора и в поддонах промежуточных редукторов с термопреобразователями сопротивления °С, не превышает/(превышает) предел допускаемой абсолютной погрешности для данных ИК.

Значение абсолютной погрешности измерений ИК температуры масла на входе и выходе радиаторов маслосистемы главного редуктора и промежуточных редукторов с термопреобразователями сопротивления °С, не превышает/(превышает) предел допускаемой абсолютной погрешности для данных ИК.

7.3 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК давления масла в гидросистеме главного редуктора и промежуточных редукторов, а также ИК давления масла на входе в маслорадиатор %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений давления для данных ИК.

Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК давления масла на выходе гидронасосов %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений давления для данных ИК.

7.4 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК виброускорения %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений виброускорения.

7.5 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК расхода масла гидронасоса, а также ИК расхода масла промежуточных редукторов %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений расхода для данных ИК.

Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК расхода масла редуктора %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений расхода для данных ИК.

7.6 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК силы %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений силы.

7.7 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК крутящего момента силы %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений крутящего момента силы.

7.8 Значение приведенной к ВП погрешности измерений ИК электрической мощности переменного тока %, не превышает/(превышает) предел допускаемой приведенной к ВП погрешности измерений электрической мощности переменного тока.

Дата очередной поверки

Поверитель _____

(подпись, дата)

_____ (Ф.И.О.)