

Поверка

осуществляется по документу «Преобразователь Измерительный переменного тока короткого замыкания ОМБ-11. Руководство по эксплуатации». М98.045.00.000 РЭ, раздел 4 «Методы и средства поверки», утвержденного ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 13.06.2011 г.