

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
ФГУП «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева»



А.Н. Пронин

14 мая 2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

Мосты переменного тока высоковольтные автоматические
СА7100М1, СА7100М1.1


Методика поверки

МП 2202-077-2019

Руководитель лаборатории государственных
эталонов в области измерений
параметров электрических цепей

 **Ю.П. Семенов**

Вед. научный сотрудник

 **М.Д. Клионский**

г. Санкт-Петербург

2019

Содержание

1	Операции поверки	3
2	Средства поверки	4
3	Требования к квалификации персонала.....	5
4	Требования безопасности	5
5	Условия проведения поверки.....	5
6	Подготовка к проведению поверки	5
7	Проведение поверки.....	5
7.1	Внешний осмотр.....	5
7.2	Проверка электрической прочности изоляции.....	6
7.3	Идентификация программного обеспечения.....	6
7.4	Опробование.....	6
7.5	Проверка диапазонов измерений емкости и тангенса угла потерь.....	6
7.6	Определение основной погрешности измерений емкости и и тангенса угла потерь.....	7
7.7	Определение действительных значений емкости и тангенса угла потерь эталонного конденсатора.....	8
7.8	Определение основной погрешности измерений напряжения.....	9
7.9	Определение основной погрешности измерений частоты.....	9
8	Обработка результатов измерений.....	9
9	Оформление результатов поверки	10
	Приложение А (рекомендуемое) Форма протокола измерений.....	11
	Приложение Б (рекомендуемое). Форма таблиц для протокола поверки.....	13
	Приложение В (справочное). Пример расчета доверительной погрешности.....	15

Настоящий документ распространяется на мосты переменного тока высоковольтные автоматические СА7100М1, СА7100М1.1 и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Мосты предназначены для измерений электрической емкости (С) и тангенса угла потерь (tgδ). Мосты выполняются в виде двух блоков: измерительного и расширителя диапазона СА7150. В комплект мостов может быть включен в виде автономной части эталонный высоковольтный измерительный конденсатор.

Мосты СА7100М1 и СА7100М1.1 имеют одинаковые метрологические характеристики и различаются конструктивным выполнением блока измерительного. Мосты могут применяться в качестве эталонов емкости и тангенса угла потерь при частоте 50 Гц в соответствии с государственными поверочными схемами ГОСТ 8.371-80 (емкость) и ГОСТ 8.019-85 (тангенс угла потерь).

Методикой предусмотрена возможность проведения поверки на меньшем числе поддиапазонов измерений (без использования расширителя диапазона);

Межповерочный интервал устанавливается 2 года.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 — Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Первичная поверка	Периодическая поверка
Внешний осмотр	7.1	+	+
Проверка электрической прочности изоляции	7.2	+	+
Идентификация программного обеспечения	7.3	+	+
Опробование	7.4	+	+
Проверка диапазонов измерений емкости и тангенса угла потерь: без расширителя диапазона СА7150; с расширителем диапазона СА7150	7.5	+	+
Определение основной погрешности измерений емкости и тангенса угла потерь: без использования расширителя диапазона СА7150; при использовании расширителя диапазона СА7150	7.6	+	+
Определение действительных значений емкости и тангенса угла потерь эталонного конденсатора	7.7	+	+
Определение основной относительной погрешности измерения рабочего напряжения	7.8	+	+
Определение основной абсолютной погрешности измерения частоты	7.9	+	+

При получении отрицательных результатов при проведении любой из перечисленных операций поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки делителя используются средства измерений и испытаний, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки	Метрологические и основные технические характеристики	Обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и метрологические характеристики средства поверки
7.2	Установка испытательная высоковольтная УИВ-100/7,5/130	Переменное напряжение до 100 кВ частотой 50 Гц; погрешность (ПГ) $\pm 3 \%$	Формуляр ТС.441322.003-01 ФО
	Государственный вторичный эталон – эталон сравнения единицы угла потерь (тангенса угла потерь) в диапазоне $1 \cdot 10^{-4} \dots 0,1$ при напряжении до 10 кВ (далее - эталон сравнения);	$C=1$ нФ, $\text{tg}\delta=(1 \dots 1000) \cdot 10^{-4}$, до 10 кВ; доверительная ПГ ($P=0,95$): по C 0,001-0,01 %, по $\text{tg}\delta$ $(1-12) \cdot 10^{-5}$	2.1.ZZB.0053.2014 ПС 2.1.ZZB.0053.2014 ПрС
7.4 - 7.7	Государственный вторичный эталон единицы угла потерь (тангенса угла потерь) в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-5}$ до 1 при емкости от 1 пФ до 10 мкФ и частотах от 50 Гц до 1 МГц (далее – вторичный эталон)	$C=100$ пФ...10 мкФ, $\text{tg}\delta = 1 \cdot 10^{-5} \dots 1$; напряжение 0,1...10 кВ; доверительная ПГ ($P=0,95$): по C 0,001-0,01 %, по $\text{tg}\delta$ $(1-10) \cdot 10^{-5}$	2.1.ZZB.0214.2015 ПС 2.1.ZZB.0214.2015 ПрС
7.5-7.7	Конденсаторы измерительные высоковольтные КИВ-10 и КИВ-110, поверенные в качестве эталонов 1-го разряда	$C= 100$ и 50 пФ, напряжение 10 и 64 кВ; ПГ: по C 0,002 %, по $\text{tg}\delta$ $2 \cdot 10^{-5}$	Регистрационный № 49532-12
7.8	Делитель напряжения ДН-50ЕО,	50 пФ; ПГ $\pm 0,01 \%$	Регистрационный № 38437-08
7.8	Мультиметр Agilent 34410	До 750 В, ПГ $\pm 0,09 \%$ в диапазоне 1-100 В,	Регистрационный № 47717-11

		50 Гц	
7.9	Частотомер ЧЗ-63	ПГ ±0,00005 %	Регистрационный № 9084-90
Примечание - Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.			

2.2 Применяемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3 Требования к квалификации персонала

Измерения могут выполнять лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III при работе с электроустановками на напряжение выше 1кВ.

4 Требования безопасности

При поверке должны быть соблюдены требования, установленные "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" и ГОСТ 12.3.019-80.

5 Условия поверки

При проведении поверки должны выполняться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С..... 20±2
- относительная влажность окружающего воздуха, % 30 - 80
- атмосферное давление, кПа 101±4

6 Подготовка к поверке

Перед началом измерений должны быть известны параметры эталонного конденсатора, которые после включения моста заносят в поле ввода параметров Со.

Все измерения емкости и тангенса угла потерь проводят в режиме накопления. Рекомендуемое количество измерений, устанавливаемое в поле настройки режима накопления n=5. При измерениях в диапазоне tgδ от 0,1 до 1,1 рекомендуемое количество измерений n=20.

После включения моста проверяют состояние аккумулятора и при необходимости выполняют его заряд.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверяют:

- а) комплектность моста;
- б) отсутствие механических повреждений;
- в) надежность крепления соединительных кабелей;
- г) чистоту потенциальных и заземленных выводов;
- д) состояние покрытий и окраски;
- е) сохранность знака поверки, если он нанесен, и знака утверждения типа.

Результат операции поверки считать положительным: если отсутствуют механические повреждения, исправны соединительные кабели, комплектность и маркировка соответствуют данным руководства по эксплуатации.

7.2 Проверка электрической прочности изоляции

Проверку проводят следующим образом:

- цепей питания от сети - напряжением $U=1,5$ кВ частотой 50 Гц. Напряжение прикладывают между соединенными вместе штекерами вилки питающего кабеля и корпусом.

- кабелей измерительных - напряжением 500 В. Напряжение прикладывают между центральной жилой и экраном.

- эталонного высоковольтного конденсатора из комплекта моста (если он имеется в комплекте) – напряжением в соответствии с разделом 5 ГОСТ 22261-94 (напр., для наиболее распространенных типов конденсаторов с предельным рабочим напряжением 10, 35, 42, 50 и 100 кВ испытательное напряжение составляет соответственно 19, 54, 62, 70 и 125 кВ). Напряжение прикладывают между высоковольтным выводом и клеммой заземления при заземленном низковольтном выводе. Допускается не проводить это испытание при условии представления владельцем моста документа об успешном проведении испытания конденсатора на электрическую прочность изоляции со сроком давности не более одного месяца.

Напряжение повышают плавно или равномерно ступенями, не превышающими 10 % значения испытательного напряжения. Во всех случаях изоляция должна выдержать действие испытательного напряжения в течение 1 мин.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если во время испытания не произошло пробоя или поверхностного перекрытия изоляции. Появление "короны" на подводящих проводах или специфического шума при испытании не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

7.3 Идентификация программного обеспечения

Измерительный блок моста подключают к компьютеру (ПК) с помощью блока сопряжения. Для получения актуального значения версии ПО следует щелкнуть по вкладке «Помощь», и в появившемся окне выбрать строку «О программе». Появится информация о версии встроенного ПО и лицензионного ключа для данного моста.

Результат проверки считают удовлетворительным, если номер версии – v.0.53 и выше.

7.4 Опробование

Подключают объект измерений в виде вторичного эталона, устанавливают на нем значение емкости 100 нФ. В поля для ввода значения паразитных емкостей $C_{ко}$ и $C_{кх}$, шунтирующих входы моста « C_o » и « C_x », вводят значения, измеренные в соответствии с указаниями в руководстве по эксплуатации моста. Рабочее напряжение моста устанавливают 100 В и проводят измерения.

Подключают к мосту расширитель диапазона, выбирают в поле вывода фиксированного диапазона измерений поддиапазон 5. Рабочее напряжение моста устанавливают 100 В и проводят измерения C и $tg\delta$.

Результаты измерений должны совпадать в пределах допустимой погрешности моста по C и $tg\delta$.

7.5 Проверка диапазонов измерений емкости и тангенса угла потерь

7.5.1 Проверка поддиапазонов измерений емкости:

- без расширителя диапазона CA7150;
- с расширителем диапазона CA7150.

В эталонное плечо моста включают высоковольтный конденсатор (из комплекта моста или КИВ-10) с номинальной емкостью 100 пФ. При этом диапазон измерений моста по емкости составляет:

- без расширителя диапазона СА7150, 1-4 поддиапазоны: 1 пФ – 100 нФ;
- с расширителем диапазона СА7150, добавляются 5 и 6 поддиапазоны: 100 нФ - 1 мкФ; 1 - 10 мкФ.

Проверку поддиапазонов измерений емкости без расширителя диапазона СА7150 проводят в точке $C=50$ пФ, напряжении 10 кВ с помощью высоковольтного конденсатора (напр., КИВ-110) и в точке $C=100$ нФ, напряжении 1 кВ с помощью вторичного эталона.

Проверку поддиапазонов измерений емкости с расширителем диапазона СА7150 проводят в точках $C=1$ и 10 мкФ при напряжении 100 В с помощью вторичного эталона.

Испытание считается успешным, если результаты измерений емкости соответствуют номинальным значениям емкости используемого эталона.

7.5.2 Проверка диапазона измерений тангенса угла потерь

Нижнюю границу диапазона проверяют в точке 50 пФ с помощью высоковольтного конденсатора, имеющего $\text{tg}\delta$ близкий нулю (менее $1 \cdot 10^{-4}$). Верхнюю границу диапазона проверяют в точке $C=10$ нФ, $\text{tg}\delta = 1$ с помощью вторичного эталона.

Испытание считается успешным, если результаты измерений тангенса угла потерь соответствуют номинальным значениям $\text{tg}\delta$ используемого эталона.

Проверку диапазона измерений тангенса угла потерь проводят одновременно с проверкой диапазона измерений емкости.

Допускается проверку диапазонов измерений C и $\text{tg}\delta$ проводить одновременно с определением основной погрешности моста.

7.6 Определение основной погрешности измерений емкости и тангенса угла потерь

7.6.1 Измерения емкости и тангенса угла потерь проводят одновременно методом прямых измерений эталонных мер при напряжении, указанном для эталонной меры. Измерения при напряжении свыше 1 кВ проводят при подъеме и снижении напряжения. За результат принимают среднее арифметическое значение. Измерения проводят в следующих точках:

- без использования расширителя диапазона

$C=50, 100$ пФ; 1, 10, 100 нФ. При каждом значении емкости, начиная со 100 пФ, измеряют несколько значений тангенса угла потерь. Проверяемые номинальные значения тангенса угла потерь выбирают из ряда: $1 \cdot 10^{-5}, 1 \cdot 10^{-4}, 1 \cdot 10^{-3}, 1 \cdot 10^{-2}; 0,1; 1$. Применяют следующие эталоны: эталон сравнения для точки $C=1$ нФ и $\text{tg}\delta=1 \cdot 10^{-4} \dots 0,1$; вторичный эталон для точек $C=100$ пФ; 1, 10, 100 нФ и $\text{tg}\delta=1 \cdot 10^{-4} \dots 1$, высоковольтные конденсаторы для точек $C=50, 100$ пФ и $\text{tg}\delta$ менее $1 \cdot 10^{-4}$.

- с использованием расширителя диапазона

$C=1$ мкФ, $\text{tg}\delta=1 \cdot 10^{-4}$ и 1.

Результаты измерений, кроме результатов измерений в диапазоне тангенса угла потерь от 0,1 до 1, заносят в таблицу А1 протокола измерений при поверке (рекомендуемое приложение А).

При измерениях C и $\text{tg}\delta$ в диапазоне тангенса угла потерь от 0,1 до 1 дополнительно снимают показания моста по среднему квадратическому отклонению случайной погрешности результатов измерений емкости $\text{СКО}(C_x)$ и тангенса угла потерь $\text{СКО}(\text{tg}\delta_x)$. Результаты измерений и соответствующие им СКО заносят в таблицу А2 приложения А.

Рассчитывают относительное отклонение измеренных значений емкости (δ_x) и абсолютное отклонение измеренных значений тангенса угла потерь (Δ_x) от действительных значений измеряемых величин по формулам, приведенным в разделе 8.

Для результатов измерений C и $\text{tg}\delta$ в диапазоне тангенса угла потерь от 0,1 до 1 рассчитывают доверительную погрешность ($P=0,95$) с учетом двух составляющих: модуля

величин δ_x , Δ_x и соответствующих СКО (S_0 – относительное СКО по емкости, S – абсолютное СКО по $\text{tg}\delta$). Расчеты ведут по формулам, приведенным в разделе 8.

Таблица 3 – Допускаемые отклонения результатов измерений C и $\text{tg}\delta$

U, кВ	C	tgδ	С учетом ПГ эталонного конденсатора		Без учета ПГ эталонного конденсатора	
			δ, %	Δ, 10 ⁻⁴	δ ₁ , %	Δ ₁ , 10 ⁻⁴
Без расширителя диапазона						
40	50 пФ	1·10 ⁻⁵	±0,004	±0,4	±0,001	±0,1
10	100 пФ	1·10 ⁻⁴	±0,0041	±0,4	±0,0011	±0,1
10		1·10 ⁻³	±0,005	±0,5	±0,002	±0,2
10		1·10 ⁻²	±0,014	±0,9	±0,011	±0,6
10		0,1	±0,1	±5,4	±0,1	±5,1
10	1 нФ	1·10 ⁻⁴	±0,0041	±0,4	±0,0011	±0,1
10		1·10 ⁻³	±0,005	±0,5	±0,002	±0,2
10		1·10 ⁻²	±0,014	±0,9	±0,011	±0,6
10		0,1	±0,1	±5,4	±0,1	±5,1
2	10 нФ	1·10 ⁻⁴	±0,0051	±0,5	±0,0021	±0,2
2		1·10 ⁻³	±0,006	±0,6	±0,003	±0,3
2		1	±1	±51	±1	±51
1	100 нФ	1·10 ⁻⁴	±0,0051	±0,5	±0,0021	±0,2
1		1·10 ⁻³	±0,006	±0,6	±0,003	±0,3
С расширителем диапазона						
0,1	1 мкФ (диапазон 0,1–1мкФ)	1·10 ⁻⁴	±0,0081	±0,8	±0,0051	±0,5
0,1		1	±1	±51	±1	±51
0,1	1 мкФ (диапазон 1–10 мкФ)	1·10 ⁻⁴	±0,0081	±0,8	±0,0051	±0,5
0,1		1	±1	±51	±1	±51

Отклонения показаний моста δ_x и Δ_x и доверительные погрешности γ (в диапазоне $\text{tg}\delta$ от 0,1 до 1) не должны выходить за допускаемые пределы δ и Δ , указанные в таблице 3 (столбцы «С учетом ПГ эталонного конденсатора»).

7.7 Определение действительных значений емкости и тангенса угла потерь эталонного конденсатора

Измерения проводят сличением с эталонной мерой (высоковольтным конденсатором) при рабочем напряжении эталонного конденсатора из комплекта моста. Если рабочее напряжение превышает 100 кВ, то измерения допускается проводить при напряжении 100 кВ. В качестве компаратора может быть использован поверяемый мост. Сличения проводят в соответствии с ГОСТ 8.255-2003 «Меры электрической емкости. Методика поверки».

Результаты измерений заносят в таблицу А3 приложения А.

Погрешности определения C и $\text{tg}\delta$ эталонного конденсатора не должны быть больше разности по модулю между допускаемыми погрешностями моста по C и $\text{tg}\delta$ с учетом погрешности эталонного конденсатора (δ и Δ , таблица 3) и без учета этой погрешности (δ_1 и Δ_1), т.е. не должны выходить за допускаемые пределы: по емкости $\pm 0,003$ %, по тангенсу угла потерь $\pm 3 \cdot 10^{-5}$.

7.8 Определение основной погрешности измерений напряжения

Показания моста по напряжению U_x сравнивают с показаниями вольтметра U_0 , включенного через делитель напряжения. Суммарная погрешность вольтметра и делителя не должна превышать по модулю 0,3 %. Измерения проводят в точках 100 В и 10 кВ. Рассчитывают относительное отклонение измеренных значений напряжения (δ_u) от показаний вольтметра с учетом коэффициента деления делителя по формуле, %:

$$\delta_u = \frac{U_x - U_0}{U_0} 100 \quad (1)$$

Отклонения показаний моста от показаний вольтметра не должны выходить за допускаемые пределы ± 1 %.

Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу А4 приложения А.

7.9 Определение основной погрешности измерений частоты

Измерения проводят сличением с частотомером при частоте 50 Гц. Показания моста по частоте f_x сравнивают с показаниями частотомера f_0 . Рассчитывают абсолютное отклонение измеренного значения частоты (Δ_f) от показаний частотомера по формуле

$$\Delta_f = f_x - f_0 \quad (2)$$

Отклонения измеренных значений частоты от показаний частотомера не должны выходить за допускаемые пределы $\pm 0,1$ Гц.

Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу А4 приложения А.

8 Обработка результатов измерений

Относительное отклонение измеренных значений емкости (δ_x) и абсолютное отклонение измеренных значений тангенса угла потерь (Δ_x) от действительных значений измеряемых величин рассчитывают по формулам:

для емкости, %

$$\delta_x = \frac{C_x - C_0}{C_0} 100 \quad (3)$$

для тангенса угла потерь

$$\Delta_x = \text{tg}\delta_x - \text{tg}\delta_0 \quad (4)$$

Для результатов измерений C и $\text{tg}\delta$ в диапазоне тангенса угла потерь от 0,1 до 1 рассчитывают доверительную погрешность γ при $P=0,95$ (γ_c - для емкости, $\gamma_{\text{tg}\delta}$ - для тангенса угла потерь). Доверительная погрешность γ содержит две составляющие: отклонение показаний δ_x , Δ_x , рассматриваемое как неисключенная систематическая погрешность (НСП, Θ), и случайную погрешность, характеризуемую соответствующими СКО результатов измерений (S_0 - относительное СКО по емкости, S - абсолютное СКО по $\text{tg}\delta$). Расчеты ведут в соответствии с ГОСТ Р 8.736-11 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения» по формуле

$$\gamma = K \cdot S_{\Sigma} \quad (5)$$

где K – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и НСП (расчет см. ниже);

S_{Σ} – суммарное СКО результата измерений (относительное - для емкости, абсолютное - для тангенса угла потерь).

Суммарное СКО S_{Σ} вычисляют по формуле

$$S_{\Sigma} = \sqrt{S_x^2 + S_{\theta}^2}, \quad (6)$$

где S_x – СКО результата измерений (S_0 при измерении емкости и S при измерении тангенса угла потерь);

S_{θ} – СКО неисключенной систематической погрешности, которая вычисляется по формуле

$$S_{\theta} = \frac{\theta}{\sqrt{3}} \quad (7)$$

Коэффициент K для подстановки в формулу (5) определяют по формуле

$$K = \frac{\varepsilon + \theta}{S_x + S_{\theta}} \quad (8)$$

где ε – доверительная граница случайной погрешности результата измерений

$$\varepsilon = t \cdot S_x, \quad (9)$$

где t – коэффициент Стьюдента, который при $P=0,95$ и $n=20$ равен $2,086 \approx 2,1$.

Пример расчета доверительной погрешности по формулам (5) - (9) приведен в справочном приложении В.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Положительные результаты первичной и периодической поверки моста оформляют выдачей свидетельства о поверке установленной формы.

Свидетельство о поверке оформляют в соответствии с действующими приказами и правилами оформления свидетельств.

9.2 Для мостов, предназначенных к использованию в качестве эталона, к свидетельству о поверке прилагают протокол поверки, содержащий сведения в части определения основной погрешности измерений емкости и тангенса угла потерь (рекомендуемое приложение Б, таблица Б1).

9.3 На обороте свидетельства о поверке моста или в протоколе его поверки (для эталонных мостов), а также в паспорте моста указывают действительные значения емкости и тангенса угла потерь эталонного конденсатора и погрешности определения этих величин (рекомендуемое приложение Б, таблица Б2).

9.4 Знак поверки в виде наклейки наносится на боковую поверхность корпуса блока измерительного или на свидетельство о поверке.

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола измерений

Таблица А1 - Результаты измерений емкости и тангенса угла потерь при поверке в диапазоне $\text{tg}\delta$ от $1 \cdot 10^{-5}$ до 0,01

U, кВ	Номинальное значение		Результаты измерений		Действительное значение		Отклонение		Допускаемая погрешность	
	C	$\text{tg}\delta$	C	$\text{tg}\delta$	C	$\text{tg}\delta$	$\delta, \%$	$\Delta, 10^{-4}$	$\delta_1, \%$	$\Delta_1, 10^{-4}$
Без расширителя диапазона										
40	50 пФ	$1 \cdot 10^{-5}$							$\pm 0,004$	$\pm 0,4$
8	100 пФ	$1 \cdot 10^{-4}$							$\pm 0,0041$	$\pm 0,4$
8		$1 \cdot 10^{-3}$							$\pm 0,005$	$\pm 0,5$
8		$1 \cdot 10^{-2}$							$\pm 0,014$	$\pm 0,9$
10	1 нФ	$1 \cdot 10^{-4}$							$\pm 0,0041$	$\pm 0,4$
10		$1 \cdot 10^{-3}$							$\pm 0,005$	$\pm 0,5$
10		$1 \cdot 10^{-2}$							$\pm 0,014$	$\pm 0,9$
2	10 нФ	$1 \cdot 10^{-4}$							$\pm 0,0051$	$\pm 0,5$
2		$1 \cdot 10^{-3}$							$\pm 0,006$	$\pm 0,6$
1	100 нФ	$1 \cdot 10^{-4}$							$\pm 0,0051$	$\pm 0,5$
1		$1 \cdot 10^{-3}$							$\pm 0,006$	$\pm 0,6$
С расширителем диапазона										
0,1	1 мкФ (диапазон 100 нФ – 1 мкФ)								$\pm 0,0081$	$\pm 0,8$
0,1	1 мкФ (диапазон 1 мкФ – 10 мкФ)								$\pm 0,0081$	$\pm 0,8$

Таблица А2 - Результаты измерений емкости и тангенса угла потерь при поверке в диапазоне $\text{tg}\delta$ от 0,1 до 1

U, кВ	Номинальное значение		Результаты измерений				Действительное значение		Отклонение		Суммарная погрешность		Допускаемая погрешность	
	C	$\text{tg}\delta$	C	$\text{tg}\delta$	$S_0(C)$ %	$S(\text{tg}\delta)$, 10^{-4}	C	$\text{tg}\delta$	δ , %	Δ , 10^{-4}	δ_1 , %	Δ_1 , 10^{-4}	δ_2 , %	Δ_2 , 10^{-4}
Без расширителя диапазона														
8	100 пФ	0,1											0,1	5,4
10	1 нФ	0,1											0,1	5,4
2	10 нФ	1											1	51
С расширителем диапазона														
0,1	1 мкФ (диапазон 100 нФ – 1 мкФ)	1											1	51
0,1	1 мкФ (диапазон 1 мкФ – 10 мкФ)	1											1	51

Таблица А3 — Результаты измерений ёмкости и тангенса угла потерь эталонного высоковольтного конденсатора из комплекта моста

Напряжение, кВ	$C_{\text{ном}}$, пФ	Действительное значение		Фактическая погрешность		Пределы допускаемой погрешности	
		C, пФ	$\text{tg}\delta$, 10^{-4}	δC , %	Δ , 10^{-4}	δC , %	Δ , 10^{-4}
						$\pm 0,003$	$\pm 0,3$

Таблица А4 - Результаты измерений при поверке по напряжению и частоте

Величина	Значение	Фактическая погрешность	Допускаемая погрешность
Напряжение	100 В		± 1 %
	10 кВ		
Частота	50 Гц		$\pm 0,1$ Гц

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма таблицы для протокола поверки

Таблица Б1 — Погрешность измерений ёмкости и тангенса угла потерь

C _{ном}	Фактическая погрешность		Пределы допускаемой погрешности	
	δC, %	Δ, 10 ⁻⁴	δC, %	Δ, 10 ⁻⁴
tgδ = 1·10 ⁻⁵ ... 1·10 ⁻⁴				
50 пФ			± 0,004	±0,4
100 пФ			±0,0041	±0,4
1 нФ			±0,0041	±0,4
10 нФ			±0,0051	±0,5
100 нФ			±0,0051	±0,5
1 мкФ			±0,008	±0,8
tgδ = 1·10 ⁻³				
50 пФ			± 0,004	±0,4
100 пФ			±0,005	±0,5
1 нФ			±0,005	±0,5
10 нФ			±0,006	±0,6
100 нФ			±0,006	±0,6
1 мкФ			±0,008	±0,8
tgδ = 1·10 ⁻²				
100 пФ			±0,014	±0,9
1 нФ			±0,014	±0,9
10 нФ			±0,015	±1,0
100 нФ			±0,015	±1,0
tgδ = 0,1				
100 пФ			±0,1	±5,4
1 нФ			±0,1	±5,4
tgδ = 1				
10 нФ			±1	± 51
1 мкФ			±1	± 51

Таблица Б2 — Результаты измерений ёмкости и тангенса угла потерь эталонного высоковольтного конденсатора из комплекта моста

Обозначение конденсатора, номер	Напряжение, кВ	С _{ном} , пФ	Действительное значение		Фактическая погрешность		Пределы допускаемой погрешности	
			С, пФ	tgδ, 10 ⁻⁴	δС, %	Δ, 10 ⁻⁴	δС, %	Δ, 10 ⁻⁴
							±0,003	±0,3

Приложение В (справочное)

Пример расчета доверительной погрешности

1 Исходные данные

Для номинальных значений $C=1$ мкФ, $\text{tg}\delta=1$ рассчитаны отклонения показаний моста от действительного значения измеряемых величин (по модулю) по формулам (3) и (4):

$$\delta_x = 0,33 \%;$$

$$\Delta_x = 0,0015.$$

Значения СКО результатов измерений, указанные в окне программы, составляют:
по емкости $S_0 = 0,13 \%$;
по тангенсу угла потерь $S = 0,0012$.

Пределы допускаемой погрешности измерений моста для рассматриваемых значений величин составляют:

по емкости 1% ;

по тангенсу угла потерь $0,0051$.

2 Вычисляют СКО для отклонений показаний моста по формуле (7):

по емкости

$$S_{\Theta}(\delta_x) = 0,33/1,73 = 0,19 \%;$$

по тангенсу угла потерь

$$S_{\Theta}(\Delta_x) = 0,0015/1,73 = 0,00087.$$

2 Вычисляют суммарное СКО для показаний моста по формуле (6):

по емкости

$$S_{\Sigma}(C) = \sqrt{(0,13)^2 + (0,19)^2} = \sqrt{0,053} = 0,23 \%;$$

по тангенсу угла потерь

$$S_{\Sigma}(\text{tg}\delta) = \sqrt{(0,0012)^2 + (0,00087)^2} = \sqrt{2,197 \cdot 10^{-6}} = 0,0015.$$

3 Вычисляют доверительную границу случайной погрешности для показаний моста по формуле (9):

по емкости

$$\varepsilon(C) = 2,1 \cdot 0,13 = 0,27 \%;$$

по тангенсу угла потерь

$$\varepsilon(\text{tg}\delta) = 2,1 \cdot 0,0012 = 0,0027.$$

4 Вычисляют коэффициент К по формуле (8):

для показаний по емкости

$$K(C) = \frac{0,27+0,33}{0,13+0,19} = \frac{0,60}{0,32} = 1,9$$

для показаний по тангенсу угла потерь

$$K(\text{tg}\delta) = \frac{0,0027+0,0015}{0,0012+0,00087} = \frac{0,0042}{0,00207} = 2,0$$

5 Вычисляют доверительную погрешность γ результатов измерений:

для показаний по емкости

$$\gamma(C) = 1,9 \cdot 0,23 = 0,44 \%$$

для показаний по тангенсу угла потерь

$$\gamma(\operatorname{tg}\delta) = 2 \cdot 0,0015 = 0,0030.$$

6 Вывод: Доверительные погрешности результатов измерений ($P=0,95$, $n=20$) не превышают пределов допускаемой погрешности.