

Поверка осуществляется по

Приложению ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011.