

## **Поверка**

осуществляется в режиме измерений рН и температуры по Рекомендации Р 50.2.036-2004 «ГСИ. рН-метры и мономеры. Методика поверки»; в режиме измерений удельной электрической проводимости по ГОСТ 8.354-85 «Анализаторы жидкости кондуктометрические. Методика поверки»; в режиме измерений потенциалов по ГОСТ 8.450-81 «ГСИ. Шкала окислительных потенциалов водных растворов»