

Поверка

осуществляется по методике «Методика поверки измерителя лазерного ЛИС-РТ-3», являющейся разделом руководства по эксплуатации 5823.051.00.000 РЭ.