

УТВЕРЖДАЮ



Директор ОП ГНМЦ
АО «Нефтеавтоматика»

Handwritten signature
07

Немиров М.С.

2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

Установки измерительные «Мера-ММ»

Методика поверки

МП 3667.023.00137182-2012

с изменением № 1

Казань
2017

РАЗРАБОТАНА

Обособленным подразделением Головной научный метрологический центр АО «Нефтеавтоматика» в г.Казань

(ОП ГНМЦ АО «Нефтеавтоматика»)
аттестат аккредитации № RA.RU.311366

ИСПОЛНИТЕЛИ

Силкина Т.Г.,
Крайнов М.В.,

Настоящая инструкция распространяется на установки измерительные «Мера-ММ» (далее – установки) и устанавливает методику их первичной (при выпуске из производства и после ремонта) и периодической поверки.

(Измененная редакция, изменение № 1)

Межповерочный интервал установок: три года.

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	6.1	+	+
Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) установки	6.2	+	+
Опробование	6.3	+	+
Определение метрологических характеристик (далее – МХ):	6.4	+	+

Раздел 1 (Измененная редакция, изменение № 1)

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень средств поверки.

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
6.4.3	Рабочий эталон 1 или 2 разрядов по ГОСТ 8.637-2013 (далее – эталон 1 или 2 разрядов)
6.4.4	Рабочий эталон 2 разряда по ГОСТ 8.637-2013 (далее – эталон 2 разряда)
6.4.2	Рабочий эталон 2 разряда по ГОСТ 8.142-2013
6.4.2	Рабочий эталон 1 разряда по ГОСТ 8.618-2014
6.4.2	Рабочий эталон 2 разряда по ГОСТ 8.614-2013
6.4.2	Термостат жидкостный Термотест-100 (регистрационный № 39300-08)
6.4.2	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2 (регистрационный № 32777-06)
6.4.2	Калибратор многофункциональный МС5-R (регистрационный № 18624-99)

2.2 Другие эталонные и вспомогательные СИ – в соответствии с нормативными документами (далее – НД) на поверку СИ, входящих в состав установки.

2.3 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых установок с требуемой точностью.

2.4 Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». Вспомогательное оборудование должно быть аттестовано в установленном порядке.

Раздел 2 (Измененная редакция, изменение № 1)

3 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдают требования, установленные:

- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
- Правилами безопасности при эксплуатации используемых СИ, приведенными в их эксплуатационной документации;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок;
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки установок с применением эталонов по ГОСТ 8.637-2013 (кроме мобильных эталонных установок, работающих на реальных измерительных средах и применяемых при поверки установок на месте эксплуатации) соблюдают условия, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – Условия проведения поверки

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха (внутри помещений установки), °С	от +15 до +30
Относительная влажность воздуха, %	от 30 до 80
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106,7

4.2 При проведении поверки поэлементным способом соблюдают условия в соответствии с требованиями НД на поверку СИ, входящих в состав установки.

Раздел 4 (Измененная редакция, изменение № 1)

5 Подготовка к поверке

5.1 Подготовка к поверке проводят в соответствии с руководством по эксплуатации установки и НД на поверку СИ, входящих в состав установки.

5.2 Средства измерений, входящие в состав установки измерительной «Мера-ММ», должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.

Раздел 5 (Измененная редакция, изменение № 1)

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр и проверка комплектности технической документации

6.1.1 При внешнем осмотре и проверке комплектности технической документации должно быть установлено соответствие установки следующим требованиям:

- наличие эксплуатационно-технической документации на установку и СИ, входящие в состав установки;
- на компонентах установки не должно быть механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;
- надписи и обозначения на компонентах установки должны быть четкими и соответствующими эксплуатационно-технической документации;
- целостность поверительных пломб или оттисков поверительных клейм на средствах измерения, входящих в состав установки (при их наличии).

6.1.2 Результаты осмотра считают удовлетворительными, если выполняются вышеуказанные требования.

6.1.3 В случае неудовлетворительных результатов внешнего осмотра поверку прекращают.

6.2 Подтверждение соответствия ПО.

Чтобы определить идентификационные данные ПО ИУ «Мера-ММ» необходимо выполнить нижеперечисленные процедуры для обоих контроллеров (основного и резервного), входящих в ее состав.

В главном меню на сенсорной панели ИУ «Мера-ММ» нажать кнопку «Версия ПО». В открывшемся на сенсорной панели окне отобразится наименование и номер версии встроенного ПО контроллера (Рис.1).




Рис. 1: Вид окна «Версия ПО» для контроллеров Siemens ET200S

Идентификационные данные ПО заносят в протокол по форме приложения 1.

Если идентификационные данные, указанные в описании типа ИУ «Мера-ММ» и полученные в ходе выполнения п.6.2, идентичны, то делают вывод о подтверждении соответствия ПО ИУ «Мера-ММ» программному обеспечению, зафиксированному во время проведения испытаний в целях утверждения типа, в противном случае результаты поверки признают отрицательными.

6.3 Опробование

6.3.1 Опробование СИ, входящих в состав установки, при поэлементном способе поверки проводят в соответствии с НД на их поверку.

6.3.2 Опробование установки проводят с помощью эталона 1 или 2 разрядов, либо с применением эталона 2 разряда по ГОСТ 8.637-2013 на коллекторе скважины (при поверке на месте эксплуатации). Опробование установки проводят путем изменения параметров потока и качественной оценки реакции на такое изменение.

Результаты опробования считают удовлетворительными, если при увеличении (уменьшении) значения параметров потока соответствующим образом изменялись показания установки.

6.4 Определение МХ установки.

6.4.1 Определение МХ установки проводят одним из двух способов:

- поэлементным способом;
- проливным способом.

6.4.2 Проведение поверки поэлементным способом.

6.4.2.1 Определение МХ СИ, входящих в состав установки, при поверке поэлементным способом, проводят в соответствии с НД, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень НД на поверку СИ

Наименование СИ	НД
Счетчики – расходомеры массовые Micro Motion;	«Рекомендация. ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки», утверждена ВНИИМС 25.07.2010 г.
Счетчики – расходомеры массовые кориолисовые ROTAMASS;	«Инструкция. ГСИ. Счетчики - расходомеры массовые кориолисовые ROTAMASS. Методика поверки расходомерной поверочной установкой», утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР» в апреле 2009 г.
Расходомеры кориолисовые массовые OPTIMASS;	МП 50998-12 «ГСИ. Счетчики расходомеры массовые OPTIMASS. Методика поверки».
Расходомеры массовые Promass;	«ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые Promass. Методика поверки», утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в апреле 2011 г.
Счетчики - расходомеры массовые ЭЛМЕТРО – Фломак.	3124.0000.00 МП «Расходомеры-счетчики массовые ЭЛМЕТРО-Фломак. Методика поверки», утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 15.06.2011 г.
Счетчик газа ультразвуковой FLOWSIC 600;	Инструкция «ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые FLOWSIC 600. Методика поверки», утверждена ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР» 05.04.2010 г.
Расходомеры – счетчики вихревые 8800;	Рекомендации «ГСИ. Расходомеры счетчики вихревые 8800. Методика поверки», утверждена ФГУП ВНИИМС, 01.02.2008 г.
- счетчики газа вихревые СВГ.М;	311.00.00.000-02 МИ «Рекомендация. ГСИ. Счетчики газа вихревые СВГ. Методика поверки», утверждена ФГУП ВНИИР в 2007 г.
- счетчик газа DYMETIC-9423.	Инструкция «ГСИ. Датчики расхода газа ультразвуковые корреляционные DYMETIC-9423. Методика поверки» 9423.00.000 МП, утверждена ГЦИ СИ ФГУ «Тюменский ЦСМ» 20.02.2008 г.

Наименование СИ	НД
Влагомер сырой нефти ВСН-2	МИ 3303-2011 «ГСИ. Влагомеры нефти поточные. Методика поверки»
Влагомер нефти поточные ПВН-615.001	
Измеритель обводненности Red Eye	
Преобразователи давления измерительные	МИ 1997-89 «ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки»
Преобразователи температуры	В соответствии с НД на поверку преобразователя температуры, входящего в состав установки
Устройство распределенного ввода/вывода SIMATIC ET200	МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки»
Контроллер программируемый DL205	Инструкция «Измерительные каналы контроллеров DL05, DL06, DL105, DL205, DL405 фирмы Automation Direct, Япония, США. Методика поверки. Общие требования»
Контроллер SCADAPack32 на основе измерительных модулей серии 5000	Инструкция Г.р. № 16856-97, № 16857-97 «Измерительные каналы контроллеров серии TeleSAFE фирмы Control Microsystems Inc, Канада. Методика поверки и калибровки. Общие требования»

Примечание: Допускается применение других методик поверки на СИ, утвержденных в установленном порядке.

6.4.2.2 Относительную погрешность установки при измерении массы и массового расхода жидкости, $\delta M_{ж}$, %, определяют по формуле

$$\delta M_{ж} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_M^2 + \delta_{донт}^2 + \delta_{допр}^2 + \delta_N^2}, \quad (1)$$

где δ_M – пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика-расходомера массового при измерении массы и массового расхода жидкости, %;

δ_N – пределы допускаемой относительной погрешности системы обработки информации (СОИ) по каналу измерений массы, %.

Значение относительной погрешности установки при измерении массы и массового расхода жидкости $\delta M_{ж}$, %, не должно превышать $\pm 2,5\%$.

6.4.2.3 Определение относительной погрешности установки при измерении объема нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям.

6.4.2.3.1 Относительную погрешности измерений объема нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, $\delta V_{гс}$, %, при использовании массового расходомера, определяют по формуле

$$\delta V_{гс} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta M_{гс}^2 + \delta \rho_r^2 + \delta_{СОИ}^2 + \delta_{донт}^2 + \delta_{допр}^2}, \quad (2)$$

где $\delta M_{гс}$ – пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика-расходомера массового при измерении массы нефтяного газа, %;

$\delta \rho_r$ – относительная погрешность определения плотности нефтяного газа, %;

$\delta_{СОИ}$ – допускаемая относительная погрешность СОИ по каналу измерений объема нефтяного газа, %;

$\delta_{донт}$ – дополнительная погрешность счетчика-расходомера массового от влияния температуры рабочей среды, %;

$\delta_{\text{допр}}$ – дополнительная погрешность массового расходомера от влияния давления рабочей среды, %.

6.4.3.2.2 Относительную погрешности измерения объема нефтяного газа, $\delta V_{\text{гс}}$, %, при использовании объемного расходомера-счетчика вычисляют по формуле

$$\delta V_{\text{гс}} = \pm 1,1 \sqrt{\delta V_{\text{г}}^2 + (\Theta_{\text{р}} \cdot \delta p)^2 + (\Theta_{\text{т}} \cdot \delta T)^2 + \delta_{\text{к}}^2}, \quad (3)$$

где $\delta V_{\text{г}}$ – допускаемая относительная погрешность объема нефтяного газа в рабочих условиях, %;

δp – допускаемая относительная погрешность преобразователя давления при измерениях в рабочих условиях, %;

δT – допускаемая относительная погрешность преобразователя температуры при измерениях в рабочих условиях, %;

$\delta_{\text{к}}$ – относительная погрешность вычисления коэффициента сжимаемости свободного нефтяного газа по ГОСТ 30319.2, %;

Θ_i – коэффициент влияния соответствующей величины на коэффициент сжимаемости свободного нефтяного газа.

Коэффициенты влияния $\Theta_{\text{р}}$, $\Theta_{\text{т}}$ вычисляют по следующим формулам

$$\Theta_{\text{р}} = 1 - \frac{\Delta K_{\text{р}}}{\Delta p} \cdot \frac{p}{K}, \quad (4)$$

$$\Theta_{\text{т}} = 1 - \frac{\Delta K_{\text{т}}}{\Delta T} \cdot \frac{T}{K}, \quad (5)$$

где $\Delta p = 0,001$ МПа, $\Delta T = 0,01$ К приращения давления и температуры при стандартных условиях, соответственно;

$\Delta K_{\text{р}}$ – изменение значения коэффициента сжимаемости при изменении давления на величину Δp ;

$\Delta K_{\text{т}}$ – изменение значения коэффициента сжимаемости при изменении температуры на величину ΔT ;

6.4.2.3.3 Значение относительной погрешности измерений объема и объемного расхода нефтяного газа, приведенных к стандартным условиям, не должно превышать ± 5 %.

6.4.2.4 Относительную погрешность измерений массы сырой нефти без учета воды, $\delta M_{\text{н}}$, %, определяют по формуле

$$\delta M_{\text{н}} = \pm 1,1 \sqrt{\delta M_{\text{ж}}^2 + \left(\frac{\Delta W_{\text{мв}}}{1 - \frac{W_{\text{мв}}}{100}} \right)^2} \quad (6)$$

где $\delta M_{\text{ж}}$ – относительная погрешность установки при измерении массы и массового расхода жидкости, %;

$\Delta W_{\text{мв}}$ – пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения массовой доли воды в сырой нефти, %;

$W_{\text{мв}}$ – массовая доля воды, %

Значение относительной погрешности измерений массы сырой нефти без учета воды не должно превышать:

- при влагосодержании от 0 % до 70 % $\pm 6,0$ %;
- при влагосодержании свыше 70 % до 95 % ± 15 %.

6.4.3 Определение пределов допускаемой относительной погрешности установки при измерении массы и массового расхода сырой нефти, массы и массового расхода сырой нефти без учета воды, объемного расхода нефтяного газа, приведенных к стандартным условиям, с применением эталона 1 и 2 разрядов¹ (проливной способ поверки).

Относительную погрешность установки при измерении массы и массового расхода сырой нефти, массы и массового расхода сырой нефти без учета воды, объемного расхода нефтяного газа, приведенных к стандартным условиям определяют сравнением значений каждого параметра, измеренного установкой, со значениями соответствующего параметра, измеренного эталоном 1 или 2 разрядов.

Определение относительных погрешностей установки производят на комбинации трех значений расхода жидкостей и газа ($Q_{ж1}$, $Q_{г1}$, $Q_{ж2}$, $Q_{г2}$, $Q_{ж3}$, $Q_{г3}$) при трех значениях объемной доли воды (10%, 70%, 95%). Расходы жидкости и газа соответствуют минимальному, среднему и максимальному расходам установки, согласно технической документации на установку.

В каждой точке проводят не менее трех измерений.

6.4.3.1 Относительную погрешность i -го измерения массы и массового расхода сырой нефти в j -й точке, $\delta Q_{жij}$, %, определяют по формуле

$$\delta Q_{жij} = \frac{Q_{жij} - Q_{жij}^э}{Q_{жij}^э} \cdot 100, \quad (7)$$

где $Q_{жij}$ – массовый расход жидкости (сырой нефти), измеренный установкой, т/ч;
 $Q_{жij}^э$ – массовый расход жидкости (сырой нефти), измеренный эталоном, т/ч.

Значение относительной погрешности измерений массы сырой нефти при каждом измерении не должно превышать 2,5 %.

6.4.3.2 Относительную погрешность i -го измерения массы и массового расхода сырой нефти без учета воды в j -й точке, δQ_{nij} , %, определяют по формуле

$$\delta Q_{nij} = \frac{Q_{nij} - Q_{nij}^э}{Q_{nij}^э} \cdot 100, \quad (8)$$

где Q_{nij} – массовый расход сырой нефти без учета воды, измеренный установкой, т/ч;

$Q_{nij}^э$ – массовый расход сырой нефти без учета воды, измеренный эталоном, т/ч.

Значение относительной погрешности измерений массы сырой нефти без учета воды при каждом измерении не должно превышать:

- при влагосодержании от 0 % до 70 % ± 6,0 %;
- при влагосодержании свыше 70 % до 95 % ± 15 %.

6.4.3.3 Относительную погрешность i -го измерения объема и объемного расхода газа, приведенных к стандартным условиям в j -й точке, $\delta Q_{гij}$, %, определяют по формуле

$$\delta Q_{гij} = \frac{Q_{гij} - Q_{гij}^э}{Q_{гij}^э} \cdot 100, \quad (9)$$

где $Q_{гij}$ – объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, измеренный установкой, м³/ч;

$Q_{гij}^э$ – объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, измеренный эталоном, т/ч.

¹ Если в качестве рабочей среды на эталоне 2 разряда по ГОСТ 8.637-2013 используют газожидкостную смесь, состоящую из воды и воздуха, то допускаемую относительную погрешность при измерении массового расхода сырой нефти без учета воды определяют в соответствии с п. 6.4.2.4

Значение относительной погрешности измерений объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям при каждом измерении не должно превышать 5,0 %.

6.4.4 Определение пределов допускаемой относительной погрешности установки при измерении массы и массового расхода сырой нефти, массы и массового расхода сырой нефти без учета воды, объемного расхода нефтяного газа, приведенных к стандартным условиям, с применением эталона 2 разряда на месте эксплуатации.

Относительную погрешность установки при измерении массы и массового расхода сырой нефти, массы и массового расхода сырой нефти без учета воды, объемного расхода нефтяного газа, приведенных к стандартным условиям определяют сравнением значений каждого параметра, измеренного установкой, со значениями соответствующего параметра, измеренного эталоном 2 разряда, используя в качестве измеряемой среды газожидкостную смесь, поступающую из скважины.

Определение относительных погрешностей установки производят на трех скважинах, подключенных к установке, с различными значениями по расходу сырой нефти, влагосодержанию сырой нефти и расходу нефтяного газа, скважины выбирают таким образом, чтобы максимально охватить весь рабочий диапазон расходов и влагосодержания газожидкостной смеси. В случае если к установке подключено менее 3 скважин, поверку установки проводят на каждой скважине.

При подключении к каждой скважине проводят не менее трех измерений.

6.4.4.1 Относительную погрешность i -го измерения массы и массового расхода сырой нефти в j -й точке, $\delta Q_{жij}$, %, определяют по формуле

$$\delta Q_{жij} = \frac{Q_{жij} - Q_{жij}^э}{Q_{жij}^э} \cdot 100, \quad (7)$$

где $Q_{жij}$ – массовый расход жидкости (сырой нефти), измеренный установкой, т/ч;
 $Q_{жij}^э$ – массовый расход жидкости (сырой нефти), измеренный эталоном, т/ч.

Значение относительной погрешности измерений массы сырой нефти при каждом измерении не должно превышать 2,5 %.

6.4.4.2 Относительную погрешность i -го измерения массы и массового расхода сырой нефти без учета воды в j -й точке, δQ_{nij} , %, определяют по формуле

$$\delta Q_{nij} = \frac{Q_{nij} - Q_{nij}^э}{Q_{nij}^э} \cdot 100, \quad (8)$$

где Q_{nij} – массовый расход сырой нефти без учета воды, измеренный установкой, т/ч;

$Q_{nij}^э$ – массовый расход сырой нефти без учета воды, измеренный эталоном, т/ч.

Значение относительной погрешности измерений массы сырой нефти без учета воды при каждом измерении не должно превышать:

- при влагосодержании от 0 % до 70 % ± 6,0 %;
- при влагосодержании свыше 70 % до 95 % ± 15 %.

6.4.4.1 Относительную погрешность i -го измерения объема и объемного расхода газа, приведенных к стандартным условиям в j -й точке, δQ_{rij} , %, определяют по формуле

$$\delta Q_{rij} = \frac{Q_{rij} - Q_{rij}^э}{Q_{rij}^э} \cdot 100, \quad (9)$$

где Q_{rij} – объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, измеренный установкой, м³/ч;

$Q_{гij}^3$ – объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям, измеренный эталоном, т/ч.

Значение относительной погрешности измерений объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям при каждом измерении не должно превышать 5,0 %.

Раздел 6 (Измененная редакция, Изм. №1)

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты определения метрологических характеристик установок оформляют протоколом произвольной формы.

7.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установки в соответствии с требованиями документа «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденного приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815. На оборотной стороне свидетельства о поверке установки указывают:

- диапазон измеряемых расходов сырой нефти и нефтяного газа;
- значения пределов относительной погрешности измерений массы сырой нефти, массы сырой нефти без учета воды и объема нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям.

7.3 При отрицательных результатах поверки установку к эксплуатации не допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности в соответствии с документом «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утвержденным приказом Минпромторга России от 2.07.2015 г. № 1815.

Раздел 7 (Измененная редакция, Изм. №1)

Приложение 1
(рекомендуемое)

Форма протокола подтверждения соответствия ПО установки измерительной «Мера-ММ»

Место проведения поверки: _____

Установка измерительная: «Мера-ММ»- _____

Заводской номер: № _____

	Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Идентификационные данные ПО, указанные в описании типа СИКН	Конфигурационный файл контроллера измерительного			Не используется	
Идентификационные данные ПО, полученные во время проведения поверки СИКН					

Заключение: ПО установки соответствует/не соответствует ПО, зафиксированному во время испытаний в целях утверждения типа установки.

Должность лица проводившего

поверку: _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

поверки: _____