



Z APEX Flammable Cartridge	Part No: 2110B3707	Caution For safety reasons this part must be fitted by qualified personnel only. Read and understand the instruction manual completely before installation. Ensure that the cartridge gas type and range are correct for your application before installation.
	Mod State: 3	
Gas: 100%LEL H2	Serial No: 06/B65001	
Date Of Cal: 31-Mar-06	Date Of Cal: 31-Mar-08	
Install By: 31-Mar-08	LifeTime: 60 Months	
LifeTime: 60 Months	Store in a cool dry place	
Made in the U.K.	WARNING Static Hazard from Packaging	



ОПИСАНИЕ ТИПА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики горючих и токсичных газов стационарные APEX и Satellite XT	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>41009-09</u> Взамен N _____
---	---

Выпускаются по технической документации фирмы «Honeywell Analytics Ltd.», Великобритания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики горючих и токсичных газов стационарные APEX и Satellite XT предназначены для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, токсичных газов при контроле предельно допустимых концентраций (ПДК) воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005, значительного превышения ПДК при аварийных ситуациях, а также дозврывоопасных концентраций горючих газов метана, пропана, бутана, пентана, гексана, этилена и других, во взрывоопасных зонах.

Область применения – контроль загазованности воздуха рабочей зоны в газовой, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Датчики горючих и токсичных газов APEX и Satellite XT представляют собой автоматические стационарные приборы непрерывного действия.

Принцип действия датчиков кислорода и токсичных газов основан на применении химически активных измерительных элементов (электрохимических сенсоров). Принцип действия датчиков горючих газов – термокаталитический.

Каждый датчик состоит из измерительного преобразователя и датчика.

Измерительный преобразователь датчика включает встроенный микропроцессор, а также интерфейс пользователя, позволяющий отображать результаты о содержании определяемых газов на жидкокристаллическом дисплее и передавать накопленную информацию на персональный компьютер.

На лицевой панели датчиков расположены локальный жидкокристаллический дисплей для отображения измеряемой концентрации, клавиатура для управления опциями датчика. Преобразователь содержит релейные выходы (для датчиков Satellite XT - опция), цифровой выход и унифицированный аналоговый выход – 4-20 мА.

Датчики Satellite XT модификаций 4-20 мА и 4-20 мА/Р используют электрохимические датчики для контроля наличия агрессивных и токсичных газов по уровням ПДК (ПДК - предельно допустимая концентрация).

Модели Satellite XT 4-20 мА/С и 4-20 мА/С/Р предназначены для контроля наличия горючих газов и паров.

Модели Satellite XT 4-20 мА/Р и 4-20 мА/С/Р снабжены тремя однополюсными однопозиционными реле для включения внешних устройств сигнализации.

Питание датчиков осуществляется от источника постоянного тока.

Датчики АРЕХ выполнены во взрывобезопасном исполнении с маркировкой взрывозащиты 1 ExdiaIICT4(T5)X и могут эксплуатироваться во взрывоопасных зонах.

Основные технические характеристики

1. Основные метрологические характеристики электрохимических датчиков АРЕХ приведены в таблице 1. Основные метрологические характеристики электрохимических датчиков Satellite XT приведены в таблице 2. Основные метрологические характеристики термокаталитических датчиков АРЕХ и Satellite XT приведены в таблице 3.

Т а б л и ц а 1 . Основные метрологические характеристики электрохимических датчиков АРЕХ

Определяемый компонент			Диапазон показаний (номинальный) млн ⁻¹	Диапазон измерений, млн ⁻¹	Пределы допускаемой погрешности, %		Время установления показаний T _{0,9} , с, не более
					приведенной	относительной	
AsH ₃	Arsine	Арсин	0 – 0,20	0 – 0,05 0,05-0,20	± 20 -	- ± 20	30
B ₂ H ₆	Diborane	Диборан	0 – 0,40	0 – 0,10 0,10-0,40	± 20 -	- ± 20	30
NH ₃	Ammonia (50 ppm)	Аммиак	0 - 50	0 – 30 30 – 50	± 20 -	- ± 20	90
NH ₃	Ammonia (100 ppm)	Аммиак	0 - 100	0 – 30 30 – 100	± 20 -	- ± 20	90
NH ₃	Ammonia (400 ppm)	Аммиак	0 - 400	0 – 30 30 – 400	± 20 -	- ± 20	90
NH ₃	Ammonia (1000 ppm)	Аммиак	0 - 1000	0 – 300 300 – 1000	± 20 -	- ± 20	90
BF ₃	Boron Trifluoride	Трифторид бора	0 – 4,0...	0 – 1,0 1,0 – 4,0	± 20 -	- ± 20	240
Br ₂	Bromine	Бром	0 – 0,40	0 – 0,10 0,10-0,40	± 20 -	- ± 20	240
CO	Carbon Monoxide	Оксид углерода	0-100	0-20 20-100	± 15 -	- ± 15	30
CO	Carbon Monoxide	Оксид углерода	0-200	0-20 20-200	± 15 -	- ± 15	30
CO	Carbon Monoxide	Оксид углерода	0-500	0-20 20-500	± 15 -	- ± 15	30
Cl ₂	Chlorine	Хлор	0 – 2,0	0 – 1,0 1,0-2,0	± 20 -	- ± 20	90
Cl ₂	Chlorine	Хлор	0 – 5,0	0 – 1,0 1,0-5,0	± 20 -	- ± 20	90
Cl ₂	Chlorine	Хлор	0 – 15	0 – 5 5-15	± 20 -	- ± 20	90
C ₂ H ₄ O	Ethylene oxide	Оксид этилена	0 – 4,0	0 – 1,0 1,0-4,0	± 20 -	- ± 20	180
F ₂	Fluorine	Фтор	0 – 4,0	0 – 1,0 1,0-4,0	± 20 -	- ± 20	180
H ₂	Hydrogen (1 %)	Водород	0- 1000	0- 1000	± 10	-	70
HBr	Hydrogen Bromide	Бромистый водород	0 – 12,0	0 – 1,0 1,0 – 12,0	± 20 -	- ± 20	240
HCl	Hydrogen Chloride	Хлористый водород	0 – 20	0 – 10 10 – 20	± 20 -	- ± 20	180

HCN	Hydrogen Cyanide	Цианистый водород	0 – 20	0 – 10 10 – 20	± 20 -	- ± 20	30
HF	Hydrogen Fluoride	Фтористый водород	0 – 12,0	0 – 1,0 1,0 – 12,0	± 20 -	- ± 20	170
H ₂ S	Hydrogen Sulfide	Сероводород	0 - 20	0 – 10 10 - 20	± 20 -	- ± 20	30
H ₂ S	Hydrogen Sulfide	Сероводород	0 - 50	0 – 10 10 - 50	± 20 -	- ± 20	30
H ₂ S	Hydrogen Sulfide	Сероводород	0 - 100	0 – 10 10 - 100	± 20 -	- ± 20	30
NO	Nitric Oxide	Оксид азота	0 - 100	0 – 10 10 – 100	± 20 -	- ± 20	20
O ₂	Oxygen	Кислород	0 – 21,0 % (об.)	0 – 5,0 5,0–21,0 % (об.)	± 5 -	- ± 5	10
O ₃	Ozone	Озон	0 – 0,40	0 – 0,10 0,10-0,40	± 20 -	- ± 20	60
COCl ₂	Phosgene	Фосген	0 – 0,40	0 – 0,10 0,10-0,40	± 20 -	- ± 20	30
PH ₃	Phosphine (2 El.)	Фосфин	0 – 1,20	0 – 0,10 0,10-1,20	± 20 -	- ± 20	30
C ₃ H ₆ O	Propylene oxide	Оксид пропилена	0 – 8,0	0 – 1,0 1,0-4	± 20 -	- ± 20	180
SiH ₄	Silane	Силан	0 – 20	0 – 20	± 20	-	40
S ₀₂	Sulfur Dioxide	Диоксид серы	0 – 8,0	0 – 5,0 5,0 – 8,0	± 20 -	- ± 20	35
S ₀₂	Sulfur Dioxide	Диоксид серы	0 – 15,0	0 – 5,0 5,0 – 15,0	± 20 -	- ± 20	35
SF ₆ (элегаз)	Sulfur Hexafluoride	Гексафторид серы	0 – 4000	0–1000 1000-4000	± 15 -	- ± 15	240
TEOS	Tetraethyl Orthosilicate	Тетраэтилортосиликат	0 – 40	0 – 5 5-20	± 20 -	- ± 20	240
C ₄ H ₈ S		Тиофен (тетрагидротифен)	0 - 40	0 – 10 10- 40	± 20 -	- ± 20	240

Т а б л и ц а 2 . Основные метрологические характеристики электрохимических датчиков Satellite XT (без взрывозащиты)

Определяемый компонент			Диапазон показаний (номинальный), млн ⁻¹	Диапазон измерений, млн ⁻¹	Пределы допускаемой погрешности, %		Время установления показаний T _{0,9} , с, не более
					приведенной	относительной	
3MS	Trimethylsilane	Триметилсилан	0 - 20...	0 - 20...	± 20	-	240
AsH ₃	Arsine (3 El.)	Арсин	0 – 1,00	0 – 0,10 0,10-1,00	± 20 -	- ± 20	30
AsH ₃	Arsine (2 El.)	Арсин	- « -	- « -	- « -	- « -	30
AsH ₃	Arsine (2 El.)	Арсин	0- 10	0 - 10	± 20	-	30
B ₂ H ₆	Diborane	Диборан	0 – 1,00	0 – 0,10 0,10-1,00	± 20 -	- ± 20	30
Br ₂	Bromine	Бром	0 – 5,00	0 – 0,10 0,10-5,00	± 20 -	- ± 20	240
CH ₃ F	Methyl Fluoride	Метилфторид	0 – 0,500 % (об.)	0–0,500 % (об.)	± 15	-	240
Cl ₂	Chlorine	Хлор	0 – 5,00	0 – 0,30 0,30-5,00	± 20 -	- ± 20	30
CO	Carbon Monoxide	Оксид углерода	0-500	0-20 20-500	± 15 -	- ± 15	40

COCl ₂	Phosgene	Фосген	0 – 1,00	0 – 0,10 0,10-1,00	± 20 -	- ± 20	30
DCE 1,2	Di-chloro-ethylene 1,2	1,2 дихлорэтилен	0 - 1000	0 – 15 15 - 1000	± 20 -	- ± 20	240
F ₂	Fluorine	Фтор	0 – 5,00	0 – 0,10 0,10-5,00	± 20 -	- ± 20	180
F ₂	Fluorine	Фтор	0 - 30	0 - 30	± 15	-	180
GeH ₄	Germane	Гидрид германия	0 – 5,0	0 – 2,0 2,0 – 5,0	± 20 -	- ± 20	240
H ₂	Hydrogen (1 %)	Водород	0- 1,000	0- 1,000 % (об.)	± 10	-	70
H ₂ S	Hydrogen Sulfide	Сероводород	0 - 100	0 – 10 10 - 100	± 20 -	- ± 20	30
H ₂ S	Hydrogen Sulfide (org.)	Сероводород	0 – 30,0	0 – 2,0 2,0 – 30,0	± 20 -	- ± 20	30
HBr	Hydrogen Bromide	Бромистый водород	0 – 30,0	0 – 1,0 1,0 – 30,0	± 20 -	- ± 20	240
HCl	Hydrogen Chloride	Хлористый водород	0 – 30,0	0 – 3,0 3,0 – 30,0	± 20 -	- ± 20	180
HCl	Hydrogen Chloride (tropic)	- « -	0 – 30,0	0 – 3,0 3,0 – 30,0	± 20 -	- ± 20	180
HCN	Hydrogen Cyanide	Цианистый водород	0 – 30,0	0 – 1,0 1,0 – 10,0	± 20 -	- ± 20	30
HF	Hydrogen Fluoride	Фтористый водород	0 – 10,0	0 – 1,0 1,0 – 10,0	± 20 -	- ± 20	170
HMDS	Hexamethyldisilazane	Гексаметил дисилазан	0 - 500	0 – 20 20 - 500	± 20 -	- -	240
N ₂ H ₄	Hydrazine	Гидразин	0 – 1,00	0 – 0,1 0,1-1,00	± 20 -	- ± 20	120
NF ₃	Nitrogen Trifluoride	Трифторид азота	0 – 50,0	0 – 5,0 5,0-50,0	± 20 -	- ± 20	170
NH ₃	Ammonia (100 ppm)	Аммиак	0 - 100	0 – 30 30 – 100	± 20 -	- ± 20	60
NH ₃	Ammonia (1000 ppm)	Аммиак	0 - 1000	0 – 300 300 – 1000	± 20 -	- ± 20	120
NO	Nitric Oxide	Оксид азота	0 - 250	0 – 20 20 – 250	± 20 -	- ± 20	20
NO ₂	Nitrogen Dioxide	Диоксид азота	0 – 25,0	0 – 1,0 1,0 – 25,0	± 20 -	- ± 20	35
O ₂	Oxygen	Кислород	0 – 25,0	0 – 5,0 5,0–25,0 % (об.)	± 5 -	- ± 5	15
O ₃	Ozone	Озон	0 – 1,00	0 – 0,1 0,1-1,00	± 20 -	- ± 20	60
O ₃	Ozone	Озон	0 – 1,00	0 – 0,1 0,1-1,00	± 20 -	- ± 20	60
PH ₃	Phosphine (3 El.)	Фосфин	0 – 1,00	0 – 0,1 0,1-1,00	± 20 -	- ± 20	30
PH ₃	Phosphine (2 El.)	Фосфин	0 – 1,00	0 – 0,1 0,1-1,00	± 20 -	- ± 20	30
SF ₆	Sulfur Hexafluoride	Гексафторид серы	0 – 0,500	0–0,100 0,100-0,200 % (об.)	± 15 -	- ± 15	240
SiH ₄	Silane	Силан	0 – 50,0	0 – 50,0	± 20	-	40
SO ₂	Sulfur Dioxide	Диоксид серы	0 – 25,0	0 – 5,0 5,0 – 25,0	± 20 -	- ± 20	35
TEOS	Tetraethyl Orthosilicate	Тетраэтилортосиликат	0 – 100	0 – 5 5-20	± 20 -	- ± 20	240

Т а б л и ц а 3 . Основные метрологические характеристики термокаталитических датчиков АРЕХ и Satellite XT для контроля горючих газов и паров.

№ п/п	АРЕХ	Satellite XT	Наименование (англ.)	Наименование (рус.)	Диапазон показаний, % НКПР (LEL)	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, %	НКПР, % (об.д.) в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99	Пределы допускаемой основной погрешности, объемная доля определяемого компонента, %
1	-	+	acetaldehyde	ацетальдегид	от 0 до 100	от 0 до 2	4,0	0,20
2	-	+	acetic acid	уксусная кислота	от 0 до 100	от 0 до 2	4,0	0,20
3	-	+	acetic anhydride	уксусный ангидрид	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,10
4	+	+	acetone	ацетон	от 0 до 100	от 0 до 1,25	2,5	0,13
5	-	+	acetylene	ацетилен	от 0 до 100	от 0 до 1,15	2,3	0,12
6	+	+	ammonia	аммиак	от 0 до 100	от 0 до 7,5	15,0	0,75
7	-	+	aniline	анилин	от 0 до 100	от 0 до 0,6	1,2	0,06
8	+	+	benzene	бензол	от 0 до 100	от 0 до 0,6	1,2	0,06
9	-	+	1,3-butadiene	1,3-бутадиен	от 0 до 100	от 0 до 0,7	1,4	0,07
10	-	+	iso-butane	изобутан	от 0 до 100	от 0 до 0,65	1,3	0,07
11	+	+	n-butane	n-бутан	от 0 до 100	от 0 до 0,7	1,4	0,07
12	-	+	1-butene	1-бутен (C4H8)	от 0 до 100	от 0 до 0,8	1,6	0,08
13	-	+	cis-butene-2	цис-бутен-2 (C4H8)	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
14	-	+	trans-butene-2	транс-бутен-2 (C4H8)	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
15	-	+	iso-butyl alcohol	изобутиловый спирт (2-бутанол)	от 0 до 100	от 0 до 0,95	1,9	0,10
16	+	+	n-butyl alcohol	n-бутиловый спирт (1-бутанол)	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
17	-	+	tert-butyl alcohol	tert-бутиловый спирт (2-метил-2-пропанол)	от 0 до 100	от 0 до 0,9	1,8	0,09
18	-	+	iso-butylene	изобутилен (2-метил-1-пропен)	от 0 до 100	от 0 до 0,8	1,6	0,08
19	-	+	n-butyric acid	C4H8O2, масляная кислота (1-бутен-1,4-диол)	от 0 до 100	от 0 до 1,1	2,2	0,11
20	-	+	carbon monoxide	оксид углерода	от 0 до 100	от 0 до 5,45	10,9	0,55
21	-	+	carbonyl sulfide	карбонил сульфид (углерод сульфидоксид)	от 0 до 100	от 0 до 3,25	6,5	0,33
22	-	+	chlorobenzene	хлорбензол	от 0 до 100	от 0 до 0,7	1,4	0,07
23	+	+	cyclohexane	циклогексан	от 0 до 100	от 0 до 0,6	1,2	0,06
24	-	+	cyclopropane	циклопропан	от 0 до 100	от 0 до 1,2	2,4	0,12
25	-	+	n-decane	n-декан	от 0 до 100	от 0 до 0,35	0,7	0,04
26	-	+	diethyl ether	диэтиловый эфир	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
27	-	+	di(iso-propyl) ether	диизопропиловый эфир	от 0 до 100	от 0 до 0,5	1,0	0,05
28	-	+	dimethyl butane	диметилбутан	от 0 до 100	от 0 до 0,65	1,3	0,07
29	-	+	dimethyl ether	диметилэтиловый эфир	от 0 до 100	от 0 до 1,35	2,7	0,14
30	-	+	dimethyl sulfide	диметилсульфид	от 0 до 100	от 0 до 1,1	2,2	0,11
31	-	+	1,4-dioxane	1,4-диоксан	от 0 до 100	от 0 до 0,95	1,9	0,10
32	+	+	ethane	этан	от 0 до 100	от 0 до 1,25	2,5	0,13

№ п/п	АРЕХ	Satellite ХТ	Наименование (англ.)	Наименование (рус.)	Диапазон показаний, % НКПР (LEL)	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, %	НКПР, % (об.д.) в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, %
33	+	+	ethyl acetate	этилацетат	от 0 до 100	от 0 до 1,1	2,2	0,11
34	+	+	ethyl alcohol	этиловый спирт	от 0 до 100	от 0 до 1,55	3,1	0,16
35	-	+	ethyl amine	этиламин	от 0 до 100	от 0 до 1,34	2,68	0,13
36	-	+	ethyl benzene	этилбензол	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,05
37	-	+	ethyl bromide	этилбромид	от 0 до 100	от 0 до 3,35	6,7	0,34
38	-	+	ethyl chloride	этилхлорид	от 0 до 100	от 0 до 1,8	3,6	0,18
39	-	+	ethyl formate	этилформиат	от 0 до 100	от 0 до 1,35	2,7	0,14
40	-	+	ethyl mercaptan	этилмеркаптан (этантиол)	от 0 до 100	от 0 до 1,4	2,8	0,14
41	-	+	ethyl methyl ether	метилэтиловый эфир	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,10
42	+	+	methyl ethyl ketone	метилэтилкетон (2-бутанон)	от 0 до 100	от 0 до 0,95	1,9	0,10
43	+	+	ethylene	этилен	от 0 до 100	от 0 до 1,15	2,3	0,12
44	-	+	ethylene dichloride	Этилен дихлорид (1,2-дихлорэтан)	от 0 до 100	от 0 до 3,1	6,2	0,31
45	+	+	ethylene oxide	этиленоксид	от 0 до 100	от 0 до 1,3	2,6	0,13
46	-	+	iso-heptane	изогептан (2-метилгексан)	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
47	+	+	n-heptane	n-гептан	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
48	-	+	iso-hexane	изо-гексан	от 0 до 100	от 0 до 0,58	1,16	0,06
49	+	+	n-hexane	n-гексан	от 0 до 100	от 0 до 0,5	1,0	0,05
50	-	+	hydrazine	гидразин N2H4	от 0 до 100	от 0 до 2,35	4,7	0,24
51	+	+	hydrogen	водород	от 0 до 100	от 0 до 2	4,0	0,20
52	-	+	hydrogen sulfide	сероводород	от 0 до 100	от 0 до 2	4,0	0,20
53	+	+	methane	метан	от 0 до 100	от 0 до 2,2	4,4	0,22
54	-	+	methyl acetate	метилацетат	от 0 до 100	от 0 до 1,6	3,2	0,16
55	+	+	methyl alcohol	метанол	от 0 до 100	от 0 до 2,75	5,5	0,28
56	-	+	methyl amine	метиламин	от 0 до 100	от 0 до 2,1	4,2	0,21
57	-	+	methyl bromide	метилбромид (бромметан)	от 0 до 100	от 0 до 5	10,0	0,50
58	-	+	methyl chloride	метилхлорид (хлорметан)	от 0 до 100	от 0 до 3,8	7,6	0,38
59	-	+	methyl cyclohexane	метилциклогексан	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
60	-	+	methyl formate	метилформиат	от 0 до 100	от 0 до 2,5	5,0	0,25
61	-	+	methyl mercaptan	метилмеркаптан (метантиол)	от 0 до 100	от 0 до 2,05	4,1	0,21
62	-	+	methyl propionate	метил пропионат, метиловый эфир пропионовой кислоты	от 0 до 100	от 0 до 1,1	2,2	0,11
63	-	+	methyl propyl ketone	метилпропилкетон, 2-пентанон	от 0 до 100	от 0 до 0,78	1,56	0,08
64	-	+	methylene chloride	метилхлорид (дихлорметан)	от 0 до 100	от 0 до 7	14,0	0,70
65	-	+	nitromethane	нитрометан	от 0 до 100	от 0 до 3,65	7,3	0,37
66	-	+	n-nonane	n-нонан	от 0 до 100	от 0 до 0,35	0,7	0,04
67	+	+	n-octane	n-октан	от 0 до 100	от 0 до 0,4	0,8	0,04

№ п/п	АРЕХ	Satellite XT	Наименование (англ.)	Наименование (рус.)	Диапазон показаний, % НКПР (LEL)	Диапазон измерений объемной доли определяемого компонента, %	НКПР, % (об.д.) в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, объемная доля определяемого компонента, %
68	-	+	iso-pentane	изопентан (2-метилбутан)	от 0 до 100	от 0 до 0,68	1,36	0,07
69	-	+	n-pentane	n-пентан	от 0 до 100	от 0 до 0,7	1,4	0,07
70	-	+	neo-pentane	неопентан (2,2-диметилпропан, тетраметилметан, 2-метилизобутан)	от 0 до 100	от 0 до 0,69	1,38	0,07
71	-	+	1-pentene	1-пентен (амилен, пропилэтилен)	от 0 до 100	от 0 до 0,7	1,4	0,07
72	+	+	propane	пропан	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
73	+	+	propene	пропен (пропилен)	от 0 до 100	от 0 до 2	4,0	0,10
74	+	+	iso-propyl alcohol	изопропиловый спирт (2-пропанол)	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,10
75	-	+	n-propyl alcohol	пропиловый спирт (1-пропанол)	от 0 до 100	от 0 до 1,1	2,2	0,11
76	-	+	n-propyl amine	пропиламин	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,10
77	-	+	n-propyl chloride	1-хлорпропан	от 0 до 100	от 0 до 1,2	2,4	0,12
78	-	+	1,2-propylene oxide	1,2-пропиленоксид (эпоксипропен)	от 0 до 100	от 0 до 0,95	1,9	0,10
79	-	+	propene	пропин (метилацетилен)	от 0 до 100	от 0 до 0,85	1,7	0,09
80	+	+	toluene	толуол	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
81	+	+	triethyl amine	триэтиламин	от 0 до 100	от 0 до 0,6	1,2	0,06
82	-	+	trimethyl amine	триметиламин	от 0 до 100	от 0 до 1	2,0	0,10
83	-	+	vinyl chloride	винилхлорид	от 0 до 100	от 0 до 0,9	1,8	0,09
84	-	+	m-xylene	m-ксилол (1,3-диметилбензол)	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
85	-	+	o-xylene	o-ксилол (1,2-диметилбензол)	от 0 до 100	от 0 до 0,5	1,0	0,05
86	-	+	p-xylene	p-ксилол (1,4-диметилбензол)	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
87	+	-	3-ethoxy-1-propanol	3-этокси-1-пропанол	от 0 до 100	от 0 до 1,15	2,3	0,12
88	+	-	4-Methyl-2-pentanol	4-метил-2-пентанол	от 0 до 100	от 0 до 0,6	1,2	0,06
89	+	-	butylacetate	Бутилацетат	от 0 до 100	от 0 до 0,65	1,3	0,07
90	+	-	cyclohexanone	Циклогексанон	от 0 до 100	от 0 до 0,5	1,0	0,05
91	+	-	propyleneoxide	Пропиленоксид	от 0 до 100	от 0 до 0,95	1,9	0,10
92	+	-	styrene (styrol)	Стирол	от 0 до 100	от 0 до 0,55	1,1	0,06
93	+	-	tetrahydrofuran	Тетрогидрофуран	от 0 до 100	от 0 до 0,75	1,5	0,08

Время установления показаний Т0,9 датчиков горючих газов и паров, с, не более:

- АРЕХ – 10

- Satellite XT – 15.

2. При контроле в воздухе рабочей зоны газов и паров, не указанных в таблицах 1, 2 и 3, датчики АРЕХ и Satellite ХТ применяются в качестве индикаторов для предварительной оценки содержания компонентов с последующим анализом по методикам выполнения измерений (МВИ), разработанным и аттестованным в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

3. Предел допускаемой вариации показаний не более 0,5 предела основной погрешности.

4. Предел допускаемого изменения выходного сигнала (показаний) за 30 суток при непрерывной работе в течение 24 ч не более 0,5 предела допускаемой основной погрешности.

5. Предел допускаемой дополнительной погрешности от влияния температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 °С не более 0,3 предела допускаемой основной погрешности за счет температурной компенсации микропроцессора сенсора.

6. Предел допускаемой дополнительной погрешности от влияния изменения относительной влажности окружающей среды в диапазоне от 20 до 90 % в долях от предела допускаемой основной погрешности, не более:

- 0,5 для электрохимических датчиков;
- 1,0 для термокаталитических датчиков.

7. Предел допускаемой дополнительной погрешности от влияния атмосферного давления на каждые 3,3 кПа не более 0,3 предела допускаемой основной погрешности.

8. Суммарная дополнительная погрешность для каждого определяемого компонента от влияния неизмеряемых компонентов не превышает 1,5 основной погрешности.

9. Средний срок службы сенсоров:

- горючие газы и пары – 3 года.
- токсичные газы – от 1,5 до 3 лет.
- кислород – 2 года.

10. Средний срок службы датчиков (исключая сенсоры) 15 лет.

11. Масса датчика:

- АРЕХ – 5,2 кг;
- Satellite ХТ – 0,65 кг (с электрохимическим сенсором), 0,7 кг (с термокаталитическим сенсором).

12. Электропитание – (18–32) В постоянного тока.

13. Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающей среды:
 - от минус 40 до +65 °С (АРЕХ);
 - от минус 20 до +40 °С (SATELLITE ХТ);
- диапазон атмосферного давления от 90 до 110 кПа;
- диапазон относительной влажности окружающего воздуха от 10 до 99 %.

14. Время подготовки к работе – не более 30 мин.

15. Потребляемая мощность – не более 3,6 ВА на каждый измерительный канал.

16. Степень защиты:

- АРЕХ – IP 66/67;
- Satellite ХТ – IP 52 (IP 65 - опция).

17. Габаритные размеры, мм

- АРЕХ 140x150x152
- Satellite ХТ 145x95x50

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус прибора в виде наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки определяется заказом и отражается в спецификации. Комплект поставки датчиков АРЕХ приведен в таблице 4.

Таблица 4

Основной комплект:	1 шт.
1. Преобразователь*	1 шт.
2. Корпус датчика *	1 шт.
3. Крышка датчика *	1 шт.
4. Фильтр в сборе*	1 шт.
5. Картридж датчика*	1 экз.
6. Руководство по эксплуатации	1 экз.
7. Методика поверки	
* - поставляется по отдельности или в сборе	1 шт.
Дополнительное оборудование:	1 шт.
- адаптер кислородного картриджа	
- соединительная коробка для дистанционного монтажа датчика АРЕХ, сертифицированная для опасных зон	1 шт.
- кабельные уплотнения (кол-во указано в упаковочном листе),	1 шт.
- кабель (длина указана в упаковочном листе),	1 шт.
- устройство для подключения калибровочных газов	1 шт.
- устройство защиты от погодных условий	1 шт.
- защитный фильтр датчика	1 шт.
- противосолнечный экран	1 шт.
- устройство настройки	
- газосборная воронка	

Комплект поставки датчиков SATELLITE XT приведен в таблице 5.

Таблица 5

Основной комплект:	1 шт.
1. Преобразователь Satellite XT * (версии: Satellite XT 4 - 20 мА, Satellite XT 4 - 20 мА/R, Satellite XT 4 - 20 мА/C, Satellite XT 4 - 20 мА/C/R)	1 шт.
2. Датчик *	1 экз.
3. Руководство по эксплуатации	1 экз.
4. Методика поверки	
* - поставляется по отдельности или в сборе	

Дополнительное оборудование:	1 шт.
Экстрактивный модуль ХТ	1 шт.
Пиролизирующий модуль ХТ	1 шт.
Монтажная рейка, стандартная	1 шт.
Монтажная пластина стандарта DIN, опция	1 шт.
L-образная монтажная пластина с рейкой стандарта DIN, опция	1 шт.
Удлинитель датчика, 2 м	1 шт.
Удлинитель датчика, 3 м	1 шт.
Удлинитель датчика, 1 м	1 шт.
Удлинитель датчика горючих газов, 2 м	1 шт.
Калибровочная крышка	1 шт.
Соединительная коробка, не более, чем на 2 узла	1 шт.
Соединительная коробка, не более, чем на 6 узлов	1 шт.
Соединительная коробка на 1 узел /для модификации R	1 шт.
3-жильный экранированный кабель, 3x1,0 мм ² , бухта 100 м	
Блок электропитания 24 В постоянного тока, выходной ток 2,5 А, 230/115 В переменного тока	1 шт.
Блок электропитания 24 В постоянного тока, выходной ток 5 А, 230/115 В переменного тока	1 шт.
Блок электропитания 24 В постоянного тока, выходной ток 10 А, 230/115 В переменного тока	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 4 дюйма	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 6 дюймов	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 8 дюймов	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 10 дюймов	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 12 дюймов	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 1,5 дюйма	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 2 дюйма	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 2,5 дюйма	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), 3 дюйма	1 шт.
оправка для установки в воздуховоде (в сборе), плоская	

ПОВЕРКА

Поверка систем производится в соответствии с документом «Датчики горючих и токсичных газов стационарные АРЕХ и Satellite ХТ. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ОАО ФНТЦ «Инверсия» в июне 2009 г.

Основные средства поверки:

- генератор газовых смесей ГГС-03-03 по ЩДЕК.418313.001 ТУ;
- генератор термодиффузионный ТДГ-01 по ЩДЕК.418319.001 ТУ;
- генератор озона ГС-024 ИРМБ.413332.001 ТУ;
- ГСО-ПГС состава SO₂/N₂, H₂S/N₂, NH₃/N₂, NH₃/воздух, NO/N₂, NO₂/N₂, CO/N₂, O₂/N₂, H₂/N₂ в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92;
- ГСО-ПГС состава метан/воздух, пропан/воздух, бутан/воздух, этилен/воздух в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92;
- газовые смеси состава пентан/воздух – ЭМ 06.02.632, ЭМ 06.02.633 по МИ 2590-2008;

- источники микропотоков ИМ-НCl, ИМ-НF, ИМ-NO₂, ИМ-Br₂, ИМ-Cl₂, ИМ-C₂H₄O, по ИБЯЛ.4186319.013 ТУ;
- источники микропотоков ИМ-BF₃ ЭС-Хд 2.706.139-ЭТ18, ИМ-C₃H₆O ЭС 2.706.140-ЭТ58, ИМ-TEOS ЭС 2.706.140-ЭТ57, ИМ-HMDS ЭС Хд. 2.706.140-ЭТ56, ИМ-тиофен ЭС 2.706.140-ЭТ59, ИМ-триметилсилан ЭС-ХД 2.706.140-ЭТ55;
- ПГС в баллонах - NF₃/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ223, F₂/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ220, B₂H₆/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ217, CH₃F/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ218, 1,2 дихлорэтилен/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ.219, GeH₄/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ221, HBr/азот ЭС Хд.2.706.136-ЭТ222, SiH₄/азот ЭМ 06.01.920, SF₆/азот – ЭМ 06.01.920;
- газоаналитический комплекс «МОГАИ-6» для получения ПГС на основе цианистого водорода;
- установка газодинамическая высшей точности УВТ-Ф № 60-А-89, для получения ПГС на основе фосфина;
- установка высшей точности УВТ-Ар № 59-А-89, для получения ПГС на основе арсина;
- установка газодинамическая ГДУ-34 г.Я.6434.00.00.000 РЭ для получения ПГС на основе фосгена;
- установка динамическая ГДУ-3Л г.Я.6433.00.00.000 ТО для получения ПГС на основе диметиламина, триметиламина, диэтиламина, триэтиламина, гидразина.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 1 ГОСТ 8.578-2002 «Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах».
- 2 ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».
- 3 ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия».
- 4 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
- 5 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования».
- 6 ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-99) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка».
- 7 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация опасных зон».
- 8 ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i».
- 9 ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».
- 10 ГОСТ Р 51330.14-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида п».
- 11 ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 «Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон».
- 12 Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип датчиков горючих и токсичных газов стационарных АРЕХ и Satellite XT утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Датчики АРЕХ имеют сертификат соответствия НАНИО «ЦСВЭ» № РОСС GB.ГБ05.В01857 от 07.02.2007 г. и разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-25006 от 09.06.2007 г. на применение во взрывоопасных зонах.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Honeywell Analytics Ltd», Великобритания
Hatch Pond House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate Pool, Dorset, BH 17, Great Britain;
Tel: +44(0)1202 676161; Fax: +44(0)1202 678011

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ

Honeywell Analytics
111033, Москва, Волочаевская ул., д.40, стр.2
Mobile: +7 495 960 9573
Тел.: +7 495 937 7985 (Ext. 205), Факс: +7 495 937 7983
email: maxim.sverchkov@honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

Директор по продажам Россия/страны СНГ
фирмы Honeywell Analytics



М.Г.Сверчков

Главный метролог ОАО ФНТЦ «Инверсия»



Н.В.Ильина