

## **Поверка**

осуществляется по ГОСТ 8.479/82 «Манометры избыточного давления грузопоршневые. Методы и средства поверки». При поверке используются рабочие эталоны класса точности 0,005 в соответствии с ГОСТ 8.017/79 «Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа»