

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВНИИМС**

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
ФГУП «ВНИИМС»

В. Н. Яншин

2015 г.



**Система автоматизированная
информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
подстанций Куйбышевской железной дороги филиала
ОАО «РЖД» в границах Ульяновской области**

Методика поверки

и.р. 03272-16

**Москва
2015**

Содержание

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	4
4. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	5
5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	7
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
7. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ.....	8
8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ.....	8
9. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	9
10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	12
11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ).....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	19

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД» в границах Ульяновской области, (далее – АИИС КУЭ), заводской номер № 045, предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными технологическими объектами подстанций Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД» в границах Ульяновской области, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные данные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в Приложении А.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергаются поверке покомпонентным (поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:

РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения»;

Приказ Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие положения»;

ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей»;

- ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
 МИ 2845-2003 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения $6\sqrt{3}...35$ кВ. Методика проверки на месте эксплуатации»;
 ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
 ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;
 ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;
 ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»;
 ГОСТ 30206-94 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S – 0,5S)»;
 ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия»;
 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
 ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
 ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;
 ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
 ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»;
 ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности»;
 ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта НД по поверке	Обязательность проведения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1. Подготовка к проведению поверки	8	Да	Да
2. Внешний осмотр	9.1	Да	Да
3. Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ	9.2	Да	Да
4. Проверка счетчиков электрической энергии	9.3	Да	Да
5. Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ	9.4	Да	Да
6. Проверка функционирования вспомогательных устройств	9.5	Да	Да

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
7. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов тока	9.6	Да	Да
8. Проверка нагрузки на вторичные цепи измерительных трансформаторов напряжения	9.7	Да	Да
9. Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков.	9.8	Да	Да
10. Проверка погрешности часов компонентов системы	9.9	Да	Да
11. Проверка отсутствия ошибок информационного обмена	9.10	Да	Да
12. Подтверждение соответствия программного обеспечения	10	Да	Да
13. Оформление результатов поверки	11	Да	Да

4. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
- средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;
- средства измерений в соответствии с документом «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ»;
- средства поверки счетчиков Альфа А1800 – в соответствии с документом МП-2203-0042-2006 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки. ДЯИМ.411152.018 МП»;
- средства поверки счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.02 – в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.02. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки»;
- средства поверки счетчиков электрической энергии ЕвроАЛЬФА по методике поверки с помощью установок МК6800, МК6801;
- средства поверки УСПД RTU-327 – по документу «Устройства сбора и передачи данных серии RTU-327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП»;
- термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от минус 20...+ 60 °С; диапазон измерений относительной влажности от 10...100 %;
- радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками и с ПО для работы с радиочасами «МИР РЧ-01».

Примечания:

1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ ГОСТ 8.216-88 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных

цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

8. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:

- руководство пользователя АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке);
- акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения;
- акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
- акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие подготовительные работы:

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;
- организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки» и напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки», счетчиков Альфа А1800 в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки. ДЯИМ.411152.018 МП», счетчиков ЕвроАЛЬФА - по методике поверки с помощью установок МК6800, МК6801, счетчиков СЭТ-4ТМ.02 в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.02. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки» и УСПД RTU-327 – по документу «Устройства сбора и передачи данных серии RTU-327. Методика поверки. ДЯИМ.466215.007 МП».

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,

зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 Проверка функционирования модемов

Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по МИ 3196-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения

9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых организаций на клеммных соединениях, имеющих на линии связи ТН со счетчиком. Проверяют наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по МИ 3195-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения U_n в проводной линии связи для каждой фазы по утвержденному документу «Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО «АТС». Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 % от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов сервера, получающего сигналы точного времени от УССВ. Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать ± 1 с. Для снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствующие сличению часов корректируемого счетчика и корректирующего сервера БД. Расхождение времени часов корректируемого и корректирующего компонента в момент предшествующий коррекции не должно превышать ± 1 с.

9.9.3 СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ с точностью не хуже $\pm 5,0$ с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть включены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным

интервалом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют наличие данных, соответствующих каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или устранившимся отказом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной информации в памяти центральных компьютеров (серверах) системы на тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) полученные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего разряда учетного значения.

9.10.4 Рекомендуются вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном режиме времени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы для того же момента времени. Для этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов), с показаниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БД) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода);
- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией – разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальных протестированных (аттестованных, сертифицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (аттестованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выписывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г.. В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов методики поверки АИИС КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.08.2015 г. с указанием причин.

Приложение А
(обязательное)

Таблица А.1 - Состав ИК АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование объекта	Состав измерительного канала				Вид электроэнергии	Метрологические характеристики ИК	
		ТТ	ТН	Счетчик электрической энергии	ИВКЭ		Основная погрешность, %	Погрешность в рабочих условиях, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барыш								
1	КВ – 1 - 10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 11374; 1343;15557 Госреестр № 1261-08	ЗНОЛ.06-10У3 кл.т. 0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 7685; 7106; 6791 Госреестр № 3344-08	EA05RL-P1B-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138079 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Активная	1,3	5,7
						Реактивная	2,1	3,5
2	КВ – 2 - 10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 135012; 12803; 9034 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10У3 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 6173;6823;6869 Госреестр №3344-08	EA05RL-P1B-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138219 Госреестр №16666-97		Активная	1,3	5,7
					Реактивная	2,1	3,5	
3	КВ-3-10 кВ	ТОЛ-СЭЩ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 40710; 40713; 40712 Госреестр №32139-06	ЗНОЛ.06-10У3 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 6173; 6823; 6869 Госреестр №3344-08	EA05RL-P1B-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138279 Госреестр №16666-97	Активная	1,3	5,7	
					Реактивная	2,1	3,5	

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безводовка								
4	ф.2 ПТП 10кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 4071; 7757 Госреестр №1261-08	НОМ-10-66УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 3196;3340 Госреестр №4947-98	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137754 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
Должниково								
5	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 7582; 7585; 7549 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 5811; 4995; 4994 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-4 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138276 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реактив- ная	2,1	3,5
6	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 7756; 7554; 6142 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 4996; 4989; 4970 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-4 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137569 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реактив- ная	2,1	3,5
Инза								
7	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 14480; 39955; 14475 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/ 100 Зав. № 4924; 4922; 4953 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137554 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
8	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 6967; 1968; 8218 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 3093; 4426; 3672 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1142236 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Канадей								
9	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 37054; 41082 Госреестр №1261-08	НАМИ- 10УХЛ2 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 05 Госреестр №20186-05	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138048 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
10	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 42403; 37003 Госреестр №1261-08	НАМИТ-10У2 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 0636 Госреестр №16687-07	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138143 Госреестр №16666-97		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
Ключики								
11	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 37028;36922 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06- 10У3 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 3579; 4443; 5281 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137618 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
12	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 36540;39960 Госреестр №1261-08	НАМИТ-10- 1УХЛ2 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 750; 750; 750 Госреестр №16687-07	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138128 Госреестр №16666-97		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
Коптевка								
13	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 41116; 42555 Госреестр №1261-08	НТАМИ-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 539 Госреестр №43738-10	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138061 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
14	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 36530;41271 Госреестр №1261-08	НТАМИ-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 0653 Госреестр №43738-10	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138283 Госреестр №16666-97		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коромысловка								
15	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 3606;4135 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 6106; 6122; 6103 Госреестр №3344-08	EA05RIL- P13 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 01137657 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
16	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 4061;16151 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/100 Зав. № 5234; 4997; 5803 Госреестр №3344-08	EA05RL- P1B-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138254 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
Н. Спасская 35 кВ								
17	КВ-1-35 кВ	STSM-38 кл.т.0,2S Ктт=200/1 Зав. № 08/44543/1; 08/44543/2; 08/44724/1 Госреестр №37491-08	ЗНОМ-35-65 кл.т.0,5 Ктн=35000/100 Зав. № 1173942; 1170151; 1170147 Госреестр №912-05	A1802 RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т.0,2S/0,5 Зав. № 1182053 Госреестр №31857-06	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	0,8	2,2
						Реак- тивная	1,5	2,2
18	КВ-2-35 кВ	STSM-38 кл.т.0,2S Ктт=200/1 Зав. № 08/44535/1; 08/45707; 08/44707 Госреестр №37491-08	NTSM-38 кл.т.0,2 Ктн=35000/100 Зав. № 08/10918; 08/10814; 08/10943 Госреестр №37493-08	A1802 RALXQ- P4GB-DW-4 кл.т.0,2S/0,5 Зав. № 1182134 Госреестр №31857-06	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	0,5	2,0
						Реак- тивная	1,1	2,1

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налейка								
19	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 13344; 13440 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 2474; 5279; 5278 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137808 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
20	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 13360;9675 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06-10 кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 6886; 6873; 7412 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137815 Госреестр №16666-97		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
Патрикеево								
21	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 7558;7618;7589 Госреестр №1261-08	ЗНОЛ.06- 10УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 6123; 3321; 3585 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138039 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
22	КВ-2-10 кВ	ТЛО-10 кл.т.0,5 Ктт=600/5 Зав. № 5628;5647;5637 Госреестр №25433-07	ЗНОЛ.06- 10УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 7006; 6790; 6871 Госреестр №3344-08	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138150 Госреестр №16666-97			Актив- ная	1,3
						Реак- тивная	2,1	3,5
23	КВ-2-10 кВ	ТОЛ-10УХЛ2 кл.т.0,5 Ктт= 800/5 Зав. № 40708; 40711; 40709 Госреестр № 7069-07	ЗНОЛ.06- 10УЗ кл.т.0,5 Ктн=10000/10 0 Зав. № 7006; 6790; 6871 Госреестр №3344-08	СЭТ- 4ТМ.02.2 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 8049221 Госреестр №20175-01		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Репьевка								
24	КВ-1-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=800/5 Зав. № 37749;41896 Госреестр №1261-08	НАМИТ- 10УХЛ2 кл.т.0,5 Ктн=10000/ 100 Зав. № 0752 Госреестр №16687-07	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1138072 Госреестр №16666-97	УСПД RTU-327 №001130 (Госреестр №19945-03)	Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5
25	КВ-2-10 кВ	ТПОЛ-10 кл.т.0,5 Ктт=1000/5 Зав. № 42412;42197 Госреестр №1261-08	НАМИТ- 10УХЛ2 кл.т.0,5 Ктн=10000/ 100 Зав. № 0180 Госреестр №16687-07	ЕА05RL- Р1В-3 кл.т.0,5S/1,0 Зав. № 1137961 Госреестр №16666-97		Актив- ная	1,3	5,7
						Реак- тивная	2,1	3,5

