

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «20» сентября 2021 г. № 2057

Регистрационный № ГСО 10787-2016

Лист № 1

Всего листов 2

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ ЗОЛОТА В СМОЛЕ ИОНООБМЕННОЙ (ЗИС-2)

Назначение стандартного образца: аттестация методик измерений и контроль точности результатов измерений массовой доли золота в смоле ионообменной атомно-абсорбционным и пробирным методами.

СО может быть использован для установления и контроля стабильности градуировочной (калибровочной) характеристики средств измерений массовой доли золота в смоле ионообменной при соответствии метрологических характеристик стандартного образца требованиям методик измерений.

Область экономики и сферы деятельности, где планируется применение стандартного образца: цветная металлургия, научные исследования.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой гранулы смолы ионообменной бежевого цвета, полученные в процессе сорбционного извлечения золота из золотосодержащих руд, расфасованные по 100 г в полиэтиленовые банки с этикеткой.

Форма выпуска: единичное производство.

Метрологические характеристики: аттестованная характеристика – массовая доля золота, %.

Таблица 1 – Метрологические характеристики стандартного образца

Элемент	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р= 0,95 ($\pm\Delta$), %
Золото	0,040	0,003

Продолжаемость результатов измерений, полученных в рамках межлабораторного эксперимента (МЛЭ), к единицам величин, реализуется посредством применения проверенных средств измерений компетентными, в том числе аккредитованными на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, испытательными лабораториями при проведении измерений. Для градуировки средств измерений участниками МЛЭ применялись стандартные образцы утвержденных типов с установленной прослеживаемостью.

Срок годности экземпляра: 10 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта и в правый верхний угол этикетки СО.

Комплектность стандартного образца: экземпляр СО, сопровождаемый этикеткой и паспортом СО утвержденного типа, оформленными по ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Наименование и обозначение технической документации, по которой выпущен стандартный образец:

- Техническое задание на разработку стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденное ОАО «Иргиредмет» 24 ноября 2015 г.
- Программа испытаний в целях утверждения типа стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-1), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-2), стандартного образца массовой доли золота в смоле ионообменной (ЗИС-3), утвержденная ФГУП «УНИИМ» 18 февраля 2016 г.

2. Наименование и обозначение документов, определяющих применение стандартного образца:

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «ГСИ. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;
- РМГ 61-2010 «ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки»;
- РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;
- РМГ 54-2002 «ГСИ. Характеристики градуировочные средств измерений состава и свойств веществ и материалов. Методика выполнения измерений с использованием стандартных образцов».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра, дата выпуска: в целях внесения изменений в сведения об утвержденном типе стандартного образца представлены экземпляры с № 1 по № 20, 30 июня 2016 г.

Производитель: Акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (АО «Иргиредмет»).

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38, ИНН 3808002300.

Испытательный центр: Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»).

Юридический адрес и адрес фактического места осуществления деятельности: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4.

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № РОСС RU.0001.310442.