

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛЬФА ГЛИНОЗЕМА (CRM BCR-170)

ГСО 9920-2011

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: техническая документация фирмы изготовителя – Institute for Reference Materials and Measurements.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВВОЗА: повторяющийся ввоз.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:
экземпляр № 1, август 2011 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений удельной площади поверхности веществ и материалов и определения метрологических характеристик стандартных образцов удельной площади поверхности веществ и материалов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** стандартные образцы, к которым установлены обязательные требования;
- **область применения:** испытания и контроль качества продукции.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

Методики измерений удельной площади поверхности веществ и материалов.

ОПИСАНИЕ: материал стандартного образца представляет собой порошок, расфасованный по 58 г в стеклянную бутылочку, снабжённую этикеткой.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – удельная площадь поверхности в м²/г.

Т а б л и ц а 1

Аттестованное значение S_0 , м ² /г	Значение расширенной неопределённости, м ² /г
1,00 – 1,10	0,05 *

* Значение расширенной неопределённости установлено при доверительной вероятности 0,95.

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 1 год.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: метрологические характеристики стандартного образца были установлены Community Bureau of Reference (BCR). Сертификат CRM был пересмотрен под руководством IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

РАЗРАБОТЧИК: - Institute for Reference Materials and Measurements, (IRMM)
Retieseweg 111, 2440 Geel (Бельгия).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Institute for Reference Materials and Measurements, (IRMM)
Retieseweg 111, 2440 Geel, (Бельгия).

ИМПОРТЁР: - ФГУП «УНИИМ», ул. Красноармейская, д. 4, Екатеринбург, 620000.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Е.Р.Петросян
подпись расшифровка подписи
М.П. «__» _____ 2011 г.