Приложение к свидетельству № 1948
об утверждении типа стандартных образцов
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА МОЛОКА ОБЕЗЖИРЕННОГО СУХОГО (CRM BCR-151) ГСО 9836-2011

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: техническая документация фирмы изготовителя – Institute for Reference Materials and Measurements.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВВОЗА: повторяющийся ввоз

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:
экземпляр № 1, август 2010 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для метрологической аттестации и контроля погрешностей методик измерений, применяемых при определении состава молока сухого, установления метрологических характеристик стандартных образцов состава молока обезжиренного сухого.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- **область применения:** пищевая промышленность

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):** ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26931-86 - ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30538-97
- **другие документы:** РМГ 61-2003, РМГ 76-2004

ОПИСАНИЕ: материал стандартного образца представляет собой порошок крупностью менее 0,060 мм, полученного методом распыления обезжиренного молока. Экземпляр стандартного образца расфасован по 30 г в стеклянную бутылочку, снабжённую этикеткой.

Приложение к свидетельству № 1948
об утверждении типа стандартных образцов
(обязательное)

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля элемента в миллионной доле (млн⁻¹)

Т а б л и ц а 1

Наименование элемента	Аттестованное значение CO, млн ⁻¹	Относительное значение расширенной неопределённости при K=2
Cd	0,05-0,5	10 %
Cu	1-10	5 %
Fe	30-100	5 %
Hg	0,05-0,5	10 %
I	1-10	5 %
Pb	1-10	5 %

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 1 год

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: метрологические характеристики стандартного образца были установлены Community Bureau of Reference (BCR). Сертификат CRM был пересмотрен под руководством IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

РАЗРАБОТЧИК: - Institute for Reference Materials and Measurements, (IRMM)
Retieseweg 111, 2440 Geel (Бельгия)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Institute for Reference Materials and Measurements, (IRMM)
Retieseweg 111, 2440 Geel, (Бельгия)

ИМПОРТЁР: - ФГУП «УНИИМ», ул. Красноармейская, д. 4, Екатеринбург, 620000

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

В.Н.Крутиков

расшифровка подписи

М.п. «__» _____ 2011 г.