ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

Утвержденного типа стандартный образец состава газовой смеси $\text{CO}_2 + \text{C}_2\text{H}_6 + \text{Ar} + \text{CH}_4 + \text{C}_2\text{H}_4 + \text{C}_2\text{H}_4\text{O} / \text{N}_2$

ГСО 9694-2010

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Технические условия «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава» ТУ 6-16-2956-92 с извещениями об изменениях № 1, 2, 3, 4, 5

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное - постоянное (непрерывное) производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: баллон № 2715, 17.05.2010,
баллон № 2720, 17.02.2010

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки, поверки и калибровки газоанализаторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: контроль технологических процессов и промышленных выбросов

В соответствии с ГОСТ 8.578-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах» ГСО выполняет функцию рабочего эталона 1-го разряда

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

на методы измерений (анализа, испытаний):

ГОСТ 13320 – 81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»

на методы поверки (калибровки), градуировки СИ:

МИ 2402-97 «Хроматографы газовые аналитические лабораторные. Методика поверки».

ОПИСАНИЕ: материал ГСО представляет собой семикомпонентную газовую смесь: определяемые компоненты – двуокись углерода (CO_2), этан (C_2H_6), аргон (Ar), метан (CH_4), этилен (C_2H_4), окись этилена ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$), газ разбавитель – азот (N_2).

Смесь находится под давлением (3 – 10) МПа

в баллоне из алюминия по ТУ 1411-016-03455343-2004 вместимостью от 1 до 10 дм³,

в баллоне из алюминия по ТУ 1411-017-03455343-2004, вместимостью 40 дм³, снабженном вентилем из нержавеющей стали типа ВС-16

Исходные газы, применяемые для приготовления ГСО:

Исходное вещество	Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества
CO ₂	ГОСТ 8050-85
C ₂ H ₆	Matheson Product Code G2243101
Ar	ТУ 2114-005-0024760-99
CH ₄	ТУ 51-841-87
C ₂ H ₄	ГОСТ 25070-87
C ₂ H ₄ O	ГОСТ 7568-88
N ₂	ГОСТ 9293-74

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – объемная доля компонентов, %

Аттестуемая характеристика	Интервал допускаемого аттестованных значений	Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, %	Пределы допускаемой относительной погрешности ±Δ ₀ *, %
Объемная доля двуокиси углерода (CO ₂), %	от 1,0 до 10,0	5	1,5
Объемная доля этана (C ₂ H ₆), %	от 0,10 до 0,50	10	3
Объемная доля аргона (Ar), %	от 1,0 до 10,0	5	1,5
Объемная доля метана (CH ₄), %	10 до 20,0	5	1
	свыше 20,0 до 35,0	5	Δ ₀ = -0,013·X + 1,27
Объемная доля этилена (C ₂ H ₄), %	от 10 до 20,0	5	1
	свыше 20,0 до 30,0	5	Δ ₀ = -0,02·X + 1,4
Объемная доля окиси этилена (C ₂ H ₄ O), %	от 0,5 до 2,0	5	2

* соответствуют относительной расширенной неопределенности (U) при коэффициенте охвата k=2.

X – значение объемной доли определяемого компонента.

Дополнительные сведения: Аттестованные значения прослеживаются к Государственному первичному эталону единиц молярной доли массовой концентрации компонентов в газовых средах (ГЭТ-154).

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 12 месяцев

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом по центру, под текстом, расположенным на первой странице паспорта ГСО

РАЗРАБОТЧИКИ:

- ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.19
- ООО «МОНИТОРИНГ», 198013, г. Санкт-Петербург, а/я 113

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

- ООО «МОНИТОРИНГ», 198013, г. Санкт-Петербург, а/я 113

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

«___»_____2010г.

подпись
М.п.

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи