

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Научный методический центр ГССО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В. Медведевских

“ 29 ” 10 2010 г.

М.П.

Стандартный образец общего щелочного числа нефтепродуктов (ЩЧН-М)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 9644-2010

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: Техническое задание (утверждено – июнь 2010г.)
Форма выпуска - серийное производство (периодически повторяющимися партиями).

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1 25.07.2010 г.

Назначение и область применения: СО предназначены для контроля погрешности методик измерений общего щелочного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 11362-96 и ASTM D 664-99 и для аттестации методик измерений.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО:

ГОСТ 11362-96, ASTM D 664-99, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, РМГ 76-2004, РМГ 61-2003.

Описание: ГСО представляют собой раствор присадки Д-300 и индустриального масла И-40 по ГОСТ 20799-88. Образцы расфасованы в стеклянные флаконы по (100 ± 5) см³ с этикеткой.

Нормированные метрологические характеристики: аттестуемая характеристика – общее щелочное число в мг КОН/г. Диапазоны аттестуемых значений СО, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений	Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$,
Общее щелочное число, мг КОН/г	От 0,9 до 1,0 вкл.	0,013
	От 1,0 до 5,0 вкл.	0,07
	От 5,0 до 20,0 вкл.	0,33
	От 20,0 до 100,0 вкл.	1,3

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

Разработчик и Изготовитель СО: ООО «НПЦ МАРСО» 450029, Башкортостан, г.Уфа, ул. Юбилейная, 18, офис 3.

Директор ООО «НПЦ «МАРСО»,
К.Х.Н.



Биктимирова Т. Г.

Биктимирова Т. Г.

29.07.2010