

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Научный методический центр ГССО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В.Медведевских

“ 29 ” 10 2010 г.

М.П.

Стандартный образец давления насыщенных паров нефтепродуктов (ДНП-М-3)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 9640-2010

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: Техническое задание (утверждено – июнь 2010г.)
Форма выпуска - серийное производство (периодически повторяющимися партиями).

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпуск 25.07.2010 г.

Назначение и область применения: СО предназначены для контроля погрешности методик измерений давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000 и ASTM D 323-99. Область применения: нефтяная, нефтеперерабатывающая промышленность.

Нормативные документы, определяющие необходимость применения СО:

ГОСТ 1756-2000, ASTM D 323-99, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, РМГ 76-2004, РМГ 61-2003.

Описание: ГСО представляют собой гексан по ТУ 6-09-3375-78. Образцы расфасованы в стеклянные флаконы по (250 ± 50) см³ с этикеткой.

Нормированные метрологические характеристики: аттестуемая характеристика – давление насыщенных паров в кПа. Диапазоны аттестуемых значений СО, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Аттестованная характеристика СО, единица измерений	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность аттестованного значения СО при $P=0,95$
Давление насыщенных паров при 37,8 °С, кПа	От 32 до 38 вкл.	0,8 – 1,6

Срок годности экземпляра СО: 3 года.

Разработчик и Изготовитель СО: ООО «НПЦ МАРСО» 450029, Башкортостан, г.Уфа, ул. Юбилейная, 18, офис 3.

Директор ООО «НПЦ МАРСО»,
к.х.н.

Биктимирова Т. Г.

Биктимирова Т. Г.

Медведевских
01.08.2010