ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА И СВОЙСТВ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ Т (СО-34)

ГСО 9524-2010

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: Государственный стандартный образец состава и свойств угля каменного марки Т (СО-34). Техническое задание, утвержденное в марте 2010 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:

экземпляры с № 1 по № 500, март 2010г

НАЗНАЧЕНИЕ: для контроля точности результатов измерений состава и свойств угля каменного.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используется вне сферы государственного регулирования;

- **область применения:** геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

ГОСТ 147-95, ГОСТ 6382-2001, ГОСТ 8606-93; ГОСТ 11022-95, ГОСТ 2160-92.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного угля каменного марки Т (ГОСТ 25543-88) в виде порошка с размерностью частиц не более 0,2 мм, расфасованного по (60-80) г в герметично закрывающиеся полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы физической величины	Аттестованное значение СО	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
Массовая доля серы общей (S_t^d)	%	0,25	$\pm 0,04$
Зольность (A^d)	%	19,09	$\pm 0,19$
Выход летучих веществ (V^{daf})	%	17,2	$\pm 0,5$
Высшая теплота сгорания (Q_s^{dal})	МДж/кг	34,99	$\pm 0,15$
Плотность действительная ((d_r^d))	г/см ³	1,52	$\pm 0,02$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 5 лет

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: СО признан в качестве СО КООМЕТ решением 21-го заседания Комитета КООМЕТ (апрель 2011 г., Армения), внесен в реестр СО КООМЕТ под № 0101-2011-RU и допускается к применению без ограничений в Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Литве, Молдове, Украине.

РАЗРАБОТЧИК - ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр», (ОАО "ЗСИЦентр").
Россия, 654006, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 9.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»,
(ОАО "ЗСИЦентр").
Россия, 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 9.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Е.Р.Петросян
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2012 г.