

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Государственный стандартный образец
состава меди (CRM 017)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер: ГСО 9491-2009

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА СО: техническая документация изготовителя.

Форма импорта: единичный ввоз.

Дата выпуска партии СО: 1989 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: контроль погрешности методик измерений массовых долей серы и фосфора в меди, аттестация методик измерений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: металлургия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:
ГОСТ 25086-87, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, РМГ 76-2004, РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: Материал СО представляет собой стружку, расфасованную по 50 г в стеклянные банки с закручивающимися крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СО:

Аттестованная характеристика, единица измерений	Аттестованное значение СО	Погрешность аттестованного значения СО при P=0,95
Массовая доля серы, млн ⁻¹ (мг/кг)	10,4	0,6
Массовая доля фосфора, млн ⁻¹ (мг/кг)	6,9	0,3

Срок годности экземпляра СО: до марта 2020 г.

РАЗРАБОТЧИК: Компания «Community Bureau of Reference» (BCR), Бельгия
Rue de la Loi 200, B-1049, Brussels, Belgium

ИМПОРТЕР: ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».
663300, г. Норильск, ул. Советская, 8

И.о. начальника Контрольно-аналитического управления
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

Е.В. Юдин

