


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Государственный стандартный образец
массовой доли серы в темных нефтепродуктах
(СУМ-М)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер: ГСО 9452-2009

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 15.09.2009 г.
Единичное повторяющееся производство.
Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпущенная 21.09.2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: контроль погрешности методик выполнения измерений массовой доли серы в темных нефтепродуктах по ГОСТ 1437-75, ASTM D 1552; аттестация методик выполнения измерений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: энергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО: ГОСТ 1437-75, ASTM D 1552; ГОСТ Р ИСО 5725-6; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: Материал СО представляет собой раствор органического серосодержащего вещества в масле турбинном марки Тп-22С по ГОСТ 38.101821-2001. Материал ГСО расфасован не менее чем по 10 см³ в стеклянные или полимерные флаконы с этикеткой, закрывающиеся закручивающимися крышками и герметизированные парафином.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Индекс СО	Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых значений	Границы допускаемой абсолютной погрешности при P=0,95, %
СУМ-М	Массовая доля серы, %	От 0,35 до 1,0 вкл.	0,05
		свыше 1,0 до 2,0 вкл.	0,06
		свыше 2,0 до 3,0 вкл.	0,07
		свыше 3,0 до 5,0 вкл.	0,10

Срок годности экземпляра СО: 3 года.
РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ООО «НПЦ МАРСО»
450029, Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 18, офис 3.

Директор ООО "НПЦ МАРСО"
М.П.



Т.Г. Биктимирова

Коски