

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА МЕДИ (ВАМ-Y001)

ГСО 9440-2009

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническая документация фирмы изготовителя - ВАМ, (Германия).

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВВОЗА: единичный ввоз.

НАЗНАЧЕНИЕ: для передачи размера единицы величины при аттестации методик измерения массовой доли меди в меди, при испытании стандартных образцов массовой доли меди в меди с целью определения их метрологических характеристик.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: метрологическое обеспечение средств измерений, методик измерений, испытание стандартных образцов, научные исследования.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение: методики измерения массовой доли меди в меди.

ОПИСАНИЕ: СО представляет собой кубики массой 1 г., расфасованные в стеклянные или пластиковые флаконы. Аттестованное значение аттестованной характеристики установили как 100% минус сумма 96 элементов-примесей с использованием различных методов измерения. СО меди (ВАМ-Y001) является первичным СО состава меди в Германии. СО меди (ВАМ-Y001) представлен на сайте МБМВ как образец, использованный при ключевых сличениях.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля меди, кг/кг.

Т а б л и ц а 1

Наименование аттестованной характеристики	Аттестованное значение, кг/кг	Границы допускаемых значений расширенной неопределенности аттестованного значения СО при $P = 0,95$, $k = 2$, кг/кг
массовая доля меди, кг/кг	0,999970	$\pm 0,000010$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: не ограничен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: дата сертификации ВАМ-Y001 сентябрь 2004 г.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ВАМ, Германия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ВАМ, Германия.

ЗАЯВИТЕЛЬ: - ФГУП «УНИИМ», 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская д. 4.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2014 г.