

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

Согласовано
Директор Главного органа ГССО

10.11.2009 г.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ МАССОВОЙ ДОЛИ МЕДИ В МЕДИ (ПОРОШОК) ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
Регистрационный номер
ГСО 9439-2009

НД НА ВЫПУСК ГСО: техническое задание, утвержденное 09.2009 г.

ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: единичное-повторяющееся производство, партия № 01-09 выпущена в ноябре 2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для аттестации методик выполнения измерений и контроля погрешности результатов измерений массовой доли меди в меди (порошок).

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой порошок медный электролитический марки ПМС-В по ГОСТ 4960-75. Стандартный образец расфасован по 10 г в инертной атмосфере аргона в многослойные пакеты из фольги, покрытые полимерной пленкой, и запаян.

В комплект поставки входят: стандартный образец, паспорт и инструкция по применению.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – массовая доля меди, %, интервал допускаемых аттестованных значений от 99.0 до 99.9 %.

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности составляют $\pm 0,5 \%$ при доверительной вероятности 0,95.

Границы допускаемого значения расширенной неопределенности составляют $\pm 0,5 \%$ при коэффициенте охвата 2.

Срок годности экземпляра СО: 3 месяца.

РАЗРАБОТЧИКИ:

ФГУП “УНИИМ”, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4.

ИМЕТ УрО РАН, 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101


ИЗГОТОВИТЕЛИ:

ФГУП “УНИИМ”, 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4.

ИМЕТ УрО РАН, 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101

Заместитель директора


ФГУП УНИИМ



С.В. Медведевских

И.о. директора

ИМЕТ УрО РАН



Э.А. Пастухов

Handwritten signature