

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Государственный стандартный образец
состава раствора глиоксаля

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер: ГСО 9377-2009

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 12.03.2009 г.

Единичное повторяющееся производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпущенная 21.04.2009 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: контроль погрешности методики измерений массовой доли глиоксаля в его 40% растворе по ТУ 2633-002 02069318-2008.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химическая промышленность, здравоохранение.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

ТУ 2633-002 02069318-2008; ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002; РМГ 76-2004.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой водный раствор глиоксаля (1,2-этандиаль). Материал ГСО расфасован не менее чем по 5 см³ во флаконы из темного стекла с этикеткой, закрытые пластмассовыми пробками и закручивающимися крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Допускаемая относительная погрешность СО при P=0,95
Массовая доля глиоксаля, %	От 35 до 45 вкл.	2,5 %

Срок годности экземпляра СО: 6 месяцев.

РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет» (ГОУ ВПО «ТГУ»)
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36

Проректор по научной работе ГОУ ВПО «ТГУ»
М.П.



Г.Е. Дунаевский

Жуков