

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
РАСТЯЖИМОСТИ (ДУКТИЛЬНОСТИ) НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
(ДНБ-4)

ГСО 9278-2008

Назначение стандартного образца: контроль точности результатов измерения растяжимости (дуктильности) нефтяных битумов.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: предприятия нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.

Описание стандартного образца: стандартный образец представляет собой специально приготовленный нефтяной битум, расфасованный в пенетрационной чашке (стеклянной баночке) закрытой металлической крышкой.

Объем экземпляра СО в упаковке – 100 см³.

Разработчики СО: - Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» им. академика Академии проблем качества РФ А.Х. Мухамедзянова» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»), 450075, г.Уфа, пр.Октября, 149.

Интегрированная система менеджмента АНО НПО «ИНТЕГРСО» применительно к проектированию и разработке стандартных образцов состава и свойств нефти и нефтепродуктов соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (Сертификат соответствия ИСМ № РОСС RU.SM02.K00005);

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО»), 450075, г.Уфа, пр.Октября, 149.

Интегрированная система менеджмента ООО «ИНТЕГРСО» применительно к производству/изготовлению и поставке стандартных образцов состава и свойств нефти и нефтепродуктов соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (Сертификат соответствия ИСМ № РОСС RU.SM02.K00004).

Свидетельство товарного знака СО «ИНТЕГРСО» №371448.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика – растяжимость (дуктильность), см.

Т а б л и ц а 1- Нормируемые метрологические характеристики

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО, см	Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО, $\pm \Delta_A$ при $P = 0.95$, %	Температура испытания, °С
ДНБ-4	от 60,0 до 80,0 вкл.	10	$25,0 \pm 0,5$

Срок годности экземпляра 5 лет.

Знак утверждения типа: наносится полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца снабжен паспортом стандартного образца и этикеткой, оформленными согласно ГОСТ Р 8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

- Техническое задание «Государственные стандартные образцы растяжимости (дуктильности) нефтяных битумов (ДНБ-1, ДНБ-2, ДНБ-3, ДНБ-4)», утв. 28.10.2005, с изм. №1, утв. 20.01.2013, с изм. №2 утв. 27.11.2017;
- Программа испытаний СО серийного производства «Государственные стандартные образцы растяжимости (дуктильности) нефтяных битумов (ДНБ-3, ДНБ-4)», утв. 27.11.2017.

2. Документы, определяющие применение:

- ГОСТ 11505-75 «Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости»,
- ГОСТ 33138-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости».

3. Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца: не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: представлена в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа партия № 3, 12.11.2018.

Изготовители: - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО»).

450075, г. Уфа, пр. Октября, 149. ИНН 0277073224;

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО» им. академика Академии проблем качества РФ А.Х. Мухамедзянова» (АНО НПО «ИНТЕГРСО»).

450075, г. Уфа, пр. Октября, 149. ИНН 0277042593.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО» (ООО «ИНТЕГРСО»).

450075, г. Уфа, пр. Октября, 149.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

А.В. Кулешов
расшифровка подписи

М.П. «___» _____