

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Научного методического
центра ГССО
С.В. Медведевских
" 2010 г.
М.П.

Государственный стандартный образец
массовой доли серы в нефти (Н-С)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер: ГСО 9085-2008

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 27 августа 2008 г.
Серийное производство периодически повторяемыми партиями.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпущенная 15 сентября 2008 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ГСО: контроль погрешности методик измерений массовой доли серы в нефти и нефте-продуктах по ГОСТ 19121-73, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ 1437-75; аттестация методик измерений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: энергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

- ГОСТ 19121-73; ГОСТ Р 51947-2002; ГОСТ 1437-75;

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой стабилизированную смесь нефтей месторождений Тюменской области. Материал ГСО расфасован в стеклянные или пластмассовые бутылки по 0,25 дм³. Бутылки плотно закрыты пробкой, которая затем залита парафином, и имеют этикетку.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Допускаемая относительная погрешность СО при P=0,95, %
Массовая доля серы, %	От 0,05 до 1,00вкл.	5
	Свыше 1,0 до 2,0 вкл.	3
	Свыше 2,0 до 5,0 вкл.	2,3

Срок годности экземпляра СО: 1 год.


Handwritten signature

РАЗРАБОТЧИК ГСО: ООО «Серволаб»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

ИЗГОТОВИТЕЛИ ГСО: ООО «Серволаб»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

ЗАО «Сибтехнология»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

Генеральный директор ООО «Серволаб»
М.П.



А.А. Колесников