

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Директор Головного органа ГССО
В.В. Леонов
« 19 » 06 2007 г.



Государственные стандартные образцы
массовой доли влаги
калия хлористого марки «мелкий»
2-го разряда (комплект КХМ-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 9044-2008

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническое задание, утвержденное 08.09.2006 г. Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия выпущена в феврале 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Градуировка, поверка и калибровка промышленных автоматических влагомеров непрерывного действия, применяемых при определении массовой доли воды в хлористом калии методом ближней ИК-спектроскопии диффузного отражения;

контроль погрешности результатов измерений массовой доли воды в хлористом калии термогравиметрическими методами;

контроль погрешности результатов измерений массовой доли воды по разделам 1 и 2 ГОСТ 20851.4-75;

а также другие виды метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик КХМ-1 требованиям процедур метрологического контроля.

Область применения – производство минеральных удобрений

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ГОСТ 20851.4-75.

ОПИСАНИЕ:

СО представляет собой фракцию (400 ÷ 630) мкм хлористого калия марки «мелкий» по ГОСТ 4568-95, выпускаемого по СТО СПЭКС 001-98 галургическим способом. Комплект состоит из трех экземпляров СО, расфасованных в специальные влагонепроницаемые пакеты из полиэтилена размером 100 x 200 мм, с маркировкой.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика – массовая доля воды, в процентах


Индекс СО	Интервал значений аттестуемой характеристики СО, %	Предел допускаемой относительной погрешности аттестованного значения СО, %
КХМ-1-1	от 0,2 до 0,5	5
КХМ-1-2	от 2 до 4	5
КХМ-1-3	от 4 до 7	5

Срок годности экземпляра СО: 30 дней.

Разработчики и изготовители:

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
620219, ГСП-824, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская,4,
т/ф. (343) 350-60-63

Зам. директора по научной работе ФГУП УНИИМ



С.В. Медведевских

МП

Handwritten signature and the number 1806-08.