


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО


СОГЛАСОВАНО

Директор Головного органа ГССО

 В.В. Леонов

« 19 » 16 2007 г.

М.П.



Государственные стандартные образцы
массовой доли влаги

— калия хлористого марки «мелкий»
1 –го разряда (комплект КХ–1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер **ГСО 9043-2008**

НД на выпуск и форма выпуска ГСО: техническое задание, утвержденное 08.09.2006 г. Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия выпущена в феврале 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверка измерительных установок массовой доли влаги 2-го разряда, а также для поверки влагомеров высокой точности;

контроль погрешности результатов измерений массовой доли воды в хлористом калии термogrавиметрическими методами;

контроль погрешности результатов измерений массовой доли воды по разделам 1 и 2 ГОСТ 20851.4–75;

а также другие виды метрологического контроля при соответствии метрологических характеристик КХ–1 требованиям процедур метрологического контроля.

Область применения – производство минеральных удобрений

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:
ГОСТ 20851.4–75.

ОПИСАНИЕ:

СО представляет собой фракцию (400 ÷ 630) мкм хлористого калия марки «мелкий» по ГОСТ 4568-95, выпускаемого по СТО СПЭКС 001-98 галургическим способом и СО фракцию (200 ÷ 400) мкм хлористого калия марки «мелкий», поставляемого на экспорт, выпускаемого по СТО СПЭКС 001-98 флотационным способом. Комплект состоит из двух экземпляров СО, расфасованных в специальные влагонепроницаемые пакеты из полиэтилена размером 100 x 200 мм, с маркировкой.

НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика – массовая доля воды, в процентах

Индекс СО	Интервал значений аттестуемой характеристики СО, %	Предел допускаемой относительной погрешности аттестованного значения СО, %
КХ-1-1	от 2 до 4	3
КХ-1-2	от 2 до 4	3


Срок годности экземпляра СО: 14 дней.

Разработчики и изготовители:

ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
620219, ГСП-824, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4,
т/ф. (343) 350-60-63

Зам. директора по научной работе ФГУП УНИИМ _____

С.В. Медведевских



18.06.07