

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

Согласовано
Зам. директора Научно-методического
центра ГССО
С.В. Меленевских
" 07 " 2010 г.
М.П.



Государственный стандартный образец
массовой доли хлорорганических соединений
в нефти (Н-ХО)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер: ГСО 9024-2008

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 15.02.2008.

Серийное производство периодически повторяемыми партиями.

Номер и дата выпуска партии ГСО: партия № 1, выпущенная 27.03.2008 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ГСО: контроль погрешности методики измерений массовой доли хлорорганических соединений в нефти и нефтепродуктах ГОСТ Р 52247-2004; аттестация методик измерений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: энергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:
ГОСТ Р 52247-2004; ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002; РМГ 76-2004; РМГ 61-2003.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой стабилизированную смесь нефтей месторождений Тюменской области. Материал ГСО расфасовывают в стеклянные бутылки по 1,050 дм³. Бутылки плотно закрыты пробкой, которая затем залита парафином, и имеют этикетку.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО, единица измерений	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Допускаемая относительная погрешность СО при P=0,95, %
Массовая доля хлорорганических соединений, млн ⁻¹ (мкг/г)	От 1 до 2 вкл.	20
	Свыше 2 до 10 вкл.	10
	Свыше 10 до 20 вкл.	6,5
	Свыше 20 до 40 вкл.	5
	Свыше 40 до 60 вкл.	4

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

16.04.07
11.01.01. 9024-2008

РАЗРАБОТЧИК ГСО: ООО «Серволаб»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

ИЗГОТОВИТЕЛИ ГСО: ООО «Серволаб»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

ЗАО «Сибтехнология»
625033, г. Тюмень, аэропорт «Рощино», ул. С. Ильюшина, 27.

Генеральный директор ООО «Серволаб»
М.П.



А.А. Колесников