

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного органа ГССО

 С.В. Медведевских

«24» 01 2008 г.

Стандартный образец состава
феррованадия типа ФВд 50У0,5
(ФВд10)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8924-2008

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО:

Техническое задание, утвержденное в _____ 2007 г.;

Форма выпуска – единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: СО выпущен в декабре 2007г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ГСО предназначен для аттестации методик выполнения измерений и контроля погрешности МВИ массовой доли марганца в феррованадии (ГОСТ 27130, ТУ 0853-043-00186341-2005).

СО может применяться для поверки (калибровки), градуировки средств измерений при условии соответствия его метрологических характеристик установленным критериям.

Область применения: металлургия

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения ГСО:

- ГОСТ 13217.6,
- методика выполнения измерений массовой доли марганца в феррованадии титриметрическим методом (НДП МХ-12-2005);
- методика выполнения измерений массовых долей ванадия, кремния, фосфора, марганца, алюминия, меди, мышьяка, хрома и никеля в феррованадии рентгеноспектральным методом (НДП МРС-20-2005).

ОПИСАНИЕ: материал СО представляет собой порошок феррованадия крупностью не более 0,10 мм.

СО расфасован в плотно закрытые стеклянные баночки по 250 г.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля марганца в процентах

Аттестованное значение	Граница допускаемых значений абсолютной погрешности СО (при $P=0,95$)
1,65	0,02

Срок годности экземпляра ГСО: 10 лет.

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Открытое акционерное общество "Чусовской металлургический завод" (ОАО ЧМЗ).
618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13

Исполнительный директор ОАО ЧМЗ



 А.А. Карпов

