

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
коллоидной стабильности
пластичных смазок

(КС-1)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8903-2007

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 28.10.05 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 1, дата выпуска – сентябрь 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля результатов испытаний коллоидной стабильности пластичных смазок по национальному стандарту РФ ГОСТ 7142-74 (Метод А).

Область применения – предприятия нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслей промышленности, связанные с производством, применением и контролем качества пластичных смазок.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: методики измерений (анализа): по национальному стандарту РФ ГОСТ 7142-74 (Метод А).

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой специально приготовленный для непосредственного применения пластичный смазочный материал в полипропиленовом флаконе с навинчивающейся крышкой.

Объем экземпляра СО во флаконе – 20 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика – коллоидная стабильность, в %.

Индекс СО	Интервалы допускаемых значений аттестуемой характеристики СО	Единица измерения	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованной характеристики СО при $P = 0.95$	Температура испытания, °C
КС-1	от 12 до 16	%	± 1	$20,0 \pm 2,0$

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО

Орган ГССО -


- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г.Уфа,
(ООО «ИНТЕГРСО»)) Пр.Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО

Орган ГССО –

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа,
(ООО «ИНТЕГРСО»)) Пр. Октября,149

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

Копия