
ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЁННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ОКТАНОВОГО ЧИСЛА) БЕНЗИНОВ (ОЧ-4(И))

ГСО 8886-2007 (МСО 1502:2008)

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: Техническое задание, утвержденное 28.10.2005 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

НОМЕР ПАРТИИ, ДАТА ВЫПУСКА: партия № 3, июнь 2011 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для контроля точности (прецизионности) результатов определения детонационной стойкости бензинов по национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005), межгосударственному стандарту ГОСТ 8226-82.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- **область применения:** нефтяная, нефтеперерабатывающая, газовая отрасли промышленности.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

методы испытаний: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005), межгосударственный стандарт ГОСТ 8226-82.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов в склянке из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой. Объем экземпляра СО в упаковке – 500 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – детонационная стойкость (октановое число) бензинов.

Т а б л и ц а 1 – Нормированные метрологические характеристики

Индекс СО	Интервал допускаемых аттестованных значений	Обозначение единицы величины	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности, Δ_A при $P=0,95$
ОЧ 4-(И)	от 96 до 100	октановое число	$\pm 0,3$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГСО признан в качестве межгосударственного стандартного образца (МСО) решением МГС от 11.12.2008 г., протокол № 34-2008, внесен в Регистр МСО под № 1502:2008 и допускается к применению без ограничений в: Азербайджанской Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан, Украине.

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 5 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149, e-mail: integrso@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» (ООО «ИНТЕГРСО»)
450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149, e-mail: integrso@mail.ru.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Е.Р.Петросян
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2011 г.