

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава (агро-химических показателей) почвы черноземной выщелоченной среднесуглинистой (САЧвП-05)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8874-2007
Взамен номера ГСО 6373-92

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: техническое задание, утвержденное 16 марта 2006г. Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.
Номер и дата выпуска партии ГСО: Партия САЧвП-05/5 выпущена 22 декабря 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава (агрохимических показателей) почвы черноземной выщелоченной среднесуглинистой. ГСО может применяться для поверки (калибровки), градуировки средств измерений при условии соответствия его метрологических характеристик установленным критериям.
Область применения – сельское хозяйство, охрана окружающей среды.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО: на методы измерений (анализа, испытаний): ГОСТ 29269-91, ГОСТ 26204-91, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26212-91, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26487-85, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26488-85, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 26489-85, ГОСТ 27821-88, ГОСТ Р 50688-94, ГОСТ Р 50686-94, ГОСТ Р 50683-94, ГОСТ Р 50689-94, ГОСТ Р 50685-94.

ОПИСАНИЕ: СО изготовлен из почвы черноземной **выщелоченной** среднесуглинистой, высушенной до воздушно-сухого состояния, в виде порошка.
СО расфасован в полиэтиленовые пакеты по 300 г.


НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика СО - агрохимический показатель	НД на метод анализа	Обозначение единицы физической величины	Интервалы допускаемых аттестованных значений	Границы до пускаемых значений абсолютной по грешности (P=0,95)
1 Подвижный фосфор (метод Чирикова)	ГОСТ 26204-91	млн ⁻¹	10,0-500	0,5 - 20
2 Подвижный калий (метод Чирикова)	ГОСТ 26204-91	млн ⁻¹	50,0-350	2,5 - 12
3 рН	ГОСТ 26483-85	ед.рН	4,5-7,0	0,03
4 Гидролитическая кислотность	ГОСТ 26212-91	ммоль/100г	1,50-7,5	0,06 – 0,3
5 Обменный кальций	ГОСТ 26487-85	ммоль/100г	10,0-30,0	0,3 – 0,8
6 Обменный магний	ГОСТ 26487-85	ммоль/100г	1,00-7,0	0,03 - 0,2
7 Органическое вещество	ГОСТ 26213-91	%	3,00-8,0	0,20 - 0,3
8 Подвижная сера	ГОСТ 26490-85	млн ⁻¹	5,0 - 30,0	0,2 – 0,8
9 Азот нитратов	ГОСТ 26488-85 ГОСТ 26951-86	млн ⁻¹	2,0 – 30	0,1 – 1
10 Азот обменного аммония	ГОСТ 26489-85	млн ⁻¹	2,0 – 40,0	0,1 – 1,0
11 Сумма поглощенных оснований	ГОСТ 27821-88	ммоль/100г	20,0 - 50	1 – 2,5
12 Подвижный бор (метод Бергера и Труога)	ГОСТ Р 50688-94	млн ⁻¹	0,5 - 5,0	0,1 - 0,5
13 Подвижный цинк (метод Крупского и Александровой)	ГОСТ Р 50686-94	млн ⁻¹	0,10 - 3,0	0,01 – 0,3
14 Подвижный марганец (метод Крупского и Александровой)	ГОСТ Р 50685-94	млн ⁻¹	5,0 - 60	0,4 – 4
15 Подвижный кобальт (метод Крупского и Александровой)	ГОСТ Р 50683-94	млн ⁻¹	0,05 - 1,0	0,01 - 0,1
16 Подвижная медь (метод Крупского и Александровой)	ГОСТ Р 50683-94	млн ⁻¹	0,05 - 1,0	0,01 - 0,1
17 Подвижный молибден (метод Григга)	ГОСТ Р 50689-94	млн ⁻¹	0,07 - 1,0	0,01- 0,1

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ГНУ ВНИИА).
127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 31 А

Директор ГНУ ВНИИА



[Handwritten signature]

В.Г. Сычев