


Приложение к сертификату № 3476
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ СОСТАВА МУКИ
ПШЕНИЧНОЙ (МП - 01)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ГСО **8870-2007**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное
27 апреля 2005 г. Форма выпуска – единичное производство.
Номер и дата выпуска партии: СО МП-01 выпущены в сентябре 2006г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, регламентированных ГОСТ 13496.4-93, ГОСТ 26570-95, ГОСТ 26657-97, ГОСТ 27494-87, ГОСТ 27839-88, ГОСТ 28796-90, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96, применяемых при определении состава муки пшеничной. СО может использоваться для калибровки (поверки), градуировки средств измерений при условии соответствия его метрологических характеристик установленным критериям.

Область применения: мукомольная и пищевая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:
на методы измерений (анализа, испытаний):
ГОСТ 13496,4-93, ГОСТ 26570-95, ГОСТ 26657-97, ГОСТ 27494-87, ГОСТ 27839-88, ГОСТ 28796-90, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96;
Инструкция по применению ГСО состава муки пшеничной (МП-01) (приложение к паспорту)

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой муку пшеничную, соответствующую требованиям ГОСТ 26574-85, ГОСТ Р 52189-2003, расфасованную по 100 г в полиэтиленовые пакеты или банки.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс СО	Аттестованная характеристика СО – массовая доля компонента*	Обозначение единицы физической величины	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность аттестованного значения СО (при P=0,95)
МП-01	Азот	%	2,15	0,04
	Кальций	%	0,070	0,005
	Фосфор	%	0,150	0,008
	Зольность	%	0,58	0,02
	Сырая клейковина	%	31,24	0,21
	Качество клейковины (ИДК)	Условная единица прибора ИДК	68,0	2,0
	Цинк	млн ⁻¹	12,7	0,5
	Медь	млн ⁻¹	2,23	0,06
	Железо	млн ⁻¹	20,8	0,9
	Свинец	млн ⁻¹	0,25	0,02
	Ртуть	млн ⁻¹	0,0033	0,0003
	Кадмий	млн ⁻¹	0,038	0,002

* Массовая доля компонентов рассчитана на абсолютно-сухое вещество

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА СО: 5 лет

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОХИМИИ им. Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА
(ГНУ ВНИИА)
АДРЕС: 127550, Москва, ул. Прянишникова, д. 31, корп. А.

Директор ГНУ ВНИИА



(Handwritten signature)

В.Г. Сычев

Копия