


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора Головного
органа ГССО

С.В. Медведевских
2006 г.



Стандартный образец
состава сплава
алюминиевого типа АД31

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ
ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8844-2006

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Партия СО-0,09
изготовлена на основании технического задания, утвержденного в 2005 году, в
форме единичного выпуска.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: июнь 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для
метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ), для
контроля погрешностей МВИ, применяемых при определении водорода в
алюминиевых сплавах.

Область применения СО – металлургия, машиностроение и другие
отрасли.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость
применения СО: на методы измерений: ГОСТ 21132.1-98, ГОСТ Р 50965-96.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из сплава алюминиевого
типа АД31 в виде прессованного прутка диаметром 12 мм и длиной 250 мм и
упакован в полиэтиленовый пакет.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – массовая доля водорода:
 $0,09 \text{ млн}^{-1} (0,10 \text{ см}^3/100 \text{ г})$

Границы допускаемого значения абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0,95:

$0,01 \text{ млн}^{-1} (0,01 \text{ см}^3/100 \text{ г})$

Срок годности экземпляра СО: не ограничен

РАЗРАБОТЧИК СО: Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: Открытое акционерное общество «Всероссийский институт легких сплавов», 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2.

—
Директор по науке, технологии и качеству


Е.Б. Качанов



