

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. руководителя Научного
методического центра ГССО
С.В. Медведевских
« 29 » 10 2010 г.
М.П.

Государственный стандартный
образец состава меди
(LECO 502-403)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8685-2005

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 21.03.2005 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - серийное производство периодически повторяющимися партиями.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих анализаторы серы фирмы LECO, для поверки, испытания с целью утверждения типа средств измерений (анализаторов серы фирмы LECO).

Область применения: металлургия

ОПИСАНИЕ: материал экземпляров СО изготовлен в виде 1 граммовых медных цилиндров, расфасованных по 100 грамм в стеклянные банки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО – массовая доля серы, млн^{-1} .

Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность указаны в таблице.

Таблица. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность

Номер СО по каталогу фирмы LECO	Допускаемый диапазон аттестованных значений аттестуемой характеристики, млн^{-1}	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения, млн^{-1}
502-403	5,0-9,5	1,0

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: февраль 2008 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: фирма LECO Corporation, США

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР: ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп. 1.

Генеральный директор
ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»



П.В.Макаров

Москва