

Приложение к сертификату № 3229  
(обязательное)

### ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора Головного  
органа ГССО  
С.В. Медведевских

\_\_\_\_\_ 2005 г.

М.П.

Государственный стандартный  
образец состава меди  
(LECO 502-347)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ  
ГСО

Регистрационный номер ГСО 8684-2005

**НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА:** Техническое задание на разработку СО, утвержденное 21.03.2005 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - единичное повторяющееся производство.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО:** СО предназначен для градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих анализаторы кислорода фирмы LECO, для поверки, испытания с целью утверждения типа средств измерений (анализаторов кислорода) фирмы LECO.

Область применения: черная и цветная металлургия

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:**

- Программы испытаний с целью утверждения типа;
- Методики поверки анализаторов кислорода.

**ОПИСАНИЕ:** материал экземпляров СО изготовлен в виде 1 граммовых медных цилиндров, расфасованных по 100 грамм в стеклянные банки.

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аттестуемая характеристика СО – массовая доля кислорода, %.

Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность указаны в таблице.

Таблица. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность

Номер СО по каталогу фирмы LECO	Допускаемый диапазон аттестованных значений аттестуемой характеристики, %	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения, %
502-347	0,07-0,08	0,002

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

**ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО:** сентябрь 2004 г.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:** фирма LECO Corporation, США..

**ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР:** ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М», 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп.1

Генеральный директор



П.В.Макаров

*Handwritten signature and date:*  
24.07.05