

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам.руководителя Научного
методического центра ГССО
С.В. Медведевских
« 29 » 10 2010 г.

М.П.

Государственный стандартный
образец состава меди
(LECO 501-148)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8682-2005

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 21.03.2005 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - серийное производство периодически повторяющимися партиями
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначены для градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих анализаторы кислорода фирмы LECO, для поверки, испытания с целью утверждения типа средств измерений (анализаторов кислорода) фирмы LECO.

Область применения: металлургия

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

- Программы испытаний с целью утверждения типа;
- Методики поверки анализаторов кислорода;

ОПИСАНИЕ: материал экземпляра СО изготовлен в виде 1 граммовых медных цилиндров, расфасованных по 100 грамм в стеклянные банки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО – массовая доля кислорода, %.

Диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность указаны в таблице.

Таблица. Диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допускаемая погрешность.

Номер СО по каталогу фирмы LECO	Допускаемый диапазон аттестованных значений аттестуемой характеристики, %	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения, %
501-148	0,030-0,050	0,001

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: январь 2008 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: фирма LECO Corporation, США

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР: ЗАО «ЛЕКО-ЦЕНТР-М», 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д.4, корп. 1

Генеральный директор
ЗАО «ЛЕКО-ЦЕНТР-М»



П.В.Макаров

Handwritten signature