

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Научный методический центр
Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

С.В. Медведевских

« 29 » 10 2010 г.

М.П.

Государственный стандартный
образец свойств бензойной кислоты
(LECO 774-208-150)

ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО
Регистрационный номер ГСО 8680-2005

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку СО, утвержденное 21.03.2005 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - серийное производство периодически повторяющимися партиями.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: Стандартный образец свойств бензойной кислоты (LECO 774-208-150) предназначен для градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих калориметры фирмы LECO, может быть использован для испытания с целью утверждения типа средств измерений (калориметров) фирмы LECO.

Область применения: угольная, добывающая, металлургическая промышленности.

ОПИСАНИЕ: материал экземпляров СО изготовлен в виде таблеток массой 1 грамм, расфасованных по 50 грамм в стеклянные банки.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО – удельная теплота сгорания, Дж/г.

Диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допустимая погрешность аттестованного значения указаны в таблице.

Таблица. Допускаемый диапазон значений аттестуемой характеристики СО и допустимая погрешность аттестованного значения СО

Номер СО по каталогу фирмы LECO	Допускаемый диапазон аттестованных значений, Дж/г	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения, Дж/г
774-208-150	26400-26500	40

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: апрель 2009 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: фирма LECO Corporation, США..

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР: ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М» 115208, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, д. 4, корп. 1.

Генеральный директор
ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»



П.В.Макаров

Макаров