

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ (ТВЗТ-2-ОНПЗ)

ГСО 8565-2004

Назначение стандартного образца: контроль точности результатов измерений температуры вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75 и ASTM D93-18; аттестация аппаратов для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле.

Области промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, химическая промышленности.

Описание стандартного образца: материалом СО является топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 или топливо дизельное марки Л по ГОСТ 305-2013. Материал СО расфасован в стеклянные бутылки не менее чем по 0,45 дм³. Бутылки с материалом СО плотно закрыты полиэтиленовыми пробками и закручивающимися пластмассовыми крышками, которые затем залиты парафином. Каждый экземпляр СО имеет этикетку.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

Метрологические характеристики: аттестуемая характеристика СО – температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С

Т а б л и ц а 1 - Нормированные метрологические характеристики СО

Аттестуемая характеристика СО, единица величины	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой абсолютной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	55 – 90	± 1

Срок годности экземпляра: 5 лет.

Знак утверждения типа: наносят полиграфическим способом в правый верхний угол первого листа паспорта стандартного образца утвержденного типа и в правый верхний угол этикетки стандартного образца утвержденного типа.

Комплектность стандартного образца: в комплект поставки входит экземпляр СО, паспорт стандартного образца и этикетка, оформленные по ГОСТ Р 8.691-2010.

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

«Государственные стандартные образцы температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ТВЗТ-1-ОНПЗ, ТВЗТ-2-ОНПЗ, ТВЗТ-3-ОНПЗ). Техническое задание», утверждено 27.11.2003, с изменением № 1 от 10.04.2014.

2. Документы, определяющие применение стандартного образца:

- на методики измерений:

- ГОСТ 6356-75 «Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле»;

- ASTM D93-18 «Standard Test Methods for Flash Point by Pensky -Martens Closed Cup Tester» (ASTM D93-18 «Стандартные методы определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса»);

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;

- РМГ 76-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец:
не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартного образца представлена партия № 10, выпущенная 4 июня 2018 г.

Изготовитель: Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»). 644040, Российская Федерация, г. Омск, проспект Губкина, 1.
ИНН 5501041254.

Заявитель: Акционерное общество «Газпромнефть-Омский НПЗ» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»). 644040, Российская Федерация, г. Омск, проспект Губкина, 1.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись А.В. Кулешов
расшифровка подписи

М.П. «___» _____ 2019 г.