

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА СОДЫ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ МАРКИ Б

ГСО 8548-2004

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства: техническое задание, утвержденное 08.01.2002 г., и изменение №1 к техническому заданию от 13.02.2014 г.;
Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА: экземпляры с № 1 по № 150, декабрь 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений при определении химического состава соды кальцинированной технической марки Б (ГОСТ 5100-85).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: химической, стекольная промышленность, цветная металлургия.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение: ГОСТ 5100-85.

ОПИСАНИЕ: Материал СО приготовлен из соды кальцинированной технической марки Б по ГОСТ 5100-85. Экземпляр СО расфасован по 500 см³ в пластмассовые банки с закручивающимися крышками, вместимостью 1000см³. Банки снабжены этикетками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика – массовая доля компонентов, %.

Т а б л и ц а 1 – Нормированные метрологические характеристики

Аттестованная характеристика СО	Аттестованное значение СО, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значений СО при P=0,95, %
Массовая доля углекислого натрия Na ₂ CO ₃	99,33	±0,06
Массовая доля хлоридов в пересчёте на NaCl	0,43	±0,012
Массовая доля железа в пересчёте на Fe ₂ O ₃	0,00224	±0,00015

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 20 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Березниковский содовый завод», 618400, Россия, г. Березники, Пермский край, ул. Новосодовая, 19.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Березниковский содовый завод», 618400, Россия, г. Березники, Пермский край, ул. Новосодовая, 19

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

Ф.В.Булыгин
расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2014 г.