

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА СИЕНИТОВОГО АЛЮМОЩЕЛОЧНОГО

ГСО 8455-2003

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производств: Государственный стандартный образец состава сиенитового алюмощелочного концентрата. Техническое задание, утвержденное 05.02.2003 г.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное производство

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:

Экземпляры с №1 по № 128, октябрь 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений состава сиенитового алюмощелочного концентрата по ТУ 5726-047-00203938-97.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** СО используется вне сферы государственного регулирования;

- **область применения:** предприятия по производству строительных материалов, стекольная и керамическая промышленность.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

ТУ 5726-047-00203938-97 Концентрат сиенитовый алюмощелочной.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из концентрата сиенитового алюмощелочного по ТУ 5726-047-00203938-97, измельченного до крупности 0,071 мм, расфасованного в двойной полиэтиленовый пакет.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика СО	Аттестованное значение, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P=0,95$, %
Массовая доля Na_2O	12,08	$\pm 0,20$
Массовая доля Fe_2O_3	2,76	$\pm 0,04$
Массовая доля SiO_2	44,16	$\pm 0,11$
Массовая доля Al_2O_3	28,03	$\pm 0,10$
Массовая доля K_2O	7,63	$\pm 0,07$

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 20 лет.

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в левом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИК: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: - ОАО «Апатит», 184250, г. Кировск, Мурманская обл.,
ул. Ленинградская, 1.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ Е.Р.Петросян
подпись расшифровка подписи
М.П. «__» _____ 2012 г.