Приложение к сертификату № 2815
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора Головного
органа ГССО
_____ С.В.Медведевских
«12» 12 2008 г.

М.П.

Государственный стандартный образец состава стали (CRM 762-747)	ВНЕСЁН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УТВЕРЖДЁННЫХ ТИПОВ ГСО Регистрационный номер ГСО 8448-2003

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов состава стали, утвержденное 10.07.2003 и техническая документация фирмы LECO Corporation (США). Форма выпуска - единичное повторяющееся производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО предназначены для поверки, испытания с целью утверждения типа средств измерений (анализаторов водорода фирмы LECO), градуировки средств измерений и контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяющих анализаторы водорода фирмы LECO.

Область применения: предприятия черной металлургии.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

- Программы испытаний с целью утверждения типа;
- Методики поверки анализаторов водорода;
- РМГ 54-2003.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен в виде 1 граммовых стальных цилиндров, расфасованных в стеклянные флаконы вместимостью 100 $см^3$.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Аттестуемая характеристика СО – массовая доля водорода. Диапазоны значений аттестуемой характеристик СО и допустимые погрешности аттестованного значения СО указаны в таблице.

Таблица

Диапазон аттестованных значений СО, млн$^{-1}$	Допускаемая абсолютная погрешность аттестованного значения СО, млн$^{-1}$
0,8-2,0	0,4

Срок годности экземпляра СО:5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: сентябрь 2008 г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО: фирма LECO Corporation, США..

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИМПОРТЕР: ЗАО «Леко Центр-М», 115280, г. Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4,корп.1.

Генеральный директор П.В.Макаров

М.П.