

Приложение к сертификату N2803
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора

Главного органа ГССО

Медведевских С.В.

2008 г.

МП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ СОСТАВА И СВОЙСТВ
УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ОС (СО-22)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер 8436-2003

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: партия СО выпущена по техническому заданию, утвержденному в январе 2003 г. Форма выпуска единичное производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 1. Дата выпуска июнь 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартный образец предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава и свойств угля каменного.

Область применения: геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методы измерений:

ГОСТ 147-95; ГОСТ 6382-2001; ГОСТ 8606-93; ГОСТ 11022-95.

ОПИСАНИЕ: стандартный образец изготовлен из природного угля каменного марки ОС (ГОСТ 25543-88) в виде порошка фракции 0,2 мм, расфасованного по 80-85 г в герметичные полиэтиленовые флаконы.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№№ п/п	Аттестованная характеристика	Обозначение единицы физической величины.	Аттестованное значение СО	Абсолютная погрешность* аттестованного значения СО при P=0,95
1	Массовая доля серы общей (S_t^d)	%	0,33	0,01
2	Зольность (A^d)	%	8,94	0,08
3	Выход летучих веществ (V^{daf})	%	19,67	0,17
4	Высшая теплота сгорания (Q_s^{daf})	МДж/кг	35,76	0,06

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

СО признан в качестве СО, разработанного в рамках KOOMET, решением совещания 13.10.2005г, протокол № 10, внесен в Реестр СО KOOMET под № 0036-2005-RU и допускается к применению без ограничений в Беларуси, Болгарии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Украине

**РАЗРАБОТЧИК И
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО**

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр»
Россия 654006 Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 9

Генеральный директор ОАО «ЗСИЦентр»

А.Н. Чиркин

Чиркин