

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора ФГУП "УНИИМ"
И.Е.Добровинский
" 21 " _____ 2003 г.
М.П.

Стандартный образец состава смеси
молочных йодированных белков "Биойод"

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 8435-2003

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА: Техническое задание, утвержденное 20.03.2003. Единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 1 выпущена 17.06.2003.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СО предназначен для контроля погрешности МВИ при определении содержания йода в пищевой продукции и биологически активных добавках и для аттестации методик выполнения измерений.

Область применения – пищевая промышленность, санэпиднадзор.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО: ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, МИ 2336-2002 "ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки".

ОПИСАНИЕ: Материал СО представляет собой порошкообразный йодированный молочный белок "Биойод" по ТУ 9224-003055690368-03. Материал СО расфасован по 100 мг во флаконы из темного стекла или из полиэтилена вместимостью 10 см³ с завинчивающимися крышками.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО, %	Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при P=0,95
Массовая доля йода	От 0,5 до 2,5 вкл.	± 7 %

Срок годности экземпляра СО: 1 год.

РАЗРАБОТЧИК и ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Техновита"" (ООО "НПФ Техновита")

249010, г. Боровск Калужской области, ул. Ленина, 73

Директор ООО "НПФ Техновита"

С.А. Савчик



Handwritten signature