

СОГЛАСОВАНО

H.M.

Н.И. Ханов
2008 г.

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА СО: Технические условия «Смеси газовые поверочные - стандартные образцы состава» ТУ 6-16-2956-92 с изменениями № 1, 2, 3 и 4; единичное повторяющееся производство.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ГСО предназначен для поверки и градуировки средств измерений применяемых при определении компонентного состава промышленных и транспортных выбросов. В соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений в газовых средах (ГОСТ 8.578-2002) ГСО выполняет функцию рабочего эталона второго разряда.

ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические, Общие технические условия»,
ГОСТ Р 50759-95 «Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных выбросов,
Общие технические условия»,

ОПИСАНИЕ: Газовая смесь, под давлением до 10 МПа, находящаяся в баллоне из нержавеющей стали ТУ 14-3 Р-08-94 или из металлопластика с внутренним лейнером из листовой нержавеющей стали ТУ 7551-002-23204567-99, вместимостью от 1 дм³ до 10 дм³, снабженные вентилями из нержавеющей стали по ТУ 14-3 Р-08-94.

Исходное вещество	Нормативные документы, которым должны соответствовать исходные вещества
NO	Intergas Co
N ₂ (газ разбавитель)	ГОСТ 9293-74

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Определяемый компонент	Аттестуемая характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значение СО	Пределы допускаемого относительного отклонения Д, %	Пределы относительной погрешности Δ , %
NO	Объемная доля, млн ⁻¹	от 21 до 100	± 20	± 7

Срок годности экземпляра СО - 12 месяцев.

РАЗРАБОТЧИКИ СО:


ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19.
ООО «МОНИТОРИНГ», 190013, г. Санкт-Петербург, а/я 113.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

ООО «МОНИТОРИНГ», 190013, г. Санкт-Петербург, а/я 113.

Руководитель научно-исследовательского отдела
Государственных эталонов в области
физико-химических измерений
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Директор ООО «МОНИТОРИНГ»



Л.А. Конопелько

Т.М. Королева