


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Государственные стандартные образцы состава калия хлористого флотационного марки «мелкий» (комплект № 1б) У

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

Регистрационный номер ГСО 8236-2003

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание, утверждённое 16.04.2001г.

НАЗНАЧЕНИЕ: СО предназначены для поверки и градуировки радиометрических приборов типов БЛИК, БКР, БКХК и др., а также проверки их градуировочной характеристики, метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ) и контроля их погрешности, аттестации СОП состава калия хлористого флотационного марки «мелкий».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: производство минеральных удобрений, геология, сельское хозяйство, химическая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО:

СТО СПЭКС-001-98 Стандарт союза производителей и экспортёров калия и соли. Калий хлористый, поставляемый на экспорт. Технические условия.

ГОСТ 20851.3-93 «Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия», раздел 5.

Руководства по эксплуатации и поверке радиометрических приборов типов БЛИК, БКР, БКХК и др.

ОПИСАНИЕ: СО состава калия хлористого флотационного марки «мелкий» изготовлены на основе калия хлористого, полученного флотационным методом при переработке сильвинита Верхнекамского месторождения на СП «БПКРУ-3» ОАО «Уралкалий» (г. Березники Пермской обл.).

СО состава калия хлористого представляют собой мелкозернистое вещество красно-бурого цвета, гигроскопичное. Гранулометрический состав (массовая доля фракций): менее 2 мм - не менее 90 %. Комплект состоит из трёх образцов, расфасованных в полиэтиленовые банки вместимостью 2500 см³ с плотно закрывающейся крышкой по (1400±100) г.

Медведев
10.06.2009

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Индекс стандартного образца в составе комплекта	Аттестованная характеристика СО	Обозначение единицы физической величины	Диапазон аттестованных значений СО	Абсолютная погрешность аттестованного значения, при $P=0,95$
1β-1	Массовая доля	%	92-94	$\pm 0,14$
1β-2	хлорида калия		95-96	$\pm 0,15$
1β-3	(КС1)		97-98	$\pm 0,15$

СРОК ГОДНОСТИ СО: 10 лет.

РАЗРАБОТЧИК: Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО «Галургия»), Пермская обл., г. Пермь, ул. Сибирская, 94.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО «Галургия»), Пермская обл., г. Пермь, ул. Сибирская, 94.

Генеральный директор
ОАО «Галургия»



А.Я. Гринберг

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: Партия 2.

Дата выпуска ГСО: декабрь 2008 г.

