

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП «УНИИМ»

Медведевских С.В.

« 16 » 10 2007 г.

М.П.

**Стандартный образец
температуры хрупкости
(нефтяной битум)**

ТХБ-1

**ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО**

**Регистрационный номер
ГСО 8228-2003**

НД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО температуры хрупкости (нефтяные битумы) ТХБ-1...ТХБ-3, утв. 05. 03. 2002 г., с изм.№1, утв. 25.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО (ТХБ-1): партия №2, дата выпуска – август 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности результатов определения температуры хрупкости нефтяных битумов.

Область применения - предприятия нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслей, использующие методику определения температуры хрупкости при производстве, хранении, применении и испытании нефтяных битумов.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: методика измерений (анализа): Национальный стандарт РФ ГОСТ 11507-78, Инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой специально изготовленный нефтяной битум.

Объем экземпляра СО во флаконе - 30 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика СО – температура хрупкости, в °С.

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО, °С	Граница допускаемого значения абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P = 0.95$, °С
ТХБ-1	от минус 5,0 до минус 10,0	± 2,0

Срок годности СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО:

Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:


Орган ГССО –

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Орган ГССО –


Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»» 450075, г. Уфа, Проспект Октября, 149
(ООО «ИНТЕГРСО»)

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов А.Х.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»



Мухамедзянов Р.А.

Копия